



**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CRIOABLAZIONE PER LE
ESIGENZE DELLA UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL'A.O.R.N.
S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	MODALITA' DI ACQUIZIONE	CND	QUANTITA ANNUALI
	Sistema di Crioablazione	AGHI: Gli aghi devono essere in acciaio inossidabile, ultrasottili, con punta chiusa ed acuminata, per l'inserimento percutaneo senza incisione, con impugnatura dritta o angolata a 90°. Diametri degli aghi variabili da 14 a 17 G e lunghezze utili da 100 a 175 mm. Necessarie le funzioni di fissaggio ago, cauterizzazione e track ablation. GENERATORE in comodato d'uso gratuito: Sistema dotato di interfaccia touchscreen, che permetta di gestire fino a 8 aghi, per la distribuzione crioablative di tessuto neoplastico. Sistema freezing realizzato mediante utilizzo di gas Argon ad alta pressione e scongelamento mediante riscaldatore elettrico interno all'ago. N.B. La fornitura dovrà essere comprensiva di bombole di gas Argon necessarie all'espletamento delle attività richieste.	CONTO VISIONE	Z2120102	40



	CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "<i>L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti</i>".
<i>Durata della fornitura</i>	12 (dodici) mesi .