



**FORNITURA DI AGENTE VOLUMIZZANTE PER LE ESIGENZE DELLA UOSD  
UROLOGIA FUNZIONALE DELL’A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

*Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura*

	TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	QUANTITÀ ANNUALI
	<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	Agente Volumizzante	<p><b>Agente Volumizzante biocompatibile per il trattamento endoscopico del reflusso vescico- uretrale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non riassorbibile;</li><li>• Formato da particelle (agente volumizzante) immerse in un veicolante biocompatibile non metabolizzabile;</li><li>• Diametro medio delle particelle circa 300 µ;</li><li>• In grado di garantire la non migrazione né locale né regionale né distale;</li><li>• Non deve necessitare di dispositivi ausiliari per permettere l’estrusione;</li><li>• In grado di garantire una crescita minima di tessuto fibrotico attorno l’impianto;</li><li>• Confezionamento unico;</li></ul>	P900403



	<p>CPV 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari</p> <p>Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".</p>
<i>Durata della fornitura</i>	<b>12</b> (dodici) <b>mesi.</b>