



**FORNITURA DI STABILIZZATORI MIOCARDICI PER BYPASS
AORTOCORONARICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

	DESCRIZIONE PRODOTTO		
	CND	QUANTITA' BIENNALI	
<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	<p>STABILIZZATORI MIOCARDICI PER BYPASS AORTOCORONARICI IN MINITORACOTOMIA A CUORE BATTENTE PER APPROCCIO IN CHIRURGIA ROBOTICA</p> <p>Il D.M. viene richiesto con le seguenti caratteristiche generiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• In grado di consentire la stabilizzazione e la riduzione minima del movimento delle aree circoscritte, delle aeree pulsatili del cuore durante gli interventi di chirurgia coronarica che richiedono toractomia;• Composto da un asta rigida, una barra di unione dello stabilizzatore tessutale separabile ed un braccio articolare flessibile;• Braccio flessibile, impugnatura ergonomica, testina di aspirazione composta da due piedini flessibili, punta smussa atraumatica comprensivo di cestello per la raccolta liquidi• Sterile, monouso, Latex free	C03900201	60
	<p>Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".</p>		
<i>Durata della fornitura</i>	24 (ventiquattro) mesi .		