

Quesito	Risposta
<p>Disciplinare di Gara - 4. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO si chiede di meglio specificare la parte relativa alla presentazione dell'offerta nell'allegato economico relativo alla garanzia, vedi Vs. descrizione sotto riportata Il Contratto, che verrà stipulato dall'A.O. Moscati a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 84 (ottantaquattro) mesi decorrenti dalla data di collaudo definitivo. Ove sussistano ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione. Si precisa, che la durata del contratto comprende un periodo di garanzia full risk di 36 mesi decorrente dal rilascio del verbale di collaudo di accettazione e un periodo di servizio di manutenzione full-risk di 48 mesi decorrente dalla scadenza della garanzia full-risk.</p>	<p>Si precisa che risulta necessario quotare il sistema offerto comprensivo di 36 mesi di garanzia e separatamente il costo della manutenzione full-risk di 48 mesi</p>
<p>1) Per il punto nr. 48.1 dell' ALLEGATO A - Scheda tecniche - Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste (N. 1750 cappe) da fornire a somministrazione periodica si chiede di conoscere l'esatto quantitativo in quanto nell'Allegato Economico riporta n. 1500 cappe nel periodo di dieci anni dalla data di collaudo fornitura in somministrazione 48.2 N. 20 lampade da fornire a somministrazione periodica VS quanto richiesto nell'Allegato Economico che riporta N.15 lampade nel periodo di dieci anni decorrenti dalla data di collaudo fornitura in somministrazione 34. 2) In riferimento al punto in oggetto ed al punto 4 e 33, si chiede se il microscopio dev'essere dotato fin da subito del "Modulo per la fluorescenza per patologia oncologica (fluoresceina)" e prevedere la "Possibilità di upgrade con moduli per la gestione della fluorescenza oncologica (gliolan/5/a) e della fluorescenza vascolare senza modificazioni sostanziali al microscopio"</p>	<p>1) Si conferma che sono richieste n. 1750 cappe periodica e n. 20 lampade a somministrazione 2) Si conferma che il microscopio deve essere dotato del "Modulo per la fluorescenza per patologia oncologica (fluoresceina)" e deve essere upgradabile con moduli per la gestione della fluorescenza oncologica (gliolan/5/a) e della fluorescenza vascolare senza modificazioni sostanziali al microscopio"</p>