

Griglia di valutazione						
	Criterio	Metodo di valutazione		Punti	%	Punti max
Caratteristiche dell'ureteroscopia flessibile	Punta distale (valutata ed espressa in [FR]): sarà attribuito punteggio massimo all'apparecchiatura avente punta distale in FR più piccola e proporzionalmente inferiore per le altre.	Lineare inverso		5	7,14	5
	Diametro esterno (valutato ed espresso in [FR]): sarà attribuito punteggio massimo all'apparecchiatura avente diametro esterno in FR più piccolo e proporzionalmente inferiore per le altre.	Lineare inverso		5	7,14	5
	Flessione in entrambe le direzioni (valutata ed espressa in [gradi]): sarà attribuito punteggio massimo all'apparecchiatura avente flessione più ampia e proporzionalmente inferiore per le altre.	Lineare		5	7,14	5
Caratteristiche Workstation	Verranno valutate le caratteristiche del monitor medicale, la visualizzazione della procedura, il sistema di registrazione immagini/video ecc.	Discrezionale		5	7,14	5
Caratteristiche del confezionamento	Durata del mantenimento della sterilità: verrà attribuito punteggio massimo alla durata maggiore ed in modo proporzionale alle altre.	Lineare		10	14,29	10
	Modalità di confezionamento (presenza di indicazioni e modalità d'uso, presenza di istruzioni rapide per l'utilizzo, presenza di etichette o stampigliature su tutte le confezioni ed imballi, presenza di codice a barre per la lettura automatica, presenza di stampati illustrativi nelle confezioni, lingua utilizzata per le etichette stampigliature e stampati illustrativi).	Discrezionale		10	14,29	10
Ulteriori dispositivi a corredo	Ulteriori accessori a corredo della fornitura (elencare): sarà attribuito punteggio massimo all'apparecchiatura completa del maggior numero di dispositivi a corredo rispetto quelli minimi richiesti e proporzionalmente inferiore per le altre.	Lineare		10	14,29	10
Assistenza tecnica e formazione	Verrà valutato il programma di assistenza tecnica e di formazione al personale utilizzatore	Discrezionale		5	7,14	5
Prova pratica ureteroscopia	Maneggevolezza, flessibilità e controllo del dispositivo	Discrezionale		4	5,71	4
	Facilità del rilascio e nell'uso di accessori presso il sito chirurgico			4	5,71	4
	Flessibilità del corpo.			4	5,71	4
	Semplicità d'uso della workstation			3	4,29	3
<b>Totale</b>				<b>78,58</b>		<b>70</b>

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata						
Giudizio	Ottimo	Discreto	Buono	Sufficiente	Insufficiente	
Coefficiente assegnato (Cx)	1	0,75	0,5	0,25	0	
Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:						
$Pa = Cx \cdot Pmax$						
Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.						