



<i>Registro di Sistema Quesito</i>	<i>Quesito</i>	<i>Risposta</i>
-	Quali listini presentare?	Il listino da presentare è quello del produttore depositato presso la CCIAA
PI045399-22	<b>LOTTO N. 77</b> ancore per spalla e piccole articolazioni Chiediamo se è possibile rispondere solo ad un rif. (es. n. 520), oppure se l'aggiudicazione avviene a lotto unico e indivisibile	L'aggiudicazione avverrà a lotto unico ed indivisibile
PI047559-22	Si chiede conferma del valore " <i>economico-finanziario</i> " per il lotto 80 necessario come requisito "obbligatorio" richiesto.	Il fatturato globale medio annuo degli ultimi 3 anni deve essere di valore pari al doppio dell'importo triennale posto a base d'asta. Nel caso del lotto 80, l'importo triennale a base d'asta è di € 76.000,00, quindi, il fatturato globale medio annuo dell'ultimo triennio deve essere pari ad € 152.000,00.
PI047547-22	<b>LOTTO 28</b> viti placche titanio a stabilità angolare per arto superiore al fine di uniformare le offerte per tutte le aziende che intendono partecipare al lotto, chiediamo di specificare il tipo di placca da inserire nell'impianto tipo, quale segmento?	Dovranno essere inserite placche anatomiche con specificità per trochite e con guida percutanea, ove possibile.



PI047549-22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Poichè è apparentemente presente una discrepanza tra quanto previsto all'art. 4 del disciplinare di gara in cui si cita espressamente "L'importo di ogni singolo lotto potrà essere incrementato fino ad una quota pari al 30% per acquisire beni presenti nel listino e non presenti nell'impianto tipo" e quanto previsto all'art. 5 del C.S.A. "Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del <math>\pm 20\%</math>" si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che l'aumento del 30% sottintende alla possibilità che la stazione appaltante possa acquistare prodotti non facenti parte dell'impianto tipo ma del listino entro i limiti del 30% del valore dell'aggiudicazione; mentre, l'incremento/diminuzione del 20% afferisce all'ipotesi prevista dalla legge dall'art. 106, co. 12, del D. Lgs. n. 50/16 (cd. "quinto d'obbligo") e che, dunque, i due incrementi (o eventuale diminuzione del 20%) sono indipendenti l'uno dall'altro e quindi eventualmente cumulabili.</li><li>2. In relazione al Lotto 29 "Kit viti placche grandi frammenti" all'interno dell'impianto tipo sono richieste le viti (standard e a stabilità) che tuttavia nelle voci complementari (da 171 a 175) non sono incluse. Premesso quanto sopra, si chiede di voler confermare che debbano essere offerte all'interno dell'impianto tipo e di definire il sublotto in cui inserirle.</li><li>3. In relazione al Lotto 37 "Sistema per il trattamento delle fratture articolari di tibia" all'interno dell'impianto tipo sono richieste le viti da corticale che tuttavia nelle voci complementari (da 239 a 250) non sono incluse. Premesso quanto sopra, si chiede di voler confermare che debbano</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si conferma.</li><li>2. Si conferma che le viti in questione dovranno essere inserite nell'impianto tipo.</li><li>3. Si conferma che le viti in questione dovranno essere inserite nell'impianto tipo.</li><li>4. Per l'impianto tipo, è possibile inserire indifferentemente una tra i chiodi ricompresi tra le voci. Il chiodo deve poter essere impiantato senza dover rimuovere il filo con oliva, utilizzato per l'eventuale alesaggio del canale midollare</li><li>5. Si conferma che trattasi di refuso.</li><li>6. Si conferma.</li><li>7. Si conferma</li></ol>
-------------	--	---



essere offerte all'interno dell'impianto tipo e di inserire il sublotto delle viti malleolari (ad esempio sublotto 250 bis).

4. In relazione al Lotto 49 "Sistema di chiodi in titanio Tav..." si chiede di voler cortesemente specificare la tipologia di chiodo da includere nell'impianto tipo.
5. In relazione ai Lotti 67, 69 e 71 si chiede di voler confermare che la previsione del conto deposito sia frutto di un refuso, in quanto i sistemi richiesti (sistema per la preparazione LCA, sistema rimozione viti e morsetto pelvico) non rientrano tra i prodotti tipicamente forniti in conto deposito.
6. In relazione al Lotto 30 nella sequenza numerica delle voci manca il riferimento 181. Si chiede cortesemente di voler confermare che lo stesso includa le ultime tre voci prive di riferimento. Si coglie l'occasione per chiedere di rivedere la numerazione progressiva, avendo notato discrepanze in altri lotti.
7. In relazione a tutti i lotti, si chiede cortesemente di voler confermare che nell'offerta di dettaglio dell'impianto tipo possano rientrare tutti i prodotti presenti nella descrizione del lotto a parità di prezzo (es. tutte le tipologie di viti, placche, etc.), includendo altresì nei prodotti complementari solo tutto ciò che esula dalla composizione dell'impianto nelle sue diverse configurazioni.
8. In relazione alla formula prezzo, in base alla quale 10 punti verranno attribuiti al ribasso sul listino di ciascun concorrente, è utile segnalare quanto segue:  
Confrontando le offerte sulla base della scontistica su listino, a nostro avviso, non si avrebbe una valutazione e comparazione oggettiva, in quanto lo sconto proposto è chiaramente funzione del prezzo di listino che ogni azienda fissa secondo le proprie strategie commerciali. Comparare ed attribuire un punteggio sul ribasso rispetto al prezzo di listino è infatti totalmente diverso dal comparare ed attribuire un punteggio rispetto al ribasso su base d'asta, in quanto in questo secondo caso le aziende sarebbero valutate con la scontistica proposta rispetto ad un valore fisso ed uguale per tutti (ovvero la base d'asta). Inoltre, dal punto di vista della S.A., si rappresenta la forte probabilità di veder attribuire automaticamente un punteggio più alto ad aziende che propongano un prezzo netto più alto, correndo così il rischio di pagare gli impianti ben più del prezzo di aggiudicazione. Ci permettiamo di riportare di seguito alcuni esempi:  
1° ESEMPIO  
La scontistica è funzione del prezzo di listino che non è un valore fisso per tutte le aziende. Definiamo il seguente scenario:  
• 3 aziende propongono una placca con caratteristiche analoghe;

8. Nel parere A.N.AC. in questione viene presa in considerazione una fattispecie in cui era richiesto uno sconto minimo da applicare e lo stesso è stato dichiarato illegittimo. Si confermano, quindi, le regole descritte negli atti di gara.



- L'azienda A presenta un prezzo di listino più basso rispetto alle aziende B e C;
  - Il prezzo di listino più alto permette alle aziende B e C di proporre una scontistica maggiore;
  - Nonostante la scontistica maggiore, il prezzo netto della placca (quindi quanto dovrà pagare la SA) è più alto per le aziende B e C;
- Risultato: le aziende B e C prenderanno più punti rispetto all'azienda A, nonostante il prezzo netto offerto sia superiore.

2°

ESEMPIO

La scontistica non tiene in considerazione il numero di prodotti proposti nel listino complementare e pertanto influisce negativamente sulla valutazione dell'ampiezza di gamma.

Definiamo il seguente scenario:

3 aziende propongono diversi prodotti nel listino complementare;

L'azienda A propone il listino più completo, con placche, viti e rondelle ed offre una scontistica unica del 20%;

L'azienda B propone il listino con viti e rondelle e può offrire una scontistica unica del 40%;

L'azienda C propone il listino con solo rondelle e può offrire una scontistica unica del 60%.

Risultato: l'azienda C, che offre nel listino complementare solo le rondelle su cui può praticare una scontistica molto importante, ottiene 7 punti in più rispetto all'azienda A che ha offerto il listino più completo.

In questo modo i punti eventualmente non ottenuti sull'ampiezza di gamma, potrebbero in modo artificioso essere recuperati sulla componente prezzo con un peso decisamente maggiore.

Del resto, ci si permette di far notare che un meccanismo teso a "premiare" la % di sconto sul listino è stato già dichiarato illegittimo dall'allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi, ANAC), la quale con la Determinazione n. 45 del 24 aprile 2011 ha rilevato, in relazione a un meccanismo recante le stesse criticità inserito proprio in una gara per la fornitura di dispositivi medici, che "la previsione di uno sconto minimo sul prezzo di listino può favorire distorsioni legate, da un lato, all'impossibilità per alcuni concorrenti di partecipare alla gara qualora i propri prezzi non siano compatibili con gli sconti richiesti, dall'altro, a possibili comportamenti "opportunistici" messi in atto dalle imprese quali, ad esempio, la revisione in aumento dei listini finalizzata alla presentazione in gara di prezzi più alti".

Premesso quanto sopra, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler riconsiderare l'assegnazione di numero 10 pt complessivi alla componente ribasso sul listino o di voler ridurre considerevolmente il valore dei punti attribuiti per evitare distorsioni che possano poi effettivamente influire sull'esecuzione della fornitura.



	<p>Alla luce dei rilievi sopra esposti, laddove ritenuti fondati, si chiede a Codesta spett.le S.V. di valutare una rettifica della lex specialis con conseguente sua ripubblicazione e proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte economiche, in linea con quanto previsto dall'art. 79, co. 3, lett. b) e 4, del D. Lgs. n. 50/16.</p>	
PI047538-22	<p>Chiediamo chiarimenti in quanto dall'ANAC non risultano ancora i CIG per poter generare i PassOE.</p>	<p>Si è provveduto a perfezionare i CIG, pertanto, è possibile ottenere i PassOE.</p>
PI047545-22	<p><b>LOTTO 19</b> Placche e viti titanio con viti corticali e da spongiosa a stabilità angolare</p> <p>Chiediamo se è un lotto indivisibile oppure se è possibile rispondere solo ad alcuno dei Rif.</p>	<p>Trattasi di lotto indivisibile.</p>



PI045431-22	<p><b>LOTTO N. 9</b> fissatori per fratture comminute del femore prossimale <b>LOTTO N.10</b> sistema di fissatori per osteotomie intorno al ginocchio</p> <p>Si chiede di specificare se, si intende fissatore esterno e nel caso, specificare la descrizione e l'impianto tipo in modo corretto, oppure si intende un sistema di placche</p>	Lotto 9, Lotto 10: trattasi di un sistema di placche.
PI045402-22	<p><b>LOTTO N. 4</b> fissatori esterni per risonanza magnetica MRI tipo modulari con articolazione a clip e morsetto compatibile. componenti speciali rivestiti di materiale certificato rmn</p> <p>si evidenzia che: sia la descrizione che la composizione dell'impianto tipo, identificano una unica azienda, pertanto viene meno il principio di concorrenza.</p> <p>Anche il trattamento con rivestimento in vectron è specifico di una sola azienda.</p> <p>si chiede pertanto che, sia la descrizione tecnica che quella dell'impianto tipo, siano più generiche: es. barre radiotrasparenti, morsetti multi viti, morsetti barra/barra e barra/vite, al fine di permettere a tutte le aziende presenti sul mercato, di partecipare nel rispetto della libera concorrenza</p>	Si conferma la descrizione riportata negli atti di gara. Resta fermo il principio di equivalenza funzionale, di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016.
PI047119-22	<p>AMMINISTRATIVI: 1)Si chiede relativamente alla comprova dei requisiti di idoneità punto 8.1 di pag. 9 e di capacità economica finanziaria punto 8.2 di pag. 10 del disciplinare di gara, siano da fornire al momento della formulazione dell'offerta oppure in fase d'aggiudicazione.</p> <p>TECNICI ED ECONOMICI: 2) Si chiede se la letteratura scientifica possa essere inviata in lingua inglese. 3)relativamente al lotto 12 si chiede se l'impianto tipo si riferisca a solo n. 1 cambrà. 4) relativamente al lotto 43 si chiede conferma che l'impianto tipo preveda solo n. 1 chiodo e n. 1 vite di bloccaggio. 5)relativamente al lotto 45 si chiede conferma che l'impianto tipo prevede solo n. 1 chiodo senza nessuna vite. 6) relativamente ai lotti 44 e 47 si chiede se l'impianto tipo è riferito a un chiodo corto o lungo. 7) relativamente al lotto 50 si chiede di specificare che tipologia di chiodo vada inserito nell'impianto tipo. 8) relativamente al lotto 67 si chiede se la nota (Conto Deposito) sia un refuso e il dispositivo verrà acquistato, in quanto trattasi di strumentario chirurgico.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In questa fase vengono accettate dichiarazioni, nella fase di aggiudicazione verrà richiesta la comprova</li><li>2. Si conferma.</li><li>3. Si conferma.</li><li>4. Comprende anche una vite da compressione.</li><li>5. Oltre al chiodo, prevede viti di blocco prossimali e distali.</li><li>6. Il chiodo deve essere corto.</li><li>7. Si confermano le tipologie di impianto indicate nella documentazione di gara.</li><li>8. Si conferma che il dispositivo è in "conto deposito".</li></ol>



PI048597-22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In riferimento al lotto 55 nell'impianto tipo si richiede un connettore. Si richiede di specificare che tipo di connettore si intende;</li><li>2. In riferimento al lotto 57 nell'impianto tipo non sono richieste i dadi di chiusura. Si richiede conferma. Nello stesso lotto si richiedono due connettori. Si richiede di specificare che tipo di connettori si intendono;</li><li>3. In riferimento al lotto 63 l'impianto tipo si riferisce genericamente ad una confezione. Essendo il prodotto disponibile in diverse confezioni si richiede di specificare a quale quantità si riferisce la richiesta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Si intende un sistema di compressione e/o distrazione.</li><li>2) I dadi di chiusura devono essere ricompresi nell'impianto tipo. Per quanto riguarda i connettori, Si intende un sistema di compressione e/o distrazione.</li><li>3) La confezione va riferita ai blocchi.</li></ol>
PI047634-22	<b>LOTTO 62:</b> visto che chiedete il listino dei prodotti complementari da allegare all'offerta, potete specificare quale misura si deve offrire?	Si richiede di offrire le misure disponibili. Ai fini dell'offerta economica, dovrà essere indicato il prezzo offerto relativamente alla misura minore.
PI049509-22	Con riferimento al <b>lotto 66</b> , si vuole far presente che tale descrizione identificare un prodotto specifico riconducibile ad una sola azienda non consentendo alla scrivente la partecipazione al seguente lotto. Pertanto, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, si chiede alla Vs. Spett.le Azienda di poter offrire prodotti funzionalmente equivalenti che assolvono alla stessa funzione del prodotto descritto nel suddetto lotto.	Si conferma.



PI049494-22	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. In merito al lotto n.2 cosa si intende per "Fissatore esterno tipo Orthofix"?</li><li>2. In merito al lotto n.4: Le misure sono vincolanti? Cosa si intende per morsetto ibrido 5 fori? Possiamo proporlo anche a 3 fori? Per il raccordo ibrido MIAMI (nome commerciale) va ad individuare un modello di morsetto di un'azienda specifica. Per il raccordo per dinamizzatore va ad individuare un modello di un'azienda specifica. Per le voci 28, 29 e 30 si richiede range di tolleranza.</li><li>3. In merito al lotto 7, voce 41 "Anello aperto in carbonio senza foro: da 150/180/21" si chiede di poter rispondere con "Anello con foro", in quanto ha le stesse funzionalità e resistenza meccanica.</li><li>4. In merito al lotto 8 "Fissatore monoassiale in alluminio con codice colore con il corpo centrale..." identificherebbe un UNICO sistema. Così come il Morsetto a 4 fori identificherebbe un'unica azienda. È possibile rispondere offrendo morsetto a 3 fori?</li><li>5. In merito al lotto 15 "EPIBLOC" è possibile offrire prodotto simile? Essendo quest'ultimo prodotto con nome commerciale specifico, e va ad individuare unica azienda.</li><li>6. In merito al lotto 21 cosa si intende per placca 3D?</li><li>7. in merito al lotto 34 cosa si intende per configurazione 1 kit? Cosa si intende per PEG? È possibile rispondere con prodotto equivalente?</li><li>8. In merito al lotto 36 per quanto concerne L'OMERO è possibile partecipare offrendo viti da 3,5?</li><li>9. In merito al lotto 40 è possibile partecipare con viti da 7,5 anziché da 8?</li><li>10. In merito al lotto 44 cosa si intende per Molibdeno? Trattandosi quest'ultimo di un brevetto e di nome commerciale specifico che va ad individuare un'unica azienda, è possibile partecipare con prodotto simile?</li><li>11. In merito al lotto 55 è possibile partecipare con misure simili delle viti?</li><li>12. In merito al lotto 58 cosa si intende per sistema PRCT?</li><li>13. In merito al lotto 60, cosa si intende per VITALLIUM? Trattandosi quest'ultimo di un brevetto e di nome commerciale specifico che va ad individuare un'unica azienda, è possibile partecipare con prodotto simile?</li><li>14. In merito al lotto 66 si richiede la possibilità di separare tali voci in lotti differenti, in quanto</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si intende un sistema monoassiale.</li><li>2. Non sono vincolanti.</li><li>3. Si conferma.</li><li>4. Il concorrente può proporre soluzioni equivalenti dal punto di vista funzionale, così come previsto dal Codice degli Appalti.</li><li>5. Si conferma.</li><li>6. Si intende una placca con possibilità di supporto nei tre piani.</li><li>7. La configurazione di 1 kit ricomprende tutte le voci da 208 a 213. Per PEG si intende un sistema di fissaggio non filettato. È possibile offrire soluzioni equivalenti dal punto di vista funzionali.</li><li>8. Si conferma.</li><li>9. Si conferma.</li><li>10. Trattasi di un bio materiale. È possibile partecipare offrendo prodotto simile.</li><li>11. Si conferma.</li><li>12. Si intende aghi utilizzati per la cementazione.</li><li>13. Trattasi di un bio materiale. È possibile partecipare offrendo prodotto simile.</li><li>14. Si conferma quanto previsto in gara.</li><li>15. Con l'espressione fili di sutura parzialmente riassorbibili si intende fili con lunga durata prima del riassorbimento. È possibile offrire ancora con fili ad alta</li></ol>
-------------	---	--





<p>trattasi di dispositivi con caratteristiche, indicazioni, applicazioni e costi diversi.</p> <p>15. In merito al lotto 77 cosa si intende con fili di sutura parzialmente riassorbibili? È possibile offrire ancora con fili ad alta resistenza non riassorbibili? Inoltre cosa si intende con la descrizione archetti in nitinol sulle ancore in titanio?</p> <p>16. In merito al lotto 80 si chiede di specificare la descrizione in maniera più generica dei vari inserti richiesti, trattandosi questi ultimi di nomi commerciali specifici che vanno ad individuare un'unica azienda.</p> <p>17. In merito al lotto 24 le misure richieste per tutte le voci sono vincolanti? È possibile rispondere con viti diametro 3/3,5?</p> <p>18. In merito alla richiesta tecnica (vedi pag. 31 /32 del Disciplinare di gara) Cosa si intende per “Dichiarazione che i prodotti saranno forniti con una vita residua non inferiore ai <math>\frac{3}{4}</math> di quella nominale”? Cosa si intende per “dichiarazione che le apparecchiature ed i consumabili sono rispondenti alle normative giuridiche e tecniche vigenti?” Basta presentare i certificati CE, Iso ecc?</p> <p>19. Secondo la tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, vengono assegnati 10 punti ai prodotti che hanno letteratura scientifica, ma visto che alcuni lotti richiedono strumentario e non materiale impiantabile, su questi lotti come vengono attribuiti i 10 punti?</p> <p>20. Si rimarca che le richieste di alcuni specifici lotti così come descritti, potrebbero andare ad individuare un unico operatore detenente un prodotto esclusivo, e che dunque di fatto andrebbe in conflitto col principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice degli Appalti. Come noto mediante il principio di equivalenza ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche, purché le nuove proposte rispettino in maniera pressoché equivalente i requisiti prescritti nel bando di gara. Pertanto si richiede se è possibile offrire alternative al fine di soddisfare a pieno la richiesta dell'ente appaltante ed aprire ad una platea più ampia di aziende la partecipazione a tale lotto.</p>	<p>resistenza non riassorbibili. Con la descrizione archetti in nitinol sulle ancore in titanio si intendono archetti termoattivi costituiti da un filo super elastico attivato termicamente.</p> <p>16. Si conferma la descrizione riportata negli atti di gara. Si rammenta che il concorrente può proporre soluzioni equivalenti dal punto di vista funzionale, così come previsto dal Codice degli appalti.</p> <p>17. Non sono vincolanti, come esposto all'inizio nelle “Istruzioni operative” dell'allegato prodotti al capitolato. È possibile.</p> <p>18. Si sottende la dichiarazione, per i soli prodotti soggetti a scadenza, che al momento della fornitura non abbiano superato <math>\frac{1}{4}</math> della sua vita nominale. Si richiede conformità alle normative giuridiche e tecniche vigenti.</p> <p>19. Dove non è possibile assegnare un dato punteggio perché non compatibile con il lotto, tale criterio non verrà assegnato ed i punteggi ottenuti verranno successivamente riparametrati a 70.</p> <p>Esempio: Per il lotto XX non sono attribuibili 10 punti e quindi i punteggi attribuibili da 70 passano a 60; la ditta A ottiene 60 e la ditta B ottiene 30; riparametrando a 70 avremo che alla Ditta A saranno attribuiti 70 punti e alla Ditta B 35.</p> <p>20. è possibile offrire alternative al fine di soddisfare a pieno la richiesta dell'ente appaltante ed aprire ad una platea più ampia di aziende la partecipazione a tale lotto.</p>
---	---



PI049582-22	<p>Si prega di chiarire il metodo di attribuzione del punteggio economico, descritto a pag. 2 dell'allegato prodotti, nel paragrafo "Istruzioni Operative", per i lotti che non prevedono un impianto tipo. Nello specifico non è chiaro come verrà valutato il ribasso, se verrà riferito come mero sconto percentuale rispetto alla quotazione del listino depositato, o se viceversa, verrà usato un altro parametro di confronto. Nel caso in cui il ribasso venisse valutato rispetto alla quotazione di listino, confermate che deve essere quindi presentato il listino depositato?</p>	<p>20 punti saranno attribuiti all'offerta per i prodotti richiesti. 10 punti saranno attribuiti in base alla percentuale di sconto offerta sul listino produttore depositato ed offerto in gara contenente eventuali prodotti complementari.</p>
PI049583-22	<p>Per quanto riguarda i prodotti complementari da inserire nei lotti che non prevedano impianto tipo, potete meglio definire cosa si intende per complementari?</p>	<p>Per prodotti complementari si intendono tutti quei prodotti compatibili con il lotto descritto e che potrebbero essere funzionali all'utilizzo dello stesso.</p>
PI049584-22	<p>Il lotto 79, "suture alta specializzazione" prevede una descrizione del materiale richiesto, che contiene molti dettagli tecnici, specifici di un prodotto particolare, e quindi di una specifica azienda, che tuttavia, non sono funzionali all'espletamento di un trattamento clinico specifico, come quello descritto nell'oggetto del lotto. Siamo quindi a chiedere conferma che nella valutazione dei prodotti offerti il principio cardine sia il criterio di equivalenza, che garantisce il massimo rispetto del principio di libera concorrenza.</p>	<p>Si conferma.</p>



PI049618-22	<p>1. Lotto 26 sono richieste una serie di placche sia in acciaio che titanio; chiediamo se tale dicitura possa essere sostituita da acciaio e/o titanio o se possa essere suddiviso in due lotti distinti in modo da poter garantire la più ampia partecipazione;</p> <p>2. Lotto 29 non è ben chiaro quale materiale sia richiesto per le placche indicate.</p>	<p>1. La dicitura viene sostituita da acciaio e/o titanio.</p> <p>2. Le placche devono essere in titanio e/o acciaio.</p>
PI049562-22	<p>Offerta economica: confermate che per “prezzo unitario offerto al netto dello sconto, IVA esclusa, offerto dalla Ditta concorrente” il quale “non può essere inferiore a € 0,00001” e per “prezzo unitario offerto al netto dello sconto, IVA esclusa” che “non può essere pari a zero”, si intende il prezzo unitario offerto per l'impianto tipo? Se sì, si chiede conferma di poter offrire, invece, alcune componenti dell'impianto tipo in sconto merce</p>	<p>Si conferma, è possibile offrire componenti in sconto merce.</p>
PI049566-22	<p>Fermo restando quanto riportato nelle istruzioni operative (“l'elenco sottostante ogni singolo lotto non è vincolante”) seguito i nostri quesiti:</p> <p>1. <b>Lotto 64:</b></p> <p>a) si chiede se il sublotto rif. 436 possa essere trattato come lotto a sè stante.</p> <p>b) In alternativa si chiede conferma che per l'intero lotto 64 sia possibile offrire impianto rispondente al solo rif. 436</p> <p>2. <b>Lotto 66:</b></p> <p>a) rif. 442: si chiede conferma che è possibile indicare materiali diversi</p> <p>b) rif. 444: nel caso della ns. azienda è un sottocomponente dei prodotti che offriremmo nel rif. 443. Se non indichiamo nulla vale causa di esclusione dal lotto?</p> <p>c) rif. 445 e 446: l'assenza totale di questi componenti non essenziali nella ns. offerta comporta l'esclusione dal lotto?</p> <p>3. <b>Lotto 67:</b></p> <p>si chiede se è corretta l'indicazione Conto Deposito considerato che nei rif. 448 e 449 sono indicati solo materiali riutilizzabili e nessun monouso (per cui ci sarebbe esigenza di continuo</p>	<p>1.</p> <p>a) Non è possibile.</p> <p>b) Non è possibile.</p> <p>2.</p> <p>a) È possibile.</p> <p>b) Non sarà causa di esclusione.</p> <p>c) Sì, è causa di esclusione.</p> <p>3. Si conferma quanto da voi affermato.</p> <p>4. Si conferma.</p> <p>5.</p> <p>a) Non è possibile effettuare detta suddivisione.</p> <p>b) Non è possibile.</p>



	<p>reintegro)</p> <p>4. <b>Lotto 77:</b></p> <p>si chiede conferma che sia possibile offrire più tipologie di ancore senza essere strettamente vincolati ai materiali, misure e suddivisione in sublotti 518, 519, 520. In caso di risposta negativa si fa presente che così riportato a questo lotto, ad oggi, è in grado di rispondere solamente una azienda sul territorio nazionale.</p> <p>5. <b>Lotto 81:</b></p> <p>a) si chiede di suddividere questo lotto in 3 diversi (1 per le frese, 1 per gli alesatori, 1 per i dilatatori)</p> <p>b) in alternativa si chiede conferma che è ammesso offrire uno solo dei prodotti di cui al punto a) e offrire gli altri individuando dei sublotti aggiuntivi e allegando il listino (con parità di ribasso rispetto all'impianto tipo)</p>	
PI049616-22	<p>In merito al lotto 77, sono richieste diverse tipologie di ancorette dedicate sia al comparto spalla che alle piccole articolazioni. In modo da poter garantire la più ampia partecipazione possibile di tutte le aziende, si chiede alla Stazione Appaltante la possibilità di poter rispondere solo al Rif. 518 e 519 o eventualmente di suddividere il suddetto lotto distinguendo le ancore da comparto spalla rispetto a quelle per piccole articolazioni</p>	<p>Non è possibile rispondere solo per alcune voci e/o suddividere il presente lotto in più lotti.</p>
PI049644-22	<p>1. Con riferimento alla pagina 14 del disciplinare di gara punto numero 4 si chiede di chiarire la tempistica di validità: 180 o 270 giorni</p>	<p>La tempistica di validità è di 270 giorni.</p>



PI049639-22	In riferimento alla Documentazione Tecnica siamo a chiedere la possibilità di presentare letteratura scientifica in lingua inglese, universalmente riconosciuta a livello internazionale, in particolare, al fine di evitare che la traduzione in italiano di articoli scientifici pubblicati in inglese su riviste internazionali di rilievo possa alterare il significato originale che l'autore ha inteso dare alle pubblicazioni.	Si conferma.
PI049652-22	Nei lotti composti da più rif. si conferma la possibilità di poter partecipare al lotto pur non offrendo tutti rif. inseriti nel lotto?	Non è possibile.
PI046889-22	Si chiede conferma del valore "economico-finanziario" per il lotto 80 necessario come requisito "obbligatorio" richiesto.	il fatturato globale medio annuo degli ultimi 3 anni deve essere pari al doppio dell'importo triennale a base d'asta. Nel caso del lotto 80 parliamo di un importo triennale di € 76.000,00 quindi il fatturato globale medio annuo dell'ultimo triennio deve essere pari ad € 152.000,00
PI047546-22	<b>LOTTO 20</b> - placche a stabilità angolare per radio Al fine di uniformare le offerte per tutte le aziende che intendono partecipare, chiediamo di specificare che tipo di placca radio dobbiamo inserire nell'impianto tipo, prossimale, distale o diafisaria?	Placca distale
PI047591-22	Con la presente siamo a comunicare che nel disciplinare a pag. 21 punto h) della 15.1 dichiarazione di partecipazione indicate che l'offerta deve essere valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, mentre nel modulo "A1 - Dichiarazione di Partecipazione" viene indicato al punto h) che l'offerta deve avere un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Chiediamo quale termine tra i due sia corretto da indicare sulla domanda e in offerta.	270 giorni
PI047633-22	<b>LOTTO 63:</b> potete indicare che tipologia e misura deve essere offerto in gara essendo che poi chiedete il listino dei prodotti complementari?	Si richiede di offrire le misure disponibili. Ai fini dell'offerta economica, dovrà essere indicato il prezzo offerto relativamente alla misura minore.
PI047962-22	in riferimento al lotto 63: dal momento che sono riportati nell'Allegato 1 diversi tipi di osso (blocchi, scaglie, granuli ecc), considerando la quantità richiesta (15) è consentito offrire diverse quantità dei diversi tipi (ad esempio: 4 blocchi, 6 scaglie, 5 granuli) oppure è consentito solo offrire 15 unità dello stesso tipo (solo blocchi, o solo scaglie ecc)?	È possibile offrire misure e forme diversificate.
PI043213-22	con riferimento al lotto n. 63 sono richieste delle misure precise per il dispositivo? In caso affermativo, potete indicarci quali?	Non sono richieste misure precise.



PI047635-22	Lo sconto sul listino dei prodotti complementari deve essere uguale a quello applicato nell'offerta o può essere diverso?	Può essere diverso, ma se uno stesso prodotto è quotato sia nell'impianto tipo che nel listino deve essere offerto allo stesso prezzo.
PI047952-22	In merito al Requisito Economico, si richiede conferma che l'indicazione del disciplinare sia corretta: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta triennale del lotto cui si partecipa IVA esclusa." In quanto non solo viene preso in esame il fatturato medio degli ultimi tre esercizi, ma lo stesso deve essere addirittura il doppio rispetto a quello triennale a base d'asta, in tal caso una buona fetta di concorrenti costituito da piccole imprese verrebbe tenuta fuori da buona parte dei lotti.	Si conferma che il requisito richiesto è quello descritto.
PI043212-22	Con riferimento al lotto n. <b>63</b> si richiede: 1. è da intendersi come lotto unico? 2. quanto indicato al punto 429 "osso sintetico (idrossiapatite) sagomato in blocchi, scaglie, graniuli ecc" è da intendersi prodotto complementare al lotto principale oppure descrizione dello stesso? 3. nel caso in cui quanto indicato al punto 429 "osso sintetico (idrossiapatite) sagomato in blocchi, scaglie, graniuli ecc" sia da intendersi come descrizione del lotto 63, si richiede se queste caratteristiche siano vincolanti ai fini della partecipazione alla presente procedura oppure utili ai fini dell'attribuzione di un maggiore punteggio tecnico?	1. Sì. 2. è da intendersi come descrizione complementare al lotto principale. 3. Sono vincolanti ai fini della partecipazione al lotto.
PI048701-22	In riferimento al lotto n. <b>63</b> , nell'eventualità per cui potessimo offrire diverse referenze (blocchi, scaglie, ecc), potete indicarci in quale percentuale preferireste i cunei anziché i cilindri?	50% cunei – 50% cilindri.
PI048681-22	1. Si chiede di specificare cosa si intende per "percentuale di ribasso offerta" da indicare sull'eventuale listino aggiuntivo di prodotti complementari; 2. Si chiede conferma che le varie componenti dell'impianto tipo base (es. placche, viti, ecc.) possano essere offerte con percentuali di sconto diverse.	1. La percentuale unica di ribasso da applicare al listino depositato presentato in gara. 2. Si conferma.
PI048705-22	Si richiedono seguenti chiarimenti: 1. <b>Lotto 67</b> nel disciplinare a pag. 31 al punto b) richiedete una dichiarazione che i prodotti devono essere forniti con una vita residua, ma in particolare in questo lotto sono richiesti DM non impiantabile, ma bensì strumentario che non ha scadenza. Si chiede conferma che per tale lotto questa dichiarazione non è necessaria. 2. <b>Lotto 50</b> viene richiesto chiodo di femore, tibia e omero, visto la diversità del distretto e dei	1. Non è necessaria. Si richiede conformità alle normative giuridiche e tecniche vigenti. 2. Nell'impianto tipo va inserito il chiodo tibiale. Sulla percentuale di sconto offerta l'Operatore Economico è libero di offrire quanto per lo stesso più conveniente.



	<p>costi, si chiede quale tipologia sia da mettere nell'impianto tipo e se è corretto poi applicare lo stesso sconto utilizzato nel chiodo da voi indicato nell'impianto per i restanti tipi di chiodi, oppure se devono essere offerti tutti allo stesso prezzo anche se di tipologie diverse.</p>	
PI045412-22	<p><b>LOTTO N. 5</b> fissatori esterni per risonanza magnetica MRI tipo modulari con articolazione a clip e morsetto compatibile. componenti Mis. media e componenti speciali rivestiti di materiale certificato rmn</p> <p>si evidenzia che: sia la descrizione tecnica che la composizione dell'impianto tipo, identificano una sola azienda pertanto viene meno il principio di concorrenza. Anche il trattamento con rivestimento in vectron, è specifico di una sola azienda.</p> <p>chiediamo pertanto che la descrizione tecnica del lotto e la descrizione dell'impianto tipo, siano più generiche: es barre radiotrasparenti, morsetti multi viti, morsetti barra/barra e barra/vite, al fine di permettere a tutte le aziende presenti sul mercato, di partecipare nel rispetto della libera concorrenza</p>	<p>Si conferma il criterio dell'equivalenza funzionale, previsto dal Codice Degli Appalti, già indicato in risposta ad altri quesiti.</p>
PI045803-22	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LOTTO 1:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Potete indicare la tipologia di barra, poiché i prezzi variano notevolmente al variare del tipo di prodotto;</li><li>b) Potete indicare la tipologia di anello, poiché i prezzi variano notevolmente al variare del tipo di prodotto.</li></ol></li><li>2. LOTTO 6: L'asta va bene anche solo in acciaio?</li><li>3. LOTTO 78: Cosa si intende per articolazione?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Barra filettata a tutto spessore</li><li>b) Anelli in fibra di carbonio radiotrasparenti.</li></ol></li><li>2. Si conferma.</li><li>3. Per articolazione si intende uno snodo di connessione.</li></ol>



PI048709-22	Si chiede conferma che l'elemento di valutazione CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTARIO riportato nell'Allegato D Criteri di valutazione non si applica ai lotti 62 e 63 in quanto trattandosi di sostituti ossei non è necessario strumentario chirurgico. Si chiede di conseguenza come verrà calcolato il punteggio tecnico per tali lotti.	Dove non è possibile assegnare un dato punteggio perché non compatibile con il lotto, tale criterio non verrà assegnato ed i punteggi ottenuti verranno successivamente riparametrati a 70.  <i>Esempio:</i> Per il lotto XX non sono attribuibili 10 punti e quindi i punteggi attribuibili da 70 passano a 60; la ditta A ottiene 60 e la ditta B ottiene 30; riparametrando a 70 avremo che alla Ditta A saranno attribuiti 70 punti e alla Ditta B 35.
PI045423-22	<b>LOTTO N. 7</b> fissatore esterno tipo ibrida circolare raccordabile al fissatore modulare ed al fissatore monoassiale  1) si evidenzia che, la descrizione tecnica identifica una sola azienda (es. anello in carbonio senza fori, ecc) si chiede pertanto, che la descrizione tecnica sia modificata in maniera più generica, al fine di permettere a tutte le aziende presenti sul mercato, di partecipare nel rispetto della libera concorrenza  2) si chiede di precisare meglio cosa si intende nell'impianto tipo per: 1 morsetto + aste per morsetto. di quale morsetto si tratta? es: morsetto per vite o altro	1. Il concorrente può proporre soluzioni equivalenti dal punto di vista funzionale, coerentemente alle previsioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016.  2. Altro.
	<b>Lotto 36 – voce 230</b>  Il titolo del Lotto riporta PLACCA TIBIA PROSSIMALE ma nella voce 230 dell'impianto tipo viene richiesta una PLACCA FEMORE PROSSIMALE. La richiesta femore prossimale è un refuso e, quindi, la richiesta del lotto corretta è PLACCA TIBIA PROSSIMALE?	Si conferma che trattasi di mero refuso. La richiesta corretta è, pertanto, PLACCA TIBIA PROSSIMALE.