

Referto campione paziente DUPLICATO

Stato: **ACCETTATO**

Analisi: 04/05/2021 17:02:50

Tipo campione: **Arterioso****Paziente**

ID:
 Cognome:
 Nome:
 Data di nascita:

Cartuccia

Lotto N°: 210312J
 S/N: 400444671
 Scadenza: 03/06/2021

Analizzatore

Modello: GEM® Premier 4000
 Area: P.S.
 Nome: P.S.
 S/N: 19052129

Risultati

			Crit. Riferimento		Crit.	
			Basso	Alto		Basso
Misurati (37.0°C)						
pH	↓↓ 7.10		[7.20	7.35	7.45	7.60]
pCO ₂	↓ 23	mmHg	[20	35	48	70]
pO ₂	102	mmHg	[45	83	108	--]
Na ⁺	145	mmol/L	[120	136	145	160]
K ⁺	3.7	mmol/L	[2.8	3.4	4.5	6.2]
Cl ⁻	106	mmol/L	[--	98	107	--]
Ca ⁺⁺	1.15	mmol/L	[0.78	1.15	1.27	1.58]
Glu	↑ 352	mg/dL	[40	70	100	450]
Lac	↑ 16.6	mmol/L	[--	0.0	1.3	--]
CO-Ossimetro						
tHb	17.4	g/dL	[--	11.7	17.4	--]
O ₂ Hb	96.4	%	[--	95.0	98.0	--]
COHb	↑ 1.6	%	[--	0.5	1.5	--]
MetHb	0.6	%	[--	0.0	1.5	--]
HHb	1.5	%	[--	0.0	5.0	--]
sO ₂	↑ 98.5	%	[--	94.0	98.0	--]
Derivati						
TCO ₂	↓ 7.8	mmol/L	[--	19.0	24.0	--]
BE _{acf}	↓ -22.6	mmol/L	[--	-2.0	3.0	--]
BE(B)	-20.8	mmol/L	[--	--	--	--]
Ca ⁺⁺ (7.4)	1.02	mmol/L	[--	--	--	--]
AG	↑ 36	mmol/L	[--	10	20	--]
P/F Ratio	Incalc	mmHg	[--	--	--	--]
pAO ₂	Incalc	mmHg	[--	--	--	--]
CaO ₂	23.6	mL/dL	[--	--	--	--]
O ₂ cap	24.0	mL/dL	[--	--	--	--]
O ₂ ct	23.6	mL/dL	[--	--	--	--]
sO ₂ (c)	95.1	%	[--	--	--	--]
HCO ₃ ⁻ (c)	7.1	mmol/L	[--	--	--	--]
HCO ₃ ⁻ std	8.7	mmol/L	[--	--	--	--]
A-aDO ₂	Incalc	mmHg	[--	--	--	--]
paO ₂ /pAO ₂	Incalc		[--	--	--	--]
RI	Incalc		[--	--	--	--]
CcO ₂	Incalc	mL/dL	[--	--	--	--]
Qsp/Qt(est)	Incalc	%	[--	--	--	--]
Hct(c)	52	%	[--	--	--	--]

↑↓ Fuori limite di riferimento
 ↑↑↓↓ Fuori limite critico

Altre informazioni

Inseriti
 Temp 37.0 °C