

RISPOSTE AI QUESITI PRESENTATI DAGLI OO.EE.

<i>Registro di Sistema Quesito</i>	<i>Quesito</i>	<i>Registro di Sistema risposta</i>	<i>Risposta</i>
PI053878-23	In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedervi se è possibile partecipare al lotto 25 Maschera facciale monouso con un prodotto clinicamente pulito.	PI059002-23	I beni di cui al lotto in questione dovranno essere offerti singolarmente imbustati sterili o prodotti in ambiente clinicamente pulito.
PI054376-23	In base alle indicazioni d'uso del prodotto oggetto del lotto 52, il tappo disinfettante è concepito per essere utilizzato come dispositivo di disinfezione per connettori luer senza ago disinfettabili prima dell'accesso e agire da barriera fisica all'ingresso di contaminanti tra un accesso e l'altro. Per tale ragione riteniamo che un tempo di attivazione di 30 secondi non debba costituire una caratteristica di minima.	PI058993-23	Il tempo di attivazione è da ritenersi indicativo e non rappresenta un requisito minimo vincolante.
PI062188-23	Si chiede conferma che la documentazione tecnica debba essere allegata anche alla campionatura. Si chiede inoltre se, anziché traduzione giurata, sia accettata traduzione corredata da dichiarazione veritiera e conforme 445/2000 firmata dal Legale Rappresentante.	PI064208-23	1) La documentazione tecnica dovrà essere caricata dal concorrente negli appositi campi previsti dalla piattaforma SIAPS.2) Si conferma quanto da Voi richiesto.
PI050514-23	Vorremmo sapere se i bisturi e le lame Vs. rif. lotto 33 e 34, sono per oculistica?	PI058994-23	Tali prodotti non sono specifici per oculistica, ma per tutti gli ambiti chirurgici.
PI059557-23	Con riferimento al lotto n. 28 si segnala che il rotolo con larghezza cm 50 viene comunemente prodotto con lunghezza 100 mt. Ciò al fine di rispettare le norme sulla sicurezza. Infatti un rotolo da cm. 50 con lunghezza 200 mt peserebbe troppo e risulterebbe difficile da maneggiare e oltre che rischioso, proprio per il suo peso. Per tale motivo i rotoli di larghezza cm. 50 vengono prodotti con lunghezza 100 mt. In base a quanto suddetto si chiede di accettare i rotoli con lunghezza 100 mt per la misura con larghezza cm. 50. In tale caso si chiede se per rispettare le quantità indicate nel capitolato di gara si devono raddoppiare le quantità quando si calcola l'importo complessivo d'offerta. In caso contrario si chiede di indicare come operare.	PI064217-23	Relativamente al rotolo con larghezza pari a 50 cm, si comunica che, per mero errore materiale, è stata inserita una lunghezza pari a 200 m. Pertanto, la misura corretta è 50 cm X 100 m. Vengono confermate le quantità poste a base di gara.
PI058867-23	I bisturi e le lame, rispettivamente lotti 33 e 34, sono per oculistica?	PI059004-23	Tali prodotti non sono specifici per oculistica, ma per tutti gli ambiti chirurgici.
PI060170-23	Si chiede di specificare se viene richiesta come campionatura 1 pezzo o 1 confezione.	PI064210-23	Viene richiesto un pezzo.
PI052529-23	Con riferimento ai lotti n. 22 e 26, si chiede di confermare la possibilità di offrire prodotti non sterili. Si rappresenta che le maschere per aerosolterapia e le cannule nasali per ossigenoterapia - per finalità e destinazione d'uso - sono in commercio come prodotti clinicamente puliti, senza la necessità che siano sterili.	PI058995-23	I prodotti oggetto dei lotti di che trattasi dovranno essere singolarmente imbustati sterili o prodotti in ambiente clinicamente pulito.
PI056841-23	Per il lotto 33 è richiesto un bisturi di sicurezza?	PI058996-23	Non richiesti con sistema di sicurezza.
PI056840-23	Con la presente siamo a chiedere se le prove dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale siano da presentare in fase di gara o ad aggiudicazione eseguita.	PI057665-23	La prova dei requisiti di cui al par. 8.2 del Disciplinare di gara sarà richiesta agli OO.EE aggiudicatari.
PI062215-23	LOTTO 30. Si chiede la possibilità di offrire un termometro NON a contatto ma di pari caratteristiche.	PI064204-23	Il concorrente potrà offrire prodotti funzionalmente equivalenti, così come previsto dall'art. 68 del D. Lgs. 50/2016.

PI063752-23	<p>1) Nel disciplinare di gara specificate che tutta la documentazione deve essere in lingua italiana e se in lingua diversa da quella italiana, questa deve essere corredata da una traduzione giurata. Con la presente siamo a richiedere se i certificati ISO, Certificazioni CE e dichiarazioni di conformità possono essere presentati in lingua originale inglese corredata da traduzione semplice in lingua italiana corredata da dichiarazione ai sensi del DPR445/2000 dove il legale rappresentante della società attesta che la traduzione del testo in lingua italiana è conforme al testo originale in lingua inglese.</p> <p>2) CAMPIONATURA. Siamo a chiedere conferma che con confezione di vendita si intenda la confezione unitaria del prodotto. Qualora intendiate la confezione secondaria per i lotti dove sono richieste più misure della stessa tipologia di prodotto, come ad esempio il lotto 25, è possibile fornire la confezione secondaria di una sola misura a scelta dell'operatore economico, dato che la confezione secondaria è identica per tipologia e caratteristiche per tutte le misure campionate?</p>	PI064194-23	<p>1) Si conferma quanto da Voi richiesto. 2) In merito alla campionatura, il concorrente dovrà fornire un singolo pezzo per ogni unità di misura offerta.</p>
PI056848-23	<p>In riferimento alla procedura in oggetto si presentano i seguenti quesiti: Per alcuni dei lotti che hanno per oggetto le maschere per ossigenoterapia, lotto 24, 57 e 58, è richiesto che i prodotti oltre che latex free debbano essere anche dehp free, si tratta di refuso? si sottolinea che l'assenza di ftalati è consigliata per dispositivi, quali ad esempio cannule per ossigeno, che hanno la forcina invasiva, al contrario non si tratta di requisito indispensabile per gli altri dispositivi per ossigeno terapia; oltre a quanto detto e proprio in virtù della non obbligatorietà del requisito, stante la composizione del lotto come descritto, si ridurrebbe notevolmente la partecipazione degli operatori economici produttori di detti dispositivi, anche a discapito della concorrenzialità.</p> <p>Per quanto riguarda la sterilità richiesta per maschere ed occhiali, si fa rispettosamente notare che non risultano presenti sul mercato dispositivi per ossigenoterapia sterili, si chiede quindi conferma che i dispositivi debbano essere confezionati in ambienti clinicamente puliti. Infine si evidenzia che i prezzi indicati quali basi d'asta non sono allineati all'attuale situazione del mercato, si chiede quindi un innalzamento dei medesimi e/o di consentire la presentazione dell'offerta superando lo sbarramento.</p> <p>In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.</p>	PI059000-23	<p>Si conferma dehp free. I prodotti devono essere offerti in confezionamento singolo sterili o prodotti in ambiente clinicamente pulito.</p>
PI059551-23	<p>Con riferimento al lotto n. 28 si segnala che è stato indicato lo stesso prezzo per tutte le misure. Si fa presente che il prezzo dei rotoli è proporzionale alla loro larghezza e per tale motivo l'indicazione di un unico prezzo crea molti problemi di partecipazione. Inoltre si chiede se i prezzi indicati sono a base d'asta. In tal caso è possibile superare i prezzi a base d'asta dei singoli prodotti rimanendo sotto la base d'asta totale del lotto?</p>	PI064219-23	<p>Si confermano i prezzi a base d'asta indicati negli atti di gara.</p> <p>I prezzi dei singoli prodotti sono da intendersi a base d'asta e, pertanto, non possono essere superati.</p>
PI051029-23	<p>Si fa presente che sulla piattaforma Siaps nell'inserimento lotti, il lotto 37 riporta la stessa descrizione del lotto 36.</p>	PI051442-23	<p>Si è proceduto a rettificare il refuso presente sulla piattaforma SIAPS. Si rammenta che le descrizioni puntuali dei lotti sono riportate nell'Allegato B1.</p>
PI059833-23	<p>Relativamente al bando di gara si richiede se per il Lotto nr. 19 'CALZA ANTTTROMBO' il prezzo base d'asta sia riferito al paio o al pezzo.</p>	PI064212-23	<p>Il prezzo a base d'asta è riferito al pezzo.</p>