


SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO DI N. 1 NEURONAVIGATORE CEREBRALE DA DESTINARE ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

Spett.le U.O.C. Tecnico Patrimonio
Servizio di Ingegneria Clinica

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO DI N. 1 NEURONAVIGATORE CEREBRALE DA DESTINARE ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO—*riscontro chiarimenti OO.EE.*

Si richiede di riscontrare le richieste di chiarimenti di propria pertinenza, e di seguito riportate, inoltrate dagli OO.EE. interessati alla partecipazione della gara.

Si richiede di far pervenire proprio riscontro entro il giorno 21/10/2022.

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Operatore Economico
PI087255-22	Gentilissimi, si evidenzia che i file editabili messi a disposizione sono protetti da modifiche non intenzionali, pertanto non è possibile selezionare i punti relativi alla propria situazione mediante flag. Si chiede di mettere a disposizione file editabili in tutti i campi richiesti. Grazie.	MASMEC SPA
PI087258-22	Spett.le Ente, in relazione al capitolato tecnico Allegato B1, richieste n. 4 e n. 26, si chiede di indicare il numero di procedure elettromagnetiche al fine di presentare l'offerta economica più congrua alle esigenze della U.O. Distinti saluti.	MASMEC SPA
PI087266-22	gentilissimi, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale si chiede conferma che il triennio da considerare per l'esecuzione di n. 2 analoghe forniture sia quello relativo agli anni 2019-2020-2021, ovvero relativo agli ultimi bilanci depositati. Distinti saluti.	MASMEC SPA



PI085716-22	Spett.le azienda, In merito alla procedura in oggetto sottoponiamo allo spett.le Ente i seguenti quesiti su alcune caratteristiche riportate sia nell'Allegato B1 che nell'Allegato B2. - Allegato B1: nei punti n.2 e n.5 viene richiesta la capacità di integrazione rispettivamente con microscopi operatori maggiormente presenti e sonde ecografiche degli ecografi connessi preferibilmente digitale. Si chiede di esplicitare se tali funzionalità devono essere presenti nel sistema offerto, e quindi permettere sin da subito di integrare i dispositivi descritti, o se il sistema sia solamente in grado di realizzare tale integrazione che verrà implementata successivamente. Nel caso in cui sia da includere tali funzionalità si chiede di esplicitare i modelli di microscopio operatorio e di ecografo intraoperatorio da integrare. - Allegato B2: vengono assegnati punti qualità solamente alle soluzioni funzionali per procedure frameless (senza casco stereotassico) quando invece nei requisiti tecnici minimi (Allegato B1) al punto n. 41 viene consentita la fornitura del casco stereotassico in alternativa alla soluzione frameless. Essendo la soluzione funzionale frameless specifica di un unico operatore economico, si chiede pertanto di inserire anche nella valutazione a punteggio la soluzione con casco stereotassico che ad oggi inoltre è lo standard mondiale per tale tipologia di procedure.	Brainlab Italia Srl
PI087259-22	Spett.le Ente, in relazione al capitolato tecnico Allegato B1, richieste n. 14, n. 28 e n. 32, si chiede di indicare la tipologia di C-arm/amplificatore di brillanza/sorgente di imaging in dotazione alla U.O. che dovrà interfacciarsi al navigatore, al fine di presentare l'offerta tecnica ed economica più congrua alle esigenze della U.O. Distinti saluti.	MASMEC SPA

il RUP

~~dott. Felice Grappone~~

Pag. 2 di 2