

Publicato	Evaso	Operatore Economico	Registro di Sistema Quesito	Quesito	Data ricezione	Risposta	Data Risposta Quesito
0	0	TEC MED S.R.L.	PIO48596-23	Gentilissimi, la presente per chiedere se trattasi di refuso la data della prima seduta indicata al punto 19.1 del "Disciplinare di gara", si chiede quindi di indicare la data corretta.	10/05/2023 17:12:10	Trattasi di refuso, la data di apertura è prevista il 23/06/2023 alle ore 11.00	08/06/2023 13:02:29
0	0	TEC MED S.R.L.	PIO50072-23	Gentilissimi, la presente per chiedere se trattasi di refuso i requisiti richiesti al punto 8.2 del Disciplinare di Gara "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE". Nel caso non trattasi di refuso, si chiede di adeguare il requisito richiesto in modo da poter permettere la partecipazione a più Operatori Economici.  Distinti saluti	15/05/2023 11:48:59	Trattasi di refuso, si ritiene idonea una capacità economica pari al valore dell'appalto.	08/06/2023 13:02:29
0	0	Alcon ITALIA S.p.A.	PIO50781-23	Spett.le Ente,  Al fine favorire la più ampia partecipazione alla gara chiediamo cortesemente, in merito al lotto 1, di non far rientrare tra i requisiti minimi l'alzabottiglia elettrico e il vassoio sdoppiabile consentendo così agli operatori economici maggiore disponibilità nel proporre dei sistemi per facovitrectomia con maggiori performance.  Inoltre relativamente al lotto 1: -Configurazione kit faco: Chiediamo la possibilità di proporre punte monouso di diversa tipologia per il numero di kit richiesti; -Configurazione kit vitrectomia combinata: Chiediamo di specificare se si necessita di CUSTOM PACK. In caso negativo chiediamo di specificare per le sonde endolaser, le forbici, le pinze e gli aghi per aspirazione i differenti tipi, modelli e quantità necessarie.  Chiediamo cortesemente di specificare se i prodotti acquistati da listino faranno riferimento ad un budget differente da quello proposto in gara.  Grazie Cordiali saluti	16/05/2023 15:01:52	Al fine di garantire la più ampia partecipazione SI rappresenta che risulta possibile proporre soluzioni funzionalmente equivalenti. Relativamente al lotto 1: -Configurazione kit faco: Risultato possibile proporre punte monouso di diversa tipologia per il numero di kit richiesti; -Configurazione kit vitrectomia combinata: Non si necessita di CUSTOM PACK. SI richiede kit base per vitrectomia combinata 23/25/27 GA separatamente dai prodotti elencati nel lotto 1 con confezionamento sterile e monouso pari ai kit base richiesti; resta inteso che il quantitativo deve essere rispondente a quanto richiesto.	08/06/2023 13:02:29
0	0	Alcon ITALIA S.p.A.	PIO50783-23	Spett.le Ente, in riferimento alla documentazione tecnica, si chiede conferma della possibilità di presentare, come da prassi e normativa consolidata: Dichiarazione di conformità, certificazione CE, ISO, depliant, studi clinici e letteratura scientifica, in lingua originale inglese. La citata documentazione poiché prodotta e rilasciata da Enti certificatori stranieri e riviste scientifiche, risulta infatti disponibile solo ed esclusivamente in lingua "inglese scientifico". La presentazione di traduzione giurata in lingua italiana, così come richiesto a pag. 38 del Disciplinare di gara, della documentazione tecnica sopra indicata comporterebbe oltre che una violazione della normativa vigente, anche ed in particolare un illegittimo aggravio economico a carico degli operatori economici. Premesso quanto sopra e fatta eccezione per la documentazione tecnica sopra indicata (Dichiarazione di conformità, certificazione CE, ISO, depliant, studi clinici e letteratura scientifica), si specifica comunque che le schede tecniche e le istruzioni per l'uso saranno prodotte in lingua italiana  In merito alla documentazione tecnica da produrre, chiediamo inoltre di rendere disponibile il Questionario tecnico (parte 2) dell'Allegato B1 al CSA.	16/05/2023 15:06:30	Esclusivamente alle Dichiarazione di conformità, certificazione CE, ISO, studi clinici e letteratura scientifica risulta possibile presentare la documentazione in lingua originale. L'ulteriore documentazione tecnica deve essere prodotta in lingua italiana.	08/06/2023 13:02:29
0	0	Alcon ITALIA S.p.A.	PIO53158-23	Spett.le Ente, con la presente chiediamo cortesemente di rendere disponibili i files da restituire compilati in versione editabile, in particolar modo l'allegato A4 - Scheda CIG-Garanzia-Contributo ANAC. Facciamo presente che l'importo complessivo presunto per il lotto 1 indicato nel sopra citato allegato non è corretto: viene infatti riportato € 8.437.500,00 anziché € 8.447.500,00 Cordialmente		Si allega documento editabile	08/06/2023 13:02:29
0	0	TEC MED S.R.L.	PIO54130-23	Gentilissimi, in riferimento al Lotto 1 ed in particolare ai punti facenti parte delle "caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" si richiede quanto segue:  Punto 7 "Presenza di sistema di emissione degli ultrasuoni per facoemulsificazione alternativa (torsione o ellittica)": per "facoemulsificazione alternativa" si intende emissione alternativa di ultrasuoni continua' quindi possono valere Burst, multi Burst, pulsato? Qualora invece per "facoemulsificazione alternativa" si intendesse la presenza di sistemi di lavoro differenti dal tradizionale sistema "longitudinale", si chiede di rivedere tali caratteristiche in quanto precludono la partecipazione di più Operatori Economici.  Punto 10 "Presenza di sistema per vitrectomia ad alta velocità di almeno 10000 tagli al minuto": si richiede se il requisito di 10000 tagli al minuto può essere soddisfatto con una tecnologia abbinata raggiungendo 15000 tagli rispettando il principio di equivalenza.  Punto 17 "Accessori in dotazione pluriuso annua": si chiede chiarimento in merito al numero di manipoli per facoemulsificazione richiesti, specificando se il numero di 8 manipoli è riferito alla dotazione di accessori per singolo sistema.  Punto 19 "Configurazione kit vitrectomia combinata 23/25/27 Ga": al punto in questione, vengono indicati come "facenti parte" del kit vitrectomia i prodotti Endolaser, Micro pinza, Micro forbice e Ago aspirazione, prodotti solitamente forniti in blister singoli poiché non necessari in ogni intervento di vitrectomia, si richiede di chiarire quale sia il criterio di confezionamento. Si possono offrire separatamente o bisogna creare un cpk retina con cassetta all'interno e consumabile?  Distinti saluti	24/05/2023 15:43:24	Punto 7 si intende necessaria la possibilità dei sistemi di emettere gli ultrasuoni in maniera alternativa, si chiarisce che i sistemi di lavoro citati, alternativi al sistema longitudinale, come torsione ed ellittico sono indicati puramente come esempio.  Punto 10 si conferma quanto espresso, risulta possibile presentare la soluzione proposta considerando il principio di equivalenza .  Punto 17 il numero di 8 manipoli è riferito alla dotazione di accessori per singolo sistema.  Punto 19 Non si necessita di CUSTOM PACK. SI richiede kit base per vitrectomia combinata 23/25/27 GA separatamente dai prodotti elencati nel lotto 1 con confezionamento sterile e monouso pari ai kit base richiesti; resta inteso che il quantitativo deve essere rispondente a quanto richiesto.	08/06/2023 13:02:29
0	0	BIDCARE	PIO54250-23	Buonasera, con la presente siamo a richiedere di rimodulare la richiesta del requisito 8.2. lett. a) del disciplinare di gara "Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta (quadriennale) del lotto cui si partecipa" La richiesta di raggiungere 15.000.000 di euro come importo medio globale comporta un inevitabile restringimento della platea dei concorrenti; anche se apparentemente giustificata dalla rilevanza sanitaria del prodotto, risulta essere tale deroga non necessaria essendo ormai l'oggetto di gara una fornitura di uso consueto e comune nelle strutture ospedaliere. Ulteriore aggravante è che nell'ultimo triennio richiesto ricade anche l'anno 2020 che purtroppo a livello globale ha portato ad una riduzione dei fatturati almeno del 30%. Si premette che nel settore oggetto della gara operano aziende specializzate e focalizzate esclusivamente in oftalmologia. Dette aziende sono per l'80% distributori locali che in modo puntuale, professionale, onesto e sicuramente affidabile, svolgono la loro attività ma che purtroppo non vantano fatturati pari a quanto richiesto. Anche la vostra rispettabile amministrazione può confermare avendo come fornitori da decenni diverse di queste aziende. Noi stessi apparteniamo a questa categoria, oltretutto siamo aggiudicatari di un lotto della precedente gara bandita dalla vostra amministrazione che aveva per oggetto la fornitura di apparecchiature in service e materiale di consumo ed aggiudicatari di diversi lotti nella procedura sempre da voi indetta per presidi chirurgici e protesi oculari. La fornitura del service la portiamo avanti da oltre 7 anni senza aver mai creato disservizi e non capiamo come per la procedura odierna siamo identificati come non affidabili non raggiungendo il fatturato richiesto. Della stessa tipologia di appalto siamo aggiudicatari presso almeno altre 10 U.O. Di Oculistica di varie ASL ed A.O. Della Regione Campania. Inoltre il lotto 1 da 7.500.000€ è un lotto con accordo quadro che prevede almeno 4 aggiudicatari di cui uno con una quota non superiore al 40% dell'importo a base d'asta, e gli eventuali altri tre con quote dal 25% al 10%, pertanto, l'O.E. primo in graduatoria potrà aggiudicarsi al massimo 3.000.000€ mentre l'ultimo 750.000€, detto cioè il criterio di inclusione a 15.000.000€/anno sembra enormemente squilibrato ma soprattutto utile esclusivamente a ridurre il numero dei partecipanti. Altra considerazione da tenere presente è che con questa limitazione si favorirebbero esclusivamente le aziende multinazionali che hanno sede legale fuori dalla regione Campania e che quindi porterebbero in altre regioni la ricchezza del patrimonio fiscale con ricaduta negativa sull'economia Regionale. Per quanto sopra evidenziato ed in virtù di quanto autorizzato dall'art. 86 comma 4 del D.lgs 50/2016, si chiede di poter soddisfare la capacità economica finanziaria fornendo due idonee referenze bancarie (Allegato XVII Pa	25/05/2023 10:14:00	Trattasi di refuso, si ritiene idonea una capacità economica pari al valore dell'appalto.	08/06/2023 13:02:29
0	0	BIDCARE	PIO54251-23	bancarie (Allegato XVII Parte I lett. a)), senza quindi raggiungere l'importo di fatturato richiesto al requisito 8.2. lett. a) del Disciplinare di gara.  Nell'attesa di ricevere un cortese riscontro, si porgono Cordiali Saluti	25/05/2023 10:15:48		08/06/2023 13:02:29

0	0	MEDINOVA SRL	PI054260-23	<p>Spett.le S.A., relativamente al punto 8.2. lettera a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiori al doppio dell'importo a base d'asta (quadriennale) del lotto cui si partecipa, iva esclusa, vorremmo far presente che un fatturato di 15 milioni di euro annui (di cui un anno, 2020, impattato con la pandemia), sono fortemente escludenti per molti operatori economici che lavorano sul territorio, fatta esclusione delle multinazionali.</p> <p>Operatori economici, come la sottoscritta, che hanno sede e magazzini nella regione di appartenenza e che attualmente già forniscono strumentazione chirurgica e dispositivi medici attraverso gare di appalto vinte in regioni come Campania, Molise, Basilicata e Puglia, senza mai incorrere in interruzioni di servizio, dimostrando quotidianamente la capacità a fornire tutto l'occorrente per interventi d'urgenza anche nell'arco della stessa giornata.</p> <p>Conveniamo che la dimostrazione di un fatturato congruo, sia importante nella scelta di un operatore affidabile, ma richiedere il doppio della base d'asta in una gara di quadrante, che per tipologia, non assegna ad un unico vincitore l'intera fornitura, credo sia fortemente penalizzante per la maggior parte delle aziende locali, ovviamente ad esclusione ed unicamente delle multinazionali operanti in diretta.</p> <p>Credo che sia più equo considerare la base d'asta valutando le percentuali di assegnazione dei possibili vincitori di gara, ovvero il 40%, il 25%, il 15% ed il 10%, lasciando così una finestra di partecipazione a tutti gli operatori idonei in regime di sana e virtuosa concorrenza.</p> <p>Limitare altresì la partecipazione ad aziende multinazionali, con sede fuori regione, potrebbe comportare il rischio di diventare fortemente impattante anche sulle attività locali e di conseguenza sull'economia regionale.</p> <p>Cordiali saluti</p>	25/05/2023 10:27:44	Trattasi di refuso, si ritiene idonea una capacità economica pari al valore dell'appalto.	08/06/2023 13:02:29
---	---	--------------	-------------	--	---------------------	---	---------------------