

Quesito	Data Risposta Quesito
Chiarimento_ Su disciplinare di gara, pag. 34 sez. Relazione tecnica punto 1) viene riportata la dicitura "...dichiara il possesso di tutti i requisiti tecnici minimi indicati nell'allegato A al capitolato...". Nella documentazione di gara non è presente un documento denominato "Allegato A", si chiede riscontro se il documento è mancante oppure se tali requisiti sono riportati in altro documento. Cordiali saluti	Buongiorno, i requisiti tecnici minimi sono riportati nell'allegato B
Il Capitolato Speciale fa riferimento, a pagina 3 e altrove, all'Allegato A, dove trovare "le caratteristiche tecniche essenziali dei sistemi". Non riesco però a reperire tale Allegato tra la Documentazione fornita.	Buongiorno, i requisiti tecnici minimi sono riportati nell'allegato B
Nel disciplinare di gara gli importi dei lotti sono indicati "per il periodo di 60 mesi comprensivo di riscatto". Nel capitolato speciale si legge: "Per quanto concerne la strumentazione, la fattura dovrà essere emessa con cadenza trimestrale posticipata a decorrere dalla data di collaudo positivo contenente il canone di noleggio relativo al trimestre precedente". Si tratta in entrambi i casi di refusi? L'offerta richiesta è per l'acquisto dei dispositivi, con assistenza full-risk di 24 mesi, giusto?	Trattasi di refuso, l'offerta è per l'acquisto di dispositivi con assistenza full-risk 24 mesi
Nel file A1_Dichiarazione di Partecipazione non risultano attivi e modificabili i campi da compilare, si chiede cortesemente la trasmissione del modulo o in formato word o altro formato idoneo lalacompileazione.Grazie	Buongiorno, si trasmette in allegato i file editabili
Gent.mi, i file "Disciplinare di gara" e "scheda Cig" non riportano i codici CIG di gara, l'unico file che riporta i CIG di ogni lotto è il Foglio prodotti in Excel, si chiede conferma dei CIG indicati in quel file o altro documento ufficiale da cui evincere i CIG definitivi per ogni lotto. Cordiali saluti	<p>Lotto 1: 99066011C4  Lotto 2: 9906631A83  Lotto 3: 9906690B33  Lotto 4: 9906724743  Lotto 5: 9906741548  Lotto 6: 9906767ABE  Lotto 7: 990678164D  Lotto 8: 9906799528  Lotto 9: 9906912269  Lotto 10: 9906934490  Lotto 11: 99069501C5  Lotto 12: 9906967FC8  Lotto 13: 9906980A84  Lotto 14: 9907005F24</p>
Buongiorno tutti i PDF non sono modificabili nelle parti dove è indicato " Fare clic qui per immettere il testo", sarebbe possibile avere dei formati in word ? Buongiorno, si chiede di avere i file da compilare in formato word. grazie	Buongiorno, si trasmette in allegato i file editabili
Potrete indicarmi quale software utilizzare per la compilazione degli allegati, ho utilizzato Acrobat Reader, Acrobat Pro, Word, ma cliccando su [Fare click qui per immettere il testo] non succede nulla. Utilizzando Acrobat Pro riesco a modificare il file ma l'impaginazione non è più coerente.  Si richiede il software e la versione.  Grazie	Buongiorno, si trasmette in allegato i file editabili
Buongiorno, in merito alla richiesta di "Imposta di bollo" si chiede con la presente se è necessario il pagamento di 1 sola marca per l'intera procedura oppure di n.1 marca per ogni lotto a cui si intende partecipare . Cordiali saluti	Buongiorno, il pagamento è unico per l'intera procedura
Buongiorno, sul portale nella sezione inserimento documenti amministrativi il campo A3-AVVALIMENTO DICHIARAZIONE AUSILIARIA resta obbligatorio pur avendo dichiarato di nonpartecipare con ausiliarie. Si chiede se si può inserire un documento con la sola dichiarazione di partecipazione ad impresa singola per poter andare avanti nella compilazione della procedura.	Si, è possibile inserire il documento con la dichiarazione di partecipazione a singola impresa
Nel Disciplinare di gara a pag. 27 (par. 15.2 - Parte IV) si legge - tra i criteri di selezione - "il requisito di cui al paragrafo 8.2 lett. b) del presente Disciplinare". Il paragrafo 8.2 del Disciplinare non contiene però alcuna lett. b) ma unicamente la lett. a). Dove sono indicati quindi i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali?	Trattasi di refuso
La busta amministrativa a portale elenca i vari allegati. L'allegato "A3-Avvalimento Dichiarazione Ausiliaria" presenta la spunta nella relativa colonna "Obbligatorio", ma - se abbiamo compreso correttamente il Disciplinare - essa va invece caricata solo in caso di avvalimento. Dunque tale dichiarazione non è obbligatoria?	Si può dichiarare di non avvalersi di impresa ausiliaria
Le quotazioni di "opzioni e accessori" (sezione 3 delle schede Allegato B) sono da considerarsi aggiuntive rispetto all'importo complessivo a base d'asta indicato per il singolo lotto?	Si, le opzioni ed accessori sono aggiuntive rispetto all'importo della base d'asta per singolo lotto
Buongiorno, si chiede di specificare se nella casella della "scheda economica senza prezzi" va allegato il vs. modulo A7 compilato parzialmente non facendo riferimento a tutta la parte economica oppure esiste lo stesso modulo con la sola parte descrittiva? si chiede inoltre di specificare se lo stesso modulo A7 deve essere inserito nella casella dettaglio offerta economica. si richiede inoltre di ricevere tutti i file in formato editabile	Buongiorno, nella scheda economica senza prezzi va allegato il modulo A7 con la sola parte descrittiva e quindi privo della parte economica. L'allegato A7 può essere utilizzato ed inserito (compreso della parte economica)nella casella dettaglio offerta economica. I file sono stati caricati in formato editabile
Saluti Buongiorno, con la presente si richiede quanto segue; 1) CSA_ROBOTICA Riabilitativa.pdf, pag. 10 - Richiesta muletto in 3 giorni; su alcuni lotti i pesi e le dimensioni delle apparecchiature proposte non consentono la possibilità di installare un muletto in questi termini temporali; si richiede di valutare la fattibilità della richiesta e di considerarla opzionale. 2) in A - Disciplinare di gara_.pdf, sezione Scheda tecnico/qualitativa descrittiva dei dispositivi offerti: vengono richiesti Caratteristiche chimico-fisiche dei materiali e Tipo di confezionamento; è un refuso di capitolati di materiale consumabile? In caso di risposta negativa si prega di specificare la richiesta.	1)Si ritiene opportuno formulare soluzioni equivalenti o alternative/differente che possono garantire una continuità operativa ed assistenziale 2)Trattasi di refuso, si ritiene comunque confacente una descrizione dettagliata dal punto di vista dei materiali che costituiscono il bene offerto
Cordiali saluti	
Buongiorno, in riferimento alla compilazione del DGUE nella sezione C Capacità tecniche professionali ci chiedete di fare riferimento al paragrafo 8.2 lettera B si fa presente che questo paragrafo non c'è pertanto si chiede di confermare se non deve essere compilato. saluti Buon pomeriggio nei file editabili allegati manca l'allegato B1(parte 2 dell'allegato) in formato excell da poter compilare grazie	il dgue va compilato secondo le indicazioni riportate nel disciplinare al paragrafo 15.2  Si trasmette il file editabile
Qualora si presenti un'offerta per più lotti che, singolarmente, non prevedono il pagamento di un contributo in favore dell'ANAC, potete confermare che non è necessario pagare alcun contributo all'ANAC? Oppure tale contributo va pagato, calcolandolo (come?) con riferimento alla somma degli importi dei singoli lotti per cui si presenta l'offerta?	Buongiorno, il contributo ANAC, se previsto, va pagato per il singolo lotto.
Nello schema di contratto si legge "La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorrere dalla data di collaudo definitivo". Nel capitolato speciale si legge "Il contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere all'esito positivo del collaudo". Nello stesso capitolato viene specificato che l'"assistenza tecnica inclusa nella fornitura" è "garanzia full risk di 24 mesi", e viene richiesto di quotare a parte l'importo manutenzione annua full risk "per eventuali ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza della garanzia". Il riferimento alla durata di 36 mesi nello schema di contratto è quindi errato?	Relativamente alla durata riportata nello schema di contratto, trattasi di refuso. Il contratto ha durata di 24 mesi a decorrere all'esito positivo del collaudo.
Cosa significa - cito dal capitolato - "La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre ulteriori 12 mesi dalla scadenza del contratto stesso". Quali prezzi? Il contratto include una full-risk di 24 mesi.	Alla scadenza del contratto, dopo i 24 mesi l'O.E. continuerà la fornitura alle stesse condizioni e prezzi, con riferimento alla quotazione richiesta di ulteriori 12 mesi successivi alla garanzia
SUL DISCIPLINARE DI GARA PAG. 35 SEZIONE DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE viene chiesta una dichiarazione riportante diversi punti con richiesta di produrre documentazione; i punti A D E F sono già richiesti in altre sezioni della documentazione tecnica. Si richiede se è sufficiente la produzione della dichiarazione SENZA produzione documentale aggiuntiva Si richiede inoltre se i manuali (punto H) si possono inserire nella sezione "Documentazione tecnica aggiuntiva" con CE, brochure etc? Cordiali saluti	Nella sezione dichiarazioni aggiuntive, risulta possibile ulteriori dichiarazioni oltre a quelle presentate in altre sezioni
Allegato B1 lotto3- subcriterio TEMPO DI INIZIO DI UNA SESSIONE ESPRESSO IN SECONDI; si chiede di specificare cosa si intende; se tempo di accensione oppure il tempo tre il settaggio della terapia e l'avvio effettivo della sessione, o altro. Cordiali saluti	il tempo tre il settaggio della terapia e l'avvio effettivo della sessione