

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta
PI063886-23	in merito alla gara in oggetto, visto che si tratta di protesi ortopediche , si chiede un chiarimento in merito alla presenza di una gara che ad oggetto gli stessi prodotti, indetta da soresa per l'affidamento di fornitura di protesi d'anca per tutta la regione Campania, si chiede se le due gare non siano in sovrapposizione.	PI068538-23	Trattasi di procedura ponte da aggiudicarsi nelle more dell'aggiudicazione e dell'attivazione dei contratti da parte della centrale di committenza. All'attivazione dei contratti da parte della So.Re.Sa. Il contratto si considererà risolto.
PI068547-23	Si conferma quanto risposto al quesito PI063030-23 "nella descrizione del sistema tipo del lotto 3 è indicato "sistema protesico.....cementato....." mentre nella composizione sistema tipo è indicato "componenti in lega.....cementato e non...". Sono richieste entrambe le versioni, cementata e non, allo stesso prezzo?"	PI068548-23	No trattasi di errore. La risposta corretta è: Si conferma che debbano essere offerti cementato e non nel rispetto della base d'asta.
PI066814-23	<p>1)Laddove vengono richiesti i centri nazionali ed internazionali “con documentazione probatoria in ordine all'effettiva utilizzazione ed al numero dei casi clinici trattati con il sistema proposto” si chiede di confermare che sia sufficiente fornire il numero di impianti effettuati</p> <p>2)Nell'allegato B1 rispetto al Lotto 2 si richiede nella Composizione Impianto tipo “Eventuale spessore tibiale cementato, eventuale rotula”, al fine di consentire la formulazione di un’offerta conforme e consapevole si chiede di specificare cosa si intende per “eventuale” e se nell’impianto tipo debbano essere presenti sia lo spessore tibiale che la rotula pena esclusione.</p> <p>3)In ragione dell’indicazione secondo la quale il concorrente indica, per ciascun lotto cui partecipa, il prezzo unitario del sistema offerto, al netto dell’IVA. Detto prezzo è ottenuto dalla media dei prezzi unitari offerti per le varie configurazioni di misure proposte per il medesimo lotto. Detto prezzo medio offerto non potrà comunque essere superiore al prezzo indicato nel campo “Valore Unitario a base d'asta”, IVA esclusa” dell'allegato B, si chiede di confermare che, a parità di componente d’impianto sia possibile offrire prezzi differenti.</p>	PI068511-23	<p>1) Si conferma</p> <p>2) Si conferma che devono essere previste sia spessore tibiale che la rotula</p> <p>3) No lo steso componente deve essere offerto allo stesso prezzo</p>

PI063030-23	nella descrizione del sistema tipo del lotto 3 è indicato "sistema protesico.....cementato....." mentre nella composizione sistema tipo è indicato "componenti in lega.....cementato e non...". Sono richieste entrambe le versioni, cementata e non, allo stesso prezzo?	PI068540-23	Va bene il cementato purchè sia Nichel Free.
PI063784-23	per i LOTTI 26 e 27 si chiede un chiarimento relativo alla base d'asta: nel lotto 26 viene richiesto uno spaziatore con doppio antibiotico e nel 27 uno spaziatore con singolo antibiotico ma i due lotti hanno la stessa base d'asta, trattasi di refuso?	PI068539-23	Si conferma la base d'asta prevista
PI067085-23	<p>Rispetto al lotto5 siamo a chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> •di confermare che i coni /camicie siano richiesti sia cementati che pressfit; •di specificare se le viti richieste siano utili alla riduzione della rotula e quindi non appartenenti al sistema di revisione stesso; in ragione del fatto che non tutti i sistemi protesici necessitano di tali viti si chiede di confermare che sia possibile rispondere ugualmente al lotto di gara anche in mancanza delle stesse. <p>Rispetto al Lotto 6 nella misura in cui l'offset viene e può essere raggiunto attraverso l'utilizzo degli adattatori, si chiede di confermare che, piuttosto che offrire steli offsettati, l'offset degli steli può essere inserito negli adattatori;</p> <p>In riferimento ai criteri di valutazione delle protesi di ginocchio (da 1 a 11) e di anca (da 12 a 28) e segnatamente alla "Documentazione scientifica. Saranno valutati solo i lavori scientifici pertinenti pubblicati su riviste impattate. Numero massimo di lavori presentabili: 10"... si chiede di confermare che per pertinenti si intenda che i lavori debbano essere riferiti al prodotto offerto</p>	PI068509-23	- lotto 5si conferma si conferma- lotto 6si conferma- criteri di valutazione si conferma
PI067089-23	Si chiede conferma che la letteratura possa essere presentata in lingua inglese (senza traduzione)	PI068485-23	Si conferma

PI067090-23	<p>Modalità caricamento documentazione tecnica:</p> <p>1)Schede tecniche: si chiede conferma che possano essere caricate il formato pdf (senza firma digitale) all'interno di una zip firmata digitalmente</p> <p>2)Allegato A5 - Scheda fornitore: si chiede conferma che debba essere caricato in formato pdf firmato digitalmente</p> <p>3)Allegato A7 - Offerta economica senza prezzi: si chiede conferma che debba essere caricato in formato excel firmato digitalmente</p> <p>4)Documentazione tecnica aggiuntiva: si chiede conferma che possa essere caricata il formato pdf (senza firma digitale) all'interno di una zip firmata digitalmente</p>	PI068483-23	Si confermaSi confermaSi confermaSi conferma
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------

Chiarimenti TECNICI

-Lotti 16 e 21: Nel principio di avere una più ampia gamma di prodotti e dare la possibilità di proporre soluzioni equivalenti, si chiede di poter offrire stelo conico MODULARE

-Lotto 23: si chiede di voler meglio specificare l'impianto tipo richiesto.
Dato che le cupole non si cementano ma vanno a sostituire l'articolari  nelle endo, cosa si intende per "cupola biarticolare a doppia mobilit  cementata"?
Dato che non esistono coppe cementate in metallo se non per la doppia mobilit , cosa si intende per "coppa metallica cementata"?

A cosa devono essere funzionali i "n.ro 2 moduli in macro" e i "n.ro 3 moduli in titanio"

- Si conferma che trattasi di una alternativa in quanto come specificato nel lotto deve essere "anche" modulare- Lotto 23Si intende cupola modulare a doppia mobilit  cementataSi intende per doppia mobilit  cementata 2 moduli in macro la possibilit  di usare doppio cotile e i 3 moduli in titanio per i difetti segmentari limitati a 2 cm.

PI067091-23

PI068481-23

PI064946-23	relativamente al sistema tipo del lotto 30, si richiede se la nomenclatura “stelo omerale da revisione” sia confermata o si tratti di un refuso.	PI068536-23	Si richiede stelo classico da I impianto o quello da presa diafisaria.
PI064951-23	Si chiede la possibilità di presentare le certificazioni e la bibliografia dei prodotti offerti, in lingua originale	PI068516-23	Si purchè siano in inglese.
PI067045-23	<p>Spett.Le Azienda,</p> <p>sul portale per il pagamento contributo gara a favore dell'ANAC,</p> <p>i CIG per i lotti risultano validi ma non ancora disponibili per il pagamento.</p> <p>Il messaggio del portale dice espressamente di contattare la stazione appaltante. Circa il PASSOE, si fa presente che il servizio risulta essere da circa due settimane in manutenzione tanto da non rendere possibile la generazione, allo stato attuale. Si fa presente in quanto la stessa SO.RE.SA, ai fini della presentazione dello stesso nella gara regionale protesica, ha chiarito che, se il disservizio dovesse perdurare fino alla data di scadenza fissata il 03/07, attiverà il soccorso istruttorio.</p>	PI068510-23	I CIG sono stati perfezionatiSi conferma che il PASSOE può essere integrato con successivo soccorso istruttorio.

PI067087-23	Gli importi a base d'asta indicati nell'allegato "A4 – Scheda Cig-Garanzia-Contributo ANAC" (Colonna 1), sono differenti rispetto agli importi a base d'asta indicati nell'allegato "B1" e nell'allegato "Articoli". Modifichiamo gli importi o provvedete a caricare un nuovo file con gli importi corretti?	PI068486-23	Gli importi sono corretti. Nell'allegato A4 sono comprensivi dell'opzione di proroga tecnica.
PI065787-23	si richiede dettaglio e componenti specifiche degli impianti tipo (sistema tipo) per i lotti delle protesi di Ginocchio (1-11).	PI068515-23	Sono quelle ricomprese nella colonna composizione sistema tipo.

PI065816-23	<p>Spett.le Ente, con l'approssimarsi dell'efficacia del Nuovo Codice degli Appalti, prevista per il prossimo 1° luglio, si è enormemente intensificato il numero di bandi pubblicati e tale numero è destinato ad aumentare.</p> <p>La concentrazione della pubblicazione delle gare comporta inevitabilmente la concentrazione del termine di scadenza; il che costringe i nostri uffici, come quelli di tutti gli operatori economici interessati al mercato della Pubblica Amministrazione, a lavorare simultaneamente su un numero di procedure eccessivo, con il rischio di non riuscire a formulare le migliori offerte.</p> <p>Questa eccezionale situazione reca un serio pregiudizio ai principi della massima concorrenza e della più ampia partecipazione del mercato.</p> <p>Pertanto, si chiede la possibilità di concedere una proroga/differimento del termine previsto per la presentazione delle offerte.</p>	PI068512-23	Trattasi di procedura ponte. Non saranno concesse proroghe o dilazioni temporali.
PI067092-23	<p>-Si chiede conferma che quanto riportato a pag. 40 del disciplinare di gara "si precisa che il prezzo unitario offerto al netto dello sconto, IVA esclusa, non può essere pari a 0 (zero)" voglia dire che il prezzo di un impianto tipo non possa essere pari a zero.</p> <p>-È possibile offrire una singola componente a prezzo zero?</p>	PI068466-23	Si conferma

PI062036-23	<p>relativamente al lotto 3, per poter dare maggiore accessibilità alla partecipazione del lotto, siamo a chiedere la possibilità di poter offrire solamente gli impianti cementati.</p> <p>Anche per i lotti 5-6-7-8, siamo a chiedere per lo stesso motivo, ossia di poter allargare il campo di partecipazione a più Ditte, la possibilità di eliminare dall'impianto tipo i "Coni o Camicie femorali", in quanto non indispensabili per l'esecuzione dell'intervento e commercializzati da pochissime Aziende.</p>	PI068546-23	<p>Devono essere cementati e non ed in entrambi i casi nichel free.Si conferma che sono richiesti coni e camicie femorali in quanto possono essere indispensabili in alcuni casi</p>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------