

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta
PI068146-23	<p>Richiesta aumento Base d'asta lotto 17</p> <p>siamo a richiedere se le basi d'asta dei lotti 17 :  "Introduttore per l'intubazione difficile tipo "Frova" in poliuretano radiopaco, stiletto di irrigidimento, adattatore Rapi-Fit , connettore luer lock"  fissata a 4,8 euro (importo annuale 9600euro/2000 pz) trattasi di refuso.  Chiediamo pertanto di innalzare la base d'asta affinché essa consenta innanzitutto la massima partecipazione alla procedura e la remuneratività della fornitura per l'operatore economico (che sia adeguata e congrua a garantire la qualità delle prestazioni Art. 30 del Codice degli appalti).</p>	PI076120-23	Si conferma quanto previsto negli atti di gara.
PI071033-23	<p>chiediamo di precisare se, in caso di articoli chiesti in più di una misura, la campionatura debba essere di uno o due pezzi per ogni misura offerta.</p>	PI076112-23	Un pezzo per misura
PI068015-23	<p>1) A pag. 23 del Disciplinare di Gara è riportato che "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana".  Si chiede di poter presentare le Dichiarazioni di Conformità CE, Certificati CE, Certificato ISO e simili in lingua originale in quanto rilasciati da Enti certificatori autorizzati.</p> <p>2) Si chiede di confermare che la documentazione inerente il DUVRI non deve essere presentata in sede d'offerta, trattandosi di appalto per mera fornitura.</p>	PI076126-23	1) Si conferma 2) Si conferma
PI063824-23	<p>è possibile conoscere i quantitativi richiesti ? non sono stati specificati nell'allegato B1 - grazie</p>	PI076131-23	I quantitativo sono indicati nelle colonne fabbisogni

<p>PI069330-23</p>	<p>1) Si chiede se il possesso della certificazione ISO 13485:2016, riferita alla produzione e distribuzione di Dispositivi medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 (50%).  A sostegno della tesi favorevole, depongono le seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all'ambito dei Dispositivi Medici;</li> <li>• La certificazione di qualità deve essere riferita all'oggetto specifico dell'appalto (tra le tante: T.A.R. Lazio, Roma, 21 marzo 2012, n. 2716), nel caso coincidente giova ribadire, proprio con i dispositivi medici.</li> </ul> <p>Si precisa sin d'ora che, conformemente a quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la scrivente, in virtù del possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si avvarrà in ogni caso della riduzione del 20% dell'importo della cauzione provvisoria, da cumulare con la riduzione del 50% da Voi eventualmente accordata.</p> <p>2) Segnaliamo che, come da come da autorizzazione rilasciata in data 07 aprile 2017 dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento dell'imposta di bollo sarà effettuato in modalità "virtuale": a comprova verrà presentata una autodichiarazione in busta amministrativa.</p> <p>3) Si chiede di confermare che, come indicato a pag. 45 del Disciplinare di gara, la campionatura non sia da presentare in fase di partecipazione ma, eventualmente, potrà essere richiesta in sede di valutazione delle offerte tecniche.</p>	<p>PI076117-23</p>	<p>1) Si consente 2) Si prende atto. 3) La campionatura va presentata secondo quanto previsto dal paragrafo n.14 del capitolato.</p>
<p>PI072655-23</p>	<p>in relazione a quanto indicato alla voce "Parte III - Motivi di esclusione" di cui all'articolo 15.2 "Documento di gara unico europeo", si chiede, nel caso le attestazioni di cui all'art. 80 co.1 debbano essere rese da due soggetti, se debbano essere compilati due DGUE distinti firmati digitalmente in maniera distinta rispettivamente dai due soggetti o se, al contrario, sia sufficiente compilare un DGUE solo con i dati di entrambi i compilatori, firmato digitalmente da entrambi.</p>	<p>PI076101-23</p>	<p>Basta un DGUE con i dati di entrambi firmato digitalmente dal compilatore (legale rappresentante)</p>

PI070307-23	<p>1) Con riferimento al paragrafo 8.2 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che ai fini economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, sia ammessa (secondo una prassi ormai consolidata con le Stazioni Appaltanti) anche una dichiarazione a firma dell'ODV;</p> <p>2) Si chiede di confermare che non sia richiesto il requisito di capacità tecnica e professionale.</p> <p>3) Si chiede di confermare che il riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, prevista a pag. 18 punto 7) e a pag. 32 punto 3 a.3 del Disciplinare, corrisponde ad un refuso e, in ogni caso, non sia a pena di esclusione essendo sufficiente la presentazione della cauzione firmata digitalmente corredata dall'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, così secondo la prassi consolidata.</p> <p>4) Si chiede di confermare che la richiesta di traduzione giurata, prevista a pag. 38 Disciplinare, della documentazione tecnica presentata in una lingua diversa rispetto all'italiano sia un refuso (ciò anche in considerazione dei tempi necessari per il rilascio della suddetta traduzione giurata, nonché dei relativi costi da sostenere). Si chiede pertanto la possibilità di presentare le certificazioni in lingua inglese, o, tutt'al più, di corredarle di una traduzione di cortesia.</p>	PI076113-23	<p>1) Si conferma, anche se in questa fase è sufficiente quanto autodichiarato nel DGUE.2) Si conferma3) Non trattasi di refuso, ma non trattasi di motivo di esclusione4) Si conferma</p>
PI071846-23	<p>si comunica che il CIG del lotto 53, inserito nel Portale dei pagamenti ANAC "è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento". Situazione analoga per la creazione del PASSOE in quanto il CIG indicato "non esiste o non è stato ancora definito".</p>	PI076104-23	I CIG sono stati perfezionati.
PI072659-23	si chiede, alla luce dell'articolo 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e del recente orientamento giurisprudenziale, che cosa si debba inserire nella voce in piattaforma "costi della manodopera", in quanto si tratta di appalto per fornitura di dispositivi medici e non di servizi o lavori; di conseguenza non ci sono costi per la manodopera.	PI076100-23	Qualora il concorrente stimi detti costi è pari a Zero, dovrà inserire negli appositi campi previsti sulla piattaforma Siaps il numero 0 (zero)
PI071848-23	<p>1) Si chiede conferma dell'uso di due cifre decimali ANCHE per gli importi unitari.</p> <p>2) Per quanto concerne la presentazione della DOCUMENTAZIONE TECNICA, si richiede la possibilità di allegare le Certificazioni (Certificato CE, dichiarazione di conformità e ISO) in lingua originale (inglese).</p>	PI076102-23	<p>1) Nel dettaglio offerta tecnica possono essere indicati fino a 5 decimali per i valori unitari.2) Si conferma</p>
PI069999-23	Con riferimento alla gara "PROCEDURA APERTA PERLA FORNITURA TRIENNALE DI TUBI CATETERI E SONDE ID GARA 9156519" in oggetto, e in particolare al prezzo a base d'asta che viene imposto per poter partecipare al Lotto 45 chiediamo di rivedere il prezzo base d'asta unitario da voi indicato prevedendo un incremento della base d'asta di almeno il 25 % al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici, e per consentire di proporre un'offerta che rispetti i criteri di congruità e sostenibilità finanziaria imposti dalla legge anche alla luce degli aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti registratisi nell'ultimo biennio che hanno portato ad indiscutibili aumenti dei costi registrati sul mercato.	PI076114-23	Si conferma quanto previsto negli atti di gara.
PI071181-23	La presente per segnalare che nella piattaforma dell'ANAC i CIG non risultano ancora attivi.	PI076109-23	I CIG sono stati perfezionati

PI071792-23	con la presente si chiede se i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per la comprova del requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale, devono essere prodotti già in questa fase o se, al contrario, verranno richiesti successivamente in caso di eventuale aggiudicazione.	PI076105-23	Verranno richiesti successivamente agli aggiudicatari.
PI068009-23	si chiede di meglio specificare cosa sia inteso per " con rastrematura in prossimità dell'aletta" indicati ai lotti 67-69.	PI076130-23	Si intende che la parte terminale (quella in prossimità dell'aletta) sia conica (diametro lievemente maggiore a quello del catetere).Questo per permettere un miglior tamponamento dell'emergenza cutanea.
PI071463-23	in riferimento alla presente procedura per richiedere la definizione dei CIG di gara per il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).	PI076106-23	I CIG sono stati perfezionati
PI071460-23	in riferimento alla presente procedura per richiedere la definizione dei di gara per il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).	PI076107-23	I CIG sono stati perfezionati
PI071314-23	si chiede di confermare che il campo "costi manodopera" va compilato solo per quei lotti in cui sono presenti apparecchiature.	PI076108-23	Qualora il concorrente stimi detti costi è pari a Zero, dovrà inserire negli appositi campi previsti sulla piattaforma Siaps il numero 0 (zero)