



LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA, DA DESTINARE ALLA U.O.C DI NEURORADIOLOGIA DELL'AORN MOSCATI.

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

<p><i>Oggetto della fornitura</i></p>	<p>Si richiede LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA, DA DESTINARE ALLA U.O.C DI NEURORADIOLOGIA DELL'AORN MOSCATI.</p> <p>Nello specifico, si richiede:</p> <p>PER FABBISOGNO ANNUALE:</p> <p>LOTTO 1: Premisacca trasparente da 1000 cc con controllo della pressione analogico che garantisca pressioni da 300 mmHg in su, costruito con materiale resistente di tessuto o plastica. QUANTITA': 30</p> <p>LOTTO 2: Sistema di accesso intracranico realizzato in NYLON, copolimeri tipo PEBAX, ed URETANO (con armatura in acciaio inox), rivestimento interno in Ptfе disponibile in 2 diverse versioni, 6 F prossimale 6 F distale con lume interno preferibilmente da 0.070" e 6F prossimale rastremato a 5 F distale con lume interno preferibilmente da 0.053", lunghezza 95, 105 e 115cm circa. Zona flessibile distale disponibile in 3 lunghezze, 6, 8, 12 cm circa. Possibilità di essere utilizzato in coassiale con il proprio catetere selettivo disponibile in 3 diverse configurazioni (BER, SIM, H1). Sistema di accesso intracranico realizzato in NYLON, copolimeri tipo PEBAX, ed URETANO (con armatura in acciaio inox), rivestimento interno in Ptfе disponibile in 2 diverse versioni, 6 F prossimale 6 F distale con lume interno preferibilmente da 0.070" e 6F prossimale rastremato a 5 F distale con lume interno preferibilmente da 0.053", lunghezza 95, 105 e 115cm circa. Zona flessibile distale disponibile in 3 lunghezze, 6, 8, 12 cm circa. Possibilità di essere utilizzato in coassiale con il proprio catetere selettivo disponibile in 3 diverse configurazioni (BER, SIM, H1). Sistema di accesso intracranico realizzato in NYLON, copolimeri tipo PEBAX, ed URETANO (con armatura in acciaio inox), rivestimento interno in Ptfе disponibile in 2 diverse versioni, 6 F prossimale 6 F distale con lume interno preferibilmente da 0.070" e 6F prossimale rastremato a 5 F distale con lume interno preferibilmente da 0.053", lunghezza 95, 105 e 115cm circa. Zona flessibile distale disponibile in 3 lunghezze, 6, 8, 12 cm circa. Possibilità di essere utilizzato in coassiale con il proprio catetere selettivo disponibile in 3 diverse configurazioni (BER, SIM, H1). QUANTITA': 20</p> <p>LOTTO 3: Sistema di accesso distale intracranico, rastremato con porzione prossimale di supporto 6F di catetere monolume di rigidità variabile con spirale di rinforzo in nitinol. Dotato di un marker radiopaco a fascia sull'estremità distale. Lunghezze 115, 125 e 130 cm circa. Sistema di accesso distale intracranico, rastremato con porzione prossimale di supporto 6F di catetere monolume di rigidità variabile con spirale di rinforzo in nitinol. Dotato di un marker radiopaco a fascia sull'estremità distale. Lunghezze 115, 125 e 130 cm circa. Sistema di accesso distale intracranico, rastremato con porzione prossimale di supporto 6F di catetere monolume di rigidità variabile con spirale di rinforzo in nitinol. Dotato di un marker radiopaco a fascia sull'estremità distale. Lunghezze 115, 125 e 130 cm circa. QUANTITA': 5</p>
---------------------------------------	--



	<p>LOTTO 4: Catetere guida con pallone distale lungo mm 12-14 circa, compreso tra due markers, per blocco del flusso ematico, armato sia internamente che esternamente. Diametro esterno 6 e 8Fr, lunghezza da cm 100 circa e compatibile con guida da 0,38", Catetere guida con pallone distale lungo mm 12-14 circa, compreso tra due markers, per blocco del flusso ematico, armato sia internamente che esternamente. Diametro esterno 6 e 8Fr, lunghezza da cm 100 circa e compatibile con guida da 0,38", QUANTITA' : 5</p> <hr/> <p>LOTTO 5: Microguida in acciaio inossidabile con calibro rastremato: preferibilmente 0.008" distale e 0.012" prossimale. Dotata di punta preformabile presenta un rivestimento in platino nel tratto distale di almeno 10 cm. Presenta un rivestimento idrofilico che consente di mantenere una perfetta scorrevolezza anche per periodi prolungati QUANTITA': 20</p> <hr/> <p>LOTTO 6: Microguide in acciaio inossidabile con triplo rivestimento idrofilo dotate di una punta estremamente soffice, rivestita in platino nel tratto distale (almeno 5 cm). Anima ad elemento unico in acciaio, punta preformabile per un perfetto adattamento vascolare Gamma disponibile: preferibilmente 0.014" lunghezza fino a 205 cm circa QUANTITA': 20</p> <hr/> <p>LOTTO 7: Microguida in lega superalloy, in nickel-cobalto-cromo, diametro preferibilmente di 0.014", spirale distale in platino radiopaco, rivestimento idrofilico di cm 36 circa. Estremità prossimale forata per estensione da cm 115 circa. QUANTITA'.20</p> <hr/> <p>LOTTO 8: Materiale radiopaco tipo tungsteno da miscelare con embolizzanti Liquidi. QUANTITA':10</p> <hr/> <p>LOTTO 9: Stent per aneurismi di biforcazione a diversione di flusso, in nitinol, con 4 petali distali rivestiti da membrana non permeabile perforabile con micro per spirali. Compatibile preferibilmente con micro non superiore a 0.027", misure corona da 5 a 10 mm circa. QUANTITA': 5</p>
<p><i>Modalità di consegna merce</i></p>	<p>Il destinatario della consegna è l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e precisamente il Magazzino Ingegneria Clinica, sito alla Città Ospedaliera in c. da Amoretta dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 13:30.</p> <p>Il Fornitore è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici.</p> <p>L'A.O.R.N. Moscati non si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni indicate. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino Richiedente.</p> <p>Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle perfette condizioni di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti e/o occulti, che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzino precedente, delle</p>



	<p>operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.</p> <p>L'accettazione, da parte dell'A.O.R.N. Moscati, della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.</p> <p>Tutti gli oneri sono a carico del Fornitore; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto del contratto, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e delle norme sulla produzione e sul commercio, nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente dell'A.O.R.N. e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma dei Documenti di Trasporto.</p> <p>Qualora il personale di cui sopra rifiuta la merce, reputandola inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla ed a sostituirla con altra idonea entro 48 ore dall'atto della contestazione. La non conformità dei prodotti forniti per qualità può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna e/o in sede di utilizzo. Anche in detto caso l'aggiudicatario è tenuto al ritiro e alla sostituzione entro le 48 ore, dalla contestazione.</p> <p>Nel caso che il Fornitore non provveda nei termini indicati, l'A.O.R.N. avrà facoltà di acquistare il prodotto presso altro fornitore con addebito degli eventuali oneri alla ditta inadempiente.</p> <p>L'A.O.R.N. non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti non conformi, in conseguenza della giacenza oltre le 48 ore.</p> <p>Il Fornitore non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano, in qualsiasi momento contestati. La firma all'atto del ricevimento della merce rappresenta la mera ricezione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Campania riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate <u>entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso</u>, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali il Fornitore è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. All'atto di ogni consegna il Fornitore dovrà presentare all'addetto al Magazzino Richiedente apposito documento di trasporto, in tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, codice a barre (per lettura ottica), codice prodotto del fabbricante e del distributore in caso sia diverso, descrizione dettagliata, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti.</p> <p>Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito al fornitore o all'incaricato della consegna. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste, l'A.O.R.N. Moscati avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, a spese dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all'A.O.R.N. il maggiore prezzo pagato e/o le altre spese sostenute; salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare.</p>
<i>Adeguamento dei prezzi</i>	<p>Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.</p> <p>Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione per l'industria come indicato dall'articolo 60, comma 3, lettera b del <i>Codice</i>.</p>
<i>Penali</i>	<p>I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>