

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

S.O. Urologia

Dispositivi per elettrocoagulazione

(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

La fornitura ha ad oggetto l'acquisizione di dispositivi dedicati alle attività di chirurgia della S.O. Urologica dell'AORN Moscati di Avellino per un fabbisogno biennale e di seguito specificati:

- Anse da prostatectomia monopolare (tipoA22201C), quantità 120pz
Avente le seguenti caratteristiche:
 - Elettrodo ad ansa HF c.a. 24 FR 0.35 mm medio;
 - Idoneo per ottica 12°
 - Compatibile con generatore ESG-400 di marca Olympus e con resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER in dotazione a questa A.O.
 - CND U090202

- Ansa Roller da Prostatectomia monopolare (tipoA22251C), quantità 72 pz
Avente le seguenti caratteristiche:
 - Elettrodo a pallina HF 24 Fr c.a.
 - Idoneo per ottica 12° e 30°
 - Compatibile con generatore ESG-400 di marca Olympus e con resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER in dotazione a questa A.O.
 - CND U090202

- Ansa da resezione media 12 gradi bipolare (tipo WA22302D), in quantità 600 pz
Avente le seguenti caratteristiche:
 - Ansa da resezione media 12 gradi bipolare
 - Compatibile con generatore di marca Olympus ESG-400 e UES-40 e con resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER in dotazione a questa A.O. ;
 - CND U090202

- Ansa da resezione ad ago bipolare (tipo WA22355C), quantità 24 pz
Avente le seguenti caratteristiche:
 - Ansa da resezione ad ago bipolare
 - Compatibile con generatore di marca Olympus ESG-400 e UES-40 e con resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER in dotazione a questa A.O. ;
 - CNDU090202

- Ansa da resezione a bottone bipolare (tipo WA22557C), quantità 60 pz
Avente le seguenti caratteristiche:
 - Ansa da resezione a bottone bipolare
 - Compatibile con generatore di marca Olympus ESG-400 e UES-40 e con resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER in dotazione a questa A.O. ;
 - CNDU090202

- Ansa da resezione a rullo bipolare (tipo WA22351C), quantità 120pz
Avente le seguenti caratteristiche:
 - Ansa da resezione a rullo bipolare
 - Compatibile con generatore di marca Olympus ESG-400 e UES-40 e con resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER in dotazione a questa A.O. ;
 - CNDU090202

- Cavo HF per generatore ESG-400 (tipo WA0014A), quantità 6 pz
Avente le seguenti caratteristiche

- Cavo HF per resezione al plasma
- Compatibile con generatore di marca Olympus ESG-400/410 e in dotazione a questa A.O. ;
- poliuso
- CNDZ12010980

I dispositivi offerti devono essere:

- completi di ogni accessorio e/o adattatori necessari al corretto e sicuro funzionamento;
- compatibili con i resettori, ottiche e strumenti di marca Olympus in possesso;
- rispondenti alla normativa vigente sui dispositivi medici;
- In caso di dispositivi compatibili bisognerà presentare certificazione di compatibilità emesso da Ente terzo.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un elettrobisturi in comodato d'uso compatibile con i dispositivi offerti in gara, completo di pedaliera e tutto il necessario per il corretto e sicuro funzionamento.

Sarà discrezione della Commissione giudicatrice richiedere eventuale campionatura senza reso dei dispositivi e prova visione dell'elettrobisturi, da inviare entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell'AORN Moscati di Avellino.

(2) questionario tecnico

Rispondere in maniera puntuale ai requisiti richiesti nella sezione “(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste” nel medesimo ordine e con chiara indicazione della corrispondente pag. del manuale e/o scheda tecnica dove si evince quanto riscontrato.

Presentare le quotazioni da listino dei dispositivi/ materiali di consumo per generatore di marca Olympus ESG-400 e UES-40 e resettore Olympus OES-PRO e SUGAR MASTER applicando lo stesso sconto presentato con l'offerta in gara.

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 4) La risposta al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente