



FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.U.O.O. Aziendali (Pediatria, Cardioanestesia, Medicina Interna..)

KIT MONOUSO E SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE FORMULA DI SERVICE

(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 6 sistemi per Ossigenoterapia ad alto flusso aventi le seguenti caratteristiche di minima:

1. generatore di flusso con umidificatore integrato per il trattamento di pazienti pediatrici ed adulti;
2. display multifunzione per la visualizzazione dei parametri di % ossigeno, temperatura e allarmi;
3. pulsanti e/o manopola per il settaggio delle impostazioni e tacito allarmi;
4. temperatura variabile almeno da 33°C a 37°C;
5. flusso di erogazione almeno da 2 l/min a 40 l/min;
6. presenza di allarmi sonori e visivi;
7. controllo FiO₂ regolabile da 21 a 100%;
8. carrelli porta sistema dell'ossigenoterapia su ruote basculanti completo di asta porta sacca;
9. sistema alimentato a corrente;
10. manutenzione Full Risk per il corretto funzionamento dei sistemi per tutta la durata del contratto comprensivo di ricambi filtri, alimentazione ossigeno, kit disinfezione per pulizia e aggiornamento macchina.

Kit monouso annui per un periodo triennale, per il trattamento almeno n. 300 pazienti (adulti e pediatrici), comprensivi di

11. circuito riscaldato contenente la camera di umidificazione;
12. circuito riscaldato contenente la camera di umidificazione con porta integrata per nebulizzazione a membrana vibrante;
13. almeno 260 interfacce monouso cannula nasale annue di varie dimensioni (per terapia a bassi ed alti flussi);
14. almeno 40 interfacce monouso cannula nasale con rebbi asimmetrici annue di varie dimensioni (per terapia a bassi ed alti flussi);
15. almeno 80 interfacce tracheostomiche annue;
16. almeno 60 adattatori per maschere per ossigenoterapia standard annue;
17. almeno 60 adattatori fissaggio cannule annue;
18. almeno 48 filtri annui;
19. Ogni accessorio, modulo ed opzione disponibile a corredo;

Devono considerarsi inclusi tutti i consumabili necessari per i trattamenti dei pazienti per le varie unità operative richiedenti.

In caso di emergenza e maggiore affluenza di pazienti che necessitano di tale terapia, la società aggiudicataria, dovrà provvedere la fornire altre apparecchiature in supporto.

(2) opzioni ed accessori

(3) questionario tecnico

Descrivere:

1. Unificatore e tipologia di funzionamento;
2. Display per la visualizzazione dei parametri;
3. Modalità di settaggio parametri;
4. Range di temperatura;
5. Velocità di flusso;
6. Tipologia e modalità di allarmi;
7. Range di FiO₂;
8. Carrello porta sistema ossigeno
9. Tipologia di alimentazione per il sistema;
10. Tipologia della manutenzione;



descrizione dei kit monouso per adulti:

11. N. kit e camera di umificazione
12. N. kit e tipologia di interfacce per i pazienti per l'ossigenoterapia;
13. Tutti gli accessori e opzioni a corredo

descrizione dei kit monouso per pediatria:

14. N. kit e camera di umificazione
15. N. kit e tipologia di interfacce per i pazienti per l'ossigenoterapia;
16. N. kit e tipologia di fissaggio delle cannule nasali;
17. Tutti gli accessori e opzioni a corredo

Quotazione di tutti i consumabili necessari per i trattamenti

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 4) Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente