

**FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI
FARMACI ANTIBLASTICI**

REQUISITI TECNICI A PUNTEGGIO

<i>Elemento</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Max punti. D</i>	<i>Punteggio totale</i>
1	Praticità dell'uso del perforatore e prelievo del farmaco (soprattutto in relazione alla resistenza all'aspirazione)	5	
2	Sicurezza delle connessioni durante tutto il processo di utilizzo	10	
3	Tenuta del sistema autosigillante (fuga di liquido)	10	
4	Numero di attivazione delle connessioni	10	
5	Resistenza al chemioterapico dopo 24 ore	10	
6	Confezionamento	5	
7	Tenuta delle connessioni	10	
8	Presenza filtro idrofobico con pori diametro S 0,2 micron	10	
			70