



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI KIT PER ASPIRAZIONE ENDOLUMINALE PER LA GESTIONE DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE DEL BASSO RETTO DA DESTINARE ALL'U.O.C. CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI KIT PER ASPIRAZIONE
ENDOLUMINALE PER LA GESTIONE DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE DEL
BASSO RETTO**

N. 100 kit per aspirazione endoluminale CND M0407 così composti:

- spugna in poliuretano a pori aperti di diametro di circa cm 3.4 X 6.5 cm connessa ad un drenaggio CH 12 in PVC lunghezza circa cm 42;
- n. 2 tubi rinforzati da introdurre in cavità facendoli scorrere sul colonscopio lunghezza 29 cm con punta arrotondata rastremata diametro mm 12 mm- 15 mm e 16 mm- 19 mm circa utilizzati per introdurre la spugna in cavità;
- tubo di collegamento a Y per raccordare la spugna al contenitore di vuoto dotato di raccordo Luer Lock e clamp di chiusura

N. 200 Recipienti di raccolta graduato massimo cc 70 circa dotato di vuoto con valvola di regolazione e scala di misura della capacità di vuoto restante.

Fabbisogno triennale.

Si chiede inoltre l'invio di una campionatura (1 KIT) che non sarà restituita.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it