



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI KIT DI ASPIRAZIONE ENDOLUMINALE PER LA GESTIONE DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE ESOFACO/GASTRICHE DA DESTINARE ALL'U.O.C. CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

---

***ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA***

---

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI KIT DI ASPIRAZIONE  
ENDOLUMINALE PER LA GESTIONE DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE  
ESOFACO/GASTRICHE**

N° 80 Kit per aspirazione endoluminale CND M0407 così composti:

- Spugna in poliuretano a pori aperti di diametro di circa cm 2,4 X cm 5,5 connessa ad un drenaggio CH12 in PVC lunghezza circa cm 95;
- Spingitore in PVC, CH30, 60 cm circa di lunghezza circa per spingere la spugna in cavità
- Tubi di silicone rinforzati da introdurre in cavità, facendoli scorrere su gastroscopio, misura cm 60 circa con punta arrotondata diametro da **mm 13-mm 15** circa utilizzati per l'introduzione della spugna in cavità;
- Tubo di collegamento a y per raccordare la spugna al contenitore di vuoto dotato di raccordo luer lock e clamp di chiusura

Fabbisogno biennale.

**Si richiede campionatura (1 KIT), che non sarà restituita.**

---

**ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

[www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)