



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO "AGENTE VOLUMIZZANTE" DA DESTINARE ALL'U.O.S.D. UROLOGIA FUNZIONALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO "AGENTE VOLUMIZZANTE" DA DESTINARE ALL'U.O.S.D. UROLOGIA FUNZIONALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

N° 3 ml di agente volumizzante biocompatibile per il trattamento endoscopico del reflusso vescico-uretrale.

CND P900403.

Quale fabbisogno UNA TANTUM.

Il Dispositivo Medico viene richiesto con le seguenti caratteristiche:

- Non riassorbibile;
- Formato da particelle (agente volumizzante) immerse in un veicolante biocompatibile non metabolizzabile;
- Diametro medio delle particelle circa 300 µ;
- In grado di garantire la non migrazione né locale né regionale né distale;
- Non deve necessitare di dispositivi ausiliari per permetterne l'estrusione;
- In grado di garantire una crescita minima di tessuto fibrotico attorno l'impianto.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it