



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI LAME OSCILLANTI MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA PER MOTORI ZIMMER

La S.O. Ortopedia detiene nr. 4 sistemi macromotori di marca ZIMMER mod. Universal di proprietà di questa A.O., concepiti per essere utilizzati durante gli interventi chirurgici su ossa grandi, medie e piccole tramite le lame monouso oggetto di richiesta.

Al fine di soddisfare le necessità espresse dal Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, si propone una procedura di acquisto dei seguenti dispositivi:

- Qt. 140 - Lama oscillante monouso mis. 75x25x0.89 mm - in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 100 - Lama oscillante monouso mis. 90x25x1.27 mm- in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 60 -Lama oscillante monouso mis. 90x20x1.27 mm - in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod,Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 40 - Lame oscillanti monouso mis. 90x13x1.27 mm - in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod,Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità, In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 20 - Lima monouso attacco Zimmer misura 38x20x1.27 mm- in acciaio inossidabile, attacco ZIMMER, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI LAME OSCILLANTI MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA PER MOTORI ZIMMER

- Qt.70 - Lama reciproca monuso mis. 70x10x1.19 mm - attacco Zimmer, tipo cod. 10-0701-19U-R1, in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod.Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.
- Qt. 70 - Lama reciproca doppia monouso mis. 76x12,5x1.19 mm - tipo cod. 12-0761-19U-R1 in confezione sterile, compatibile con i micromotori di marca Zimmer mod,Universal, rispondente alle normative di settore applicabili, dotate di marchio CE e dichiarazione di conformità. In caso di prodotto compatibile si richiede la campionatura senza reso.

Quale presunto fabbisogno biennale.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it