



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI KIT GUIDA AGO STERILE PER SONDA ENDOCAVITARIA DA DESTINARE ALL'U.O.C. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E STERILITA' DI COPPIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

---

**ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

---

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI KIT GUIDA AGO STERILE PER SONDA ENDOCAVITARIA DA DESTINARE ALL'U.O.C. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E STERILITA' DI COPPIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

CND	QUANTITÀ PER PZ	QUANTITÀ PER 60 PZ/MESE	FABBISOGNO ANNUALE
U080202	1	60	720

La guida deve essere realizzata con profilo atraumatico

- Appositamente indicata per utilizzo su sonde endocavitare
- Pronta all'uso
- Per utilizzo di aghi da 17-18G
- Monouso
- Comprensiva di coprisonda latex free 30 cm di lunghezza per sonda endocavitaria
- Comprensiva di gel ecografico sterile monouso
  
- Confezionamento in busta sterile
- Compatibile con sonda ecografica in possesso della UOC (sonda endovaginale IC9-RS GeHealthcare)

---

**ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

[www.aornmoscati.av.it](http://www.aornmoscati.av.it)