



---

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA  
BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI DA DESTINARE  
ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI  
AVELLINO

---

**RISCONTRO AI QUESITI RICEVUTI**

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta
PI023498-24	1) In relazione al lotto 3 è richiesto 'SOSTITUTO DI CORPO VERTEBRALE ESPANDIBILE': avendo costi significativamente differenti si richiede di specificare se si intende per il tratto cervicale o toraco-lombare, o in alternativa di creare due sub lotti. 2) In relazione al lotto 4 si richiede di specificare cosa si intende per tulip 'top-loading' 3) In relazione al lotto 6 si richiede che tipologia di cage è da preferirsi:TL,PL,Obl?	PI029189-24	1) Al lotto 3 viene richiesto cage espandibile per il tratto cervicale.2) La dicitura top loading indica solo che il caricamento della barra sulle tulip delle viti deve avvenire dall'alto.3) Si precisa che vengono richieste cage per tecnica PLIF e TLIF.
PI027776-24	Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico/professionale (art. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara) si chiede se possa essere preso in considerazione come periodo di riferimento il triennio 2020-2021-2022, in quanto il bilancio di esercizio relativo all'anno 2023 si chiuderà per la Scrivente solo a fine aprile 2024 e le attestazioni di buona fornitura relative all'anno 2023 appena terminato sono ancora in fase di rilascio da parte delle Pubbliche amministrazioni/committenti privati.	PI029182-24	Si conferma quanto richiesto.
PI027821-24	Relativamente ai lotti 4 e 5, entrambi di fissazione posteriore della colonna vertebrale composti da molteplici componenti di diversa tipologia e fattura, si chiede di poter fornire unitamente all'allegato "A6_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_Economica" il listino prezzi vigente o perlomeno l'estratto di listino vigente del sistema o della piattaforma offerti nel lotto specifico a cui si partecipa al fine di poter definire il prezzo unitario di fornitura nel caso in cui, per necessità clinica, ci venga richiesta la fornitura di ulteriori dispositivi medici non richiesti tecnicamente ma potenzialmente necessari per il trattamento di casi di deformità severa o traumi gravi. In alternativa si chiede di poter elencare e prezzare in calce all'Allegato A6 codesti dispositivi medici facenti parte del sistema offerto ma ulteriori rispetto all'offerta tecnica espressa/impianto tipo richiesto.	PI029181-24	Si consente di allegare, separatamente all'Allegato A6, vostro Listino prezzi. Tale listino, non concorre alla determinazione del valore offerto che, invece dovrà evincersi da quanto indicato nell'All. A6.



<b>PI024066-24</b>	In relazione al lotto 5, si evidenzia il fatto che il requisito "possibilità di blocco/sblocco della poliassialità per favorire la correzione della deformità", presente nell'impianto tipo, è posseduto, per quanto a nostra conoscenza, da un unico operatore economico presente sul mercato. Si chiede di elidere questa previsione al fine di consentire la partecipazione effettiva di più aziende.	<b>PI029188-24</b>	La richiesta di "possibilità di blocco/sblocco della poliassialità per favorire la correzione della deformità" può essere intesa come requisito non indispensabile qualora vengano offerte soluzioni equivalenti.
--------------------	--	--------------------	---