

FORNITURA BIENNALE DI COPERTURE STERILI E NON STERILI DI APPARECCHIATURE MEDICALI DA DESTINARE A VARIE UU.OO.

CHIARIMENTI ALLA R.D.O N. 4055365, REVOCATA CON DETERMINA N. 225 DEL 05/03/2024

	<i>Quesito</i>	<i>Risposta</i>
1	Si chiede se la comprova dei REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (bilanci) e REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (certificati e contratti) vadano comprovati in sede di gara o successivamente	La comprova dei requisiti sarà condotta in capo agli OO.EE. aggiudicatari di ciascun lotto.
2	Si chiede di confermare che per i lotti 3 e 6, non si devono presentare campioni entro la data di scadenza dell'invio dell'offerta.	Si conferma quanto richiesto.
3	Si chiede di specificare in quale sezione sia possibile allegare la documentazione tecnica di quanto offerto non essendo stato predisposta alcuna sezione ad hoc.	Come previsto nella <i>lex specialis</i> , in questa fase non è richiesta la presentazione di documentazione tecnica.
4	In merito al Lotto 6, si chiede se sono accettate le seguenti dimensioni: 2 coperture a sacchetto di circa 70x90 anziché 75x110 + 1 copertura per braccio tubolare di circa 40x225 anziché 40x190 cm.	Relativamente al lotto 6 si precisa che i valori numerici sono indicativi, pertanto la piena compatibilità verrà attestata in sede di verifica della congruità tecnica, anche tramite campionatura che sarà richiesta al concorrente primo graduato.
5	Con riferimento al lotto n. 1, si chiede di accettare coprisonda senza terminale adesivo applicando il principio di equivalenza.	Si conferma la richiesta di coprisonda con terminale adesivo. Eventuali soluzioni equivalenti saranno opportunamente valutate.
6	Con riferimento al lotto 6, si chiede di indicare codice in uso e modello di amplificatore di brillantezza da coprire.	Le coperture richieste devono essere compatibili con tutti gli amplificatori di brillantezza presenti sul mercato.