

| Pubblica | Evaso | Registro di Sistema Quesito | Quesito | Registro di Sistema risposta | Risposta |
|----------|-------|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | 1 | PIO27330-24 | si chiede di confermare che per il lotto 3, la misura richiesta del lenzuolino è di 140*240 come descritto nell'allego capitolato 3 lotti in TNT. Cordialmente | PIO29873-24 | Il lotto 3 fa riferimento ai rotoli di carta per lettino. I lenzuolini fanno riferimento al lotto 2 e si confermano le misure 140*240 come descritto nel capitolato 3 lotti in tnt. |
| 1 | 1 | PIO23318-24 | Si chiede cortesemente di confermare che per il Lotto 3 siano ritenuti idonei Rotoli di Carta per Lettino da Visita aventi lunghezza 100 mt circa (da un minimo di 80 mt ad un massimo di 100 mt), grammatura 16 gr per velo per complessivi 32 gr e di altezza 60 cm circa, identificati come Dispositivo Medico dotato di marchio-CE RDM. | PIO29830-24 | Si Conferma 100 mt |
| 1 | 1 | PIO23910-24 | Con la presente siamo a segnalare che il file A3 - Scheda CIG - Cauzione - Contributo ANAC Rettificato presenta importi per il contributo ANAC errati in quanto differiscono da quelli effettivamente richiesti sul sito dell'ANAC. Nell'art. 13.2 del disciplinare è indicato che "Il pacco contenente la campionatura e le schede tecniche dovranno riportare in modo dettagliato il lotto di riferimento offerto." Chiediamo conferma che la menzione delle schede tecniche sia un refuso e che le stesse non debbano essere inserite nel pacco contenente la campionatura, in quanto saranno già caricate sulla piattaforma? | PIO26433-24 | Si chiede di effettuare il pagamento del contributo così come indicato sul sito Anac. In riferimento alla campionatura si conferma che le schede tecniche non andranno inserite nel plico ma solo in piattaforma Siaps nei campi predisposti |
| 1 | 1 | PIO23260-24 | La Tabella 1 - Valore complessivo dell'appalto, a pag. 10 del Disciplinare, indica IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA = € 710.000,00. Si chiede se si tratta di errore e se va inteso come IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA. Si resta in attesa di riscontro urgente al fine di potere valutare i REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, per partecipare ad uno o più lotti. | PIO29937-24 | Si conferma che l'importo a base d'asta per la presente gara è Biennale. L'importo a base d'asta biennale è pari ad € 710.000,00 così come caricato in piattaforma Siaps |
| 1 | 1 | PIO24162-24 | LOTTO 3 - Si chiede di voler rivedere la base d'asta, poiché l'importo è troppo al di sotto dell'attuale prezzo di mercato, al fine di favorire anche la partecipazione. Cordiali saluti. | PIO26431-24 | Si confermano gli importi a base d'asta |
| 1 | 1 | PIO25001-24 | Con riferimento alla campionatura richiesta del lotto 1, chiedete 1 pezzo per PRODOTTO. E' sufficiente inviare un pezzo a scelta per taglia ? | PIO26424-24 | Si conferma |
| 1 | 1 | PIO26406-24 | abbiamo provato a compilare il DGUE nel formato elettronico ma quando si inserisce il file REQUEST XML che avete allegato il portale da errore e non si riesce a compilare. E' possibile avere istruzioni in merito? oppure è possibile allegare il classico DGUE nel formato PDF? | PIO26423-24 | Sarà possibile allegare il Dgue in pdf. Si trasmette formato editabile del documento |
| 1 | 1 | PIO27208-24 | Per predisporre il pagamento tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, si chiede di specificare il CODICE TRIBUTO da inserire nel modulo di pagamento. | PIO29874-24 | Si prega di consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E avente ad oggetto " Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici - Imposta di bollo" |
| 1 | 1 | PIO26678-24 | Si chiede cortesemente di confermare che per il Lotto 3 siano ritenuti idonei Rotoli di Carta per Lettino da Visita aventi lunghezza 100 mt circa (da un minimo di 80 mt ad un massimo di 100 mt), grammatura 16 gr per velo per complessivi 32 gr e di altezza 60 cm circa, identificati come Dispositivo Medico dotato di marchio-CE RDM. | PIO29818-24 | Si Conferma 100mt |
| 1 | 1 | PIO24923-24 | Buongiorno, informiamo che gli importi dei contributi Anac indicati nell'Allegato A3 non sono corretti. Vi chiediamo conferma di effettuare il pagamento così come proposto dal sito dell'Anac. Cordiali saluti. | PIO26425-24 | Si conferma di effettuare i pagamenti così come indicato sul sito Anac |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|--|
| 1 | 1 | PI022435-24 | con la presente si segnala che l'Allegato B1 "Caratteristiche tecniche dei prodotti, quantità e importi a base d'asta" citato a pag. 22 del disciplinare (par. 13.2 CAMPIONATURA) non è stato individuato tra i documenti allegati alla procedura. | PI022488-24 | Si è provveduto a caricare l'allegato B1 |
| 1 | 1 | PI024164-24 | LOTTO 1: si chiede di indicare la grammatura richiesta LOTTO 2: si chiede di indicare la grammatura richiesta | PI029929-24 | non inferiore a 35 gr/mq non inferiore a 30 gr/mq |
| 1 | 1 | PI022684-24 | Buongiorno, chiediamo se i camici devono essere avvolti e dotati di 2 tovaglette o se è richiesto solo il camice in busta medicale | PI029885-24 | non richieste tovaglette |
| 1 | 1 | PI026426-24 | Si chiede di voler rivedere il prezzo a base d'asta per il lotto nr. 3, poiché troppo sottostimato rispetto alle attuali quotazioni di mercato. | PI029875-24 | Si confermano gli importi a base d'asta |
| 1 | 1 | PI024118-24 | Buongiorno, relativamente al lotto 2 - Lenzuolini in TNT 140x240 - si chiede qual'è la grammatura richiesta. Inoltre chiedo conferma della base d'asta pari ad 1 euro secondo quanto riportato nell'allegato B1. | PI029930-24 | grammatura non inferiore a 30 gr/mq |
| 1 | 1 | PI023594-24 | Per il Loto 1 - Camici chirurgici sterili rinforzati - si chiede di indicare le taglie che occorrono con le relative quantità per taglia. | PI029882-24 | orientativamente il 20% misura XXL, 50% misura XL, 30% misura L e 10% misura M |
| 1 | 1 | PI022378-24 | Ci sono delle incongruenze di date tra ciò che è riportato qui sul portale e quanto indicato sul disciplinare di gara. Data di scadenza presentazione offerta: il disciplinare indica 09.04.2024 h. 12.00, il portale indica 11.04.2024 h.12.00. Termine richiesta quesiti: il disciplinare indica 19/03/2024 h.12.00, il portale indica 21/03/2024 h.12.00. | PI022490-24 | Si precisa che inizialmente è stato caricato per mero errore materiale il disciplinare vecchio, in data odierna si è provveduto a caricare quello aggiornato. Si precisa che la scadenza per la richiesta dei chiarimenti è fissata al 21/03/2024 ore 12:00 mentre la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 11/04/2024 ore 12:00 |
| 1 | 1 | PI022461-24 | Rif. Disciplinare di gara art. 13.2 – CAMPIONATURA dove viene riportato: " Al fine di consentire la corretta valutazione dei prodotti offerti, le Ditte dovranno fornire la campionatura per i lotti e nelle quantità indicati nell'Allegato B1 "Caratteristiche tecniche dei prodotti, quantità e importi a base d'asta" al Capitolato Speciale d'Appalto. QUESITO Si chiede di poter disporre dell'allegato "B1 - Caratteristiche tecniche dei prodotti, quantità e importi a base d'asta" in quanto non presente nella documentazione di gara pubblicata. | PI022487-24 | Si è provveduto a caricare l'allegato B1 contenente anche la sezione Campionatura |
| 1 | 1 | PI022376-24 | in riferimento alla procedura si chiedono chiarimenti circa la base d'asta unitaria per ogni singolo lotto in quanto il disciplinare rimanda al capitolato tecnico speciale che non è presente tra la documentazione allagatasi in piattaforma, bensì sono presenti solo gli importi biennali totali dei singoli lotti. | PI022491-24 | Si rappresenta che è stata effettuata la dovuta rettifica, l'allegato b1 contenente le informazioni da voi richieste è consultabile |
| 1 | 1 | PI022494-24 | LOTTO 1 - CAMICI CHIRURGICI Si chiede di indicare la grammatura richiesta LOTTO 2 - LENZUOLINI IN TNT Si chiede di indicare la grammatura richiesta Grazie | PI029936-24 | lotto 1 - non inferiore a 35 gr/mq lotto 2 - non inferiore a 30 gr/mq |
| 1 | 1 | PI024463-24 | In merito al Lotto 1 - Camici chirurgici sterili rinforzati su maniche e parte anteriore, con allaccio posteriore a portafoglio con quattro lacci (due interni e due esterni) con cartoncino e piegatura chirurgica per consentire l'indossamento con tecnica sterile, chiusura al collo regolabile, polsino elastico in materiale resistente alla trazione e lacerazione, traspirante, idrorepellente, latex-free. Dispositivo Medico dotato di marchio CE-RDM - si chiede di poter specificare la grammatura/m ² richiesta. | PI029927-24 | Grammatura non inferiore a 35 gr/mq |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|---|
| 1 | 1 | PI024765-24 | Chiediamo di confermarci la misura corretta del prodotto al lotto 2 poiché c'è una differenza importante tra quello che è stato scritto nell'allegato "B1" e quello che è stato riportato nel "capitolato 3 lotti TNT" | PI026427-24 | In riferimento alla misura bisogna attenersi a quanto indicato nel capitolato 3 lotti TNT |
|---|---|-------------|--|-------------|---|