

# LOTTO 1

## FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

### S.O. di Ortopedia e Traumatologia

#### Cappucci sterili monouso di protezione individuale

(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

**Nr. 1800 cappucci sterili monouso di protezione individuale con nr. 5 elmetti chirurgici protettivi multiuso da fornire in comodato d'uso gratuito, per un fabbisogno triennale, dedicati alle procedure chirurgiche della S.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'AORN Moscati di Avellino.**

#### **Caratteristiche tecniche dei cappucci sterili monouso di protezione individuale:**

- Cappucci sterili monouso dedicati agli elmetti forniti in comodato d'uso gratuito;
- Caratteristiche di repellenza e protezione contro liquidi, vapori virali e ad elevata capacità filtrante;
- conformità al livello 4 della classificazione AAMI;
- Visiera di alta qualità, antiurto, antiriflesso, leggera, in grado di fornire un ampio campo visivo, dotata di multistrato con rimozione a strappo in grado di favorire la visibilità durante l'esecuzione delle procedure chirurgiche.

#### **Caratteristiche tecniche degli elmetti chirurgici protettivi multiuso offerti in comodato d'uso gratuito:**

- Elmetto con sistema di fissaggio regolabile e di ventilazione a velocità variabile su almeno 3 livelli;
- Sistema di illuminazione a led con angolo ottico regolabile;
- Intensità d'illuminazione di almeno 60.000 LUX;
- Alimentazione a batteria agli ioni di litio;
- Almeno n.2 batterie per ogni elmetto offerto, ricaricabili con ampia autonomia e facilmente indossabili;
- Caricabatteria con almeno 5 postazioni dotato di spie luminose ad indicazione dello stato di carica e con tempo di ricarica adeguato;
- Struttura leggera ed ergonomica con un peso in assetto completo non superiore a 700 gr;
- Rumorosità massima delle ventole pari a 65 dB;

Per la durata della fornitura (3 anni) tutte le componenti saranno gestite dalla ditta aggiudicataria con manutenzione full risk nulla escluso.

**Sarà discrezione della commissione giudicatrice richiedere in fase di valutazione la visione dell'elmetto con campionatura senza reso dei cappucci sterili monouso.**

#### (2) questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale la soluzione proposta riscontrando dettagliatamente quanto richiesto nella sezione "(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" con chiara rispondenza della pag. del manuale d'uso e/o scheda tecnica ed eventuali pubblicazioni scientifiche a supporto.

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 4) La risposta al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente