



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PROCEDURALI PER LE PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IN REGIME DI ELEZIONE E DI URGENZA DA DESTINARE ALLA U.O.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA BODY DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PROCEDURALI PER LE PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IN REGIME DI ELEZIONE E DI URGENZA DA DESTINARE ALLA U.O.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO

CPV 33190000- 8 Dispositivi e prodotti Medici vari

N.B. I dispositivi medici richiesti hanno indicazione d'uso per le procedure chirurgiche radiologiche interventistiche sia in regime di elezione che di urgenza e sono richiesti sterili

| Lotto | Tipo prodotto | Descrizione prodotto | CND | Quantità annuali |
|-------|---------------|---|-------|------------------|
| 1 | Kit vascolare | "Composizione: - Nr. 1 TELO TAVOLO MADRE 152X198CM IN PE CON AREA CENTRALE ASSORBENTE; - Nr. 1 TELO ANGIORADIALE 220X380CM IN SMS CON AREA SUPERASSORBENTE 100/90X244CM, TELO DOTATO DI FORI FEMORALI DA 10X12H CON CORONA ADESIVA, FORI RADIALI 6X8h CM E PIASTRA ADESIVA SOTTOSTANTE, IL TELO E' DOTATO DI DUE SACCHE ASSORBENTI E RINFORZATE DA CM 90X45h E DOPPIE BANDA TRASPARENTE; - Nr. 1 SISTEMA ALLINEA GUIDE E CAVI; - Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. L; - Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. XL; - Nr. 2 SALVIETTE ASSORBENTI E RETINATE ANTISFALDAMENTO 30X40 CM; - Nr. 20 GARZA IDROFILA 10X10 CM 16 STRATI; - Nr. 2 CUFFIA COPRI STRUMENTO Ø 100CM; - Nr. 1 CUFFIA COPRI PARATIA 102X152CM CON ADESIVI DI POSIZIONAMENTO; | T0202 | 400 |

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PROCEDURALI PER LE PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IN REGIME DI ELEZIONE E DI URGENZA DA DESTINARE ALLA U.O.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA BODY DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|-----|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Nr. 1 CIOTOLA Ø 10 CM 400 ML GIALLA IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CIOTOLA Ø 10 CM 400 ML TRASPARENTE IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CIOTOLA Ø 8 CM 250 ML AZZURRA IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CIOTOLA RENIFORME 700ML IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 VASSOIO RETTANGOLARE BIANCO 32X27X10h CM IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 SPUGNETTA PER DISINFEZIONE H. 15 CM;- Nr. 2 CLAMP FISSATELO IN PLASTICA BIANCA (KLEMMER);- Nr. 2 SIRINGA IN POLIPROPILENE DA 10 ML CONO LUER LOCK;- Nr. 1 SIRINGA IN POLIPROPILENE DA 20 ML CONO LUER LOCK;- Nr. 1 AGO FEMORALE 18 GA 70 MM SINGOLO ELEMENTO;- Nr. 1 RUBINETTO 3 VIE 360° LLM GIREVOLE;" | | |
| 2 | Kit biliare nefrostomie | <p>Composizione: - Nr. 1 TELO TAVOLO MADRE 152X198CM IN PE CON AREA CENTRALE ASSORBENTE;</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr. 1 TELO EXTRAVASCOLARE IN SMMS (POLIPROPILENE A 4 STRATI) 240X370CM DOTATO DI FENESTRATURA CON STERY-DRAPE INCORPORATO 40X30h CM E FORO Ø PASSANTE DA 8CM. TELO DOTATO DI SACCHE BILATERALI ASSORBENTI DA 90X30CM CON BARRETTA MODELLABILE E DI DOPPIE BANDE TRASPARENTI;- Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. L;- Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. XL;- Nr. 2 SALVIETTA ASSORBENTI E RETINATE ANTISFALDAMENTO 30X40 CM;- Nr. 1 SISTEMA ALLINEA GUIDE E CAVI;- Nr. 20 GARZA IDROFILA 10X10 CM 16 STRATI;- Nr. 1 VASSOIO RETTANGOLARE BIANCO IN POLIPROPILENE 32X27X10 CM;- Nr. 1 CIOTOLA Ø 10 CM 400 ML GIALLA IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CIOTOLA Ø 10 CM 400 ML TRASPARENTE IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CIOTOLA Ø 8 CM 250 ML AZZURRA IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CIOTOLA RENIFORME 700 ML IN POLIPROPILENE;- Nr. 1 CUFFIA COPRI STRUMENTO Ø 100 CM;- Nr. 1 CUFFIA COPRI STRUMENTI Ø 120 CM;- Nr. 1 CUFFIA COPRI PARATIA 75X90CM;- Nr. 1 GUAINA COPRI TELECAMERA 13X250 CM SENZA SALDATURE CON GUIDA DI SVOLGIMENTO IN CARTONCINO;- Nr. 1 BISTURI MONOUSO LAMA 11;- Nr. 1 SPUGNETTA PER DISINFEZIONE H. 15 CM A BASSO LINTING;- Nr. 1 PINZA EMOSTATICA PUNTA RETTA IN ACCIAIO (MOSQUITO);- Nr. 1 FORBICI IN ACCIAIO; | T0202 | 500 |

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PROCEDURALI PER LE PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IN REGIME DI ELEZIONE E DI URGENZA DA DESTINARE ALLA U.O.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA BODY DELL'A.O.R.N. "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------|-----|
| | | - Nr. 1 SIRINGA 10 ML CONO LUER LOCK; - Nr. 1 RUBINETTO 3 VIE 360° LLM GIREVOLE | | |
| 3 | Kit tips-cvc | Composizione: - Nr. 1 TELO BIACCOPPIATO 90X90 CM; - Nr. 1 TELO IN BIACCOPPIATO MULTIDISCIPLINARE 230X350CM CON PRETAGLIO VISO DOTATO DI DOPPI ACCESSI SAGOMATI PER UN PERFETTO ADATTAMENTO E DOPPIA PROTEZIONE SILICONATA PER SINGOLO ACCESSO DEDICATO; - Nr. 15 GARZA IDROFILA 10X10 CM 16 STRATI; - Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. L; - Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. XL; - Nr. 2 MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT 6X10CM; - Nr. 1 SISTEMA ALLINEA GUIDE E CAVI; - Nr. 1 CIOTOLA Ø 25 CM 3000 ML AZZURRA; - Nr. 1 CIOTOLA Ø 8 CM 250 ML AZZURRA; - Nr. 1 BISTURI MONOUSO LAMA 11; - Nr. 1 SPUGNETTA PER DISINFEZIONE H. 15 CM; - Nr. 2 SIRINGA 10ML LUER LOCK; - Nr. 2 SIRINGA 10ML NON LUER; - Nr. 2 AGO IPODERMICO 22GA 5CM NERO | T0202 | 200 |
| 4 | Kit per termoablazione | Composizione: - Nr. 1 TELO TAVOLO MADRE IN BIACCOPPIATO 100X150CM; - Nr. 1 TELO 75X50CM BIACCOPPIATO CON PRE-TAGLIO; - Nr. 1 TELO 200X250CM IN BIACCOPPIATO CON TAGLIO A 'U'; - Nr. 10 GARZA IDROFILA 10X10 CM 16 STRATI; - Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. L; - Nr. 1 CAMICE STANDARD IN SMS POLIPROPILENE MIS. XL; - Nr. 1 PASSACAVI IN VELCRO 2,5X20CM CON ADESIVO; - Nr. 1 TASCA ADESIVA 32X40CM A DUE SCOMPARTI; - Nr. 1 STRISCIA ADESIVA 10X50CM TNT; - Nr. 1 CIOTOLA Ø 8 CM 250 ML ROSSA IN POLIPROPILENE; - Nr. 1 GUAINA COPRI TELECAMERA 13X250 CM SENZA SALDATURE CON GUIDA DI SVOLGIMENTO IN CARTONCINO; - Nr. 1 SPUGNETTA DISINFEZIONE 20 CM CON MANICO; - Nr. 2 AGO IPODERMICO 18GA 40MM (ROSA); - Nr. 1 SIRINGA PP 5ML LUER SLIP; - Nr. 1 SIRINGA PP 10ML LUER SLIP CONO CENTRALE; - Nr. 1 SISTEMA ALLINEA GUIDE E CAVI | T0202 | 100 |

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it