

Registro Bando	CIG	Titolo Bando	Publicato	Evaso	Operatore Economico	Registro di Sistema Quesito	Quesito	Data ricezione	Risposta	Data Risposta Quesito
PI011752-24	B04D4C1BA6	ACQUISIZIONE DI VENTILATORI NEONATALI E F1		1	Getinge Italia S.r.l.	PI014098-24	Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: Al fine di permettere una più ampia partecipazione si richiede di considerare la richiesta "Sistema Jet per support respiratorio non invasivo (CPAP/BIPAP)" come caratteristica preferenziale e non di minima. In attesa di un gentile riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. Getinge Italia Srl	14/02/2024 09:42:42	Buongiorno,Si conferma quanto espresso in capitolato.Saluti	16/02/2024 12:56:14
PI011752-24	B04D4C1BA6	ACQUISIZIONE DI VENTILATORI NEONATALI E F1		1	DRAEGER ITALIA S.P.A.	PI014084-24	Buongiorno, la presente per chiedere di confermare che le quantità dei consumabili indicate nell'allegato A sotto la voce "ACCESSORI, MATERIALE SOGGETTO A USURA E CONSUMABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE": siano da ritenersi per tutti e 3 i ventilatori offerti e per tutta la durata della fornitura e cioè 5 anni Cordiali saluti	14/02/2024 09:36:56	Buongiorno, Le quantità dei consumabili indicate nell'allegato A sotto la voce"ACCESSORI, MATERIALE SOGGETTO A USURA E CONSUMABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE":siano da ritenersi per tutti e 3 i ventilatori offerti e come fabbisogno annuo per tutta la durata della fornitura e cioè 5 anni.Saluti	16/02/2024 12:56:04
PI011752-24	B04D4C1BA6	ACQUISIZIONE DI VENTILATORI NEONATALI E F1		1	BURKE & BURKE Spa	PI013965-24	Buonasera, Si richiede cortesemente un'adeguata proroga del termine di presentazione delle offerte in considerazione della complessità della procedura ed al fine della corretta predisposizione della propria proposta.	13/02/2024 17:45:15	Buongiorno,Non sarà effettuata la proroga della procedura di gara.Saluti	16/02/2024 12:55:55
PI011752-24	B04D4C1BA6	ACQUISIZIONE DI VENTILATORI NEONATALI E F1		1	BEMAR ITALIA SRL	PI013926-24	Spett.le Ente, relativamente alla fornitura degli apparati richiesti a pag. 2 dell'allegato A, si richiede di specificare se il quantitativo della dotazione del consumabile monouso, sotto elencato, sia da intendersi annuo o complessivo per l'intera durata contrattuale di 60 mesi? - Circuiti paziente, nr.60; - Sensori monopaziente per la misura del flusso, nr.60; - Filtri antibatterici, nr.120; - - Nebulizzatori, nr.30; - Generatori per terapia ventilatoria, nr.40; - Nasocannule misura Small, nr.20; - Nasocannule misura Medium, nr.20; - Nasocannule misura Large, nr.20; - Mascherine nasali misura XS, nr.30; - Mascherine nasali misura S, nr.30; - Mascherine nasali misura M, nr.30; - Mascherine nasali misura L, nr.20; - Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura micro, nr.20; - Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura small, nr.30; - Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura medium, nr.30; - Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura large, nr.20; - Sistema di protezione antidecubito per nasocannule, nr.80. Cordiali saluti	13/02/2024 16:26:40	Buongiorno in riferimento al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Relativamente alla fornitura degli apparati richiesti a pag. 2 dell'allegato A, si precisa che il quantitativo della dotazione del consumabile monouso, sotto elencato, è da intendersi annuo:- Circuiti paziente, nr.60; - Sensori monopaziente per la misura del flusso, nr.60; - Filtri antibatterici, nr.120; -- Nebulizzatori, nr.30;- Generatori per terapia ventilatoria, nr.40;- Nasocannule misura Small, nr.20;- Nasocannule misura Medium, nr.20; - Nasocannule misura Large, nr.20;- Mascherine nasali misura XS, nr.30; - Mascherine nasali misura S, nr.30;- Mascherine nasali misura M, nr.30;- Mascherine nasali misura L, nr.20; - Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura micro, nr.20;- Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura small, nr.30;- Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura medium, nr.30;- Cuffie con sistema di fissaggio per il generatore, misura large, nr.20; - Sistema di protezione antidecubito per nasocannule, nr.80.Pertanto il fabbisogno riportato è annuale e va considerata una fornitura quinquennale.Saluti	16/02/2024 12:55:46
PI011752-24	B04D4C1BA6	ACQUISIZIONE DI VENTILATORI NEONATALI E F1		1	A.T.M. Service S.r.l.	PI013859-24	Buongiorno, relativamente alla gara si chiede se sia prevista o meno una prova dimostrativa dell'apparecchiatura offerta. Cordiali saluti.	13/02/2024 13:27:37	Buongiorno, in riferimento al Vostro quesito si rappresenta quanto segue:Non è prevista una prova pratica/demo obbligatoria, ma, qualora la commissione lo ritenga necessario sarà discrezione della stessa richiederla. Saluti	16/02/2024 12:55:35