

Utente In Carico	Registro Bando	CIG	Titolo Bando	Publicato	Evaso	Operatore Economico	Registro Di Sistema Quesito	Quesito	Data Ricezione	Risposta	Data Risposta Quesito
Mancaniello Antonio	PI033705-24		SISTEMI PER AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	PI036851-24	Spettabile Ente, non è presente il DGUE tra gli allegati della procedura. Documento invece richiesto nell'Avviso pubblicato. Potete integrare? Grazie e cordiali saluti	11/04/2024 09:29:13	Buongiorno, il documento DGUE non è obbligatorio in questa fase della procedura. La richiesta inserita nell'avviso trattasi di refuso. Saluti	12/04/2024 10:07:24
Mancaniello Antonio	PI033705-24		SISTEMI PER AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	PI036291-24	Si evidenzia che non è presente, tra la documentazione resa da Voi disponibile, l'allegato 2 DGUE. Si chiede dunque conferma di poter utilizzare il format Europeo adeguato al nuovo D.Lgs. 36/2023 ed il caricamento del medesimo nella sezione Dichiarazione principali forniture da voi predisposto in piattaforma	10/04/2024 10:00:43	Buongiorno, il documento DGUE non è obbligatorio in questa fase della procedura. La richiesta inserita nell'avviso trattasi di refuso. Saluti	12/04/2024 10:07:36
Mancaniello Antonio	PI033705-24		SISTEMI PER AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDA SPA	PI036225-24	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere chiarimenti sulla Base d'asta del Lotto 2 in quanto non risulta essere congrua con la tipologia del prodotto richiesto. Grazie	09/04/2024 17:15:40	Buongiorno, In riscontro al Vostro chiarimento si rappresenta che, la procedura è un avviso esplorativo pertanto la base d'asta non è vincolante e quindi può essere superata. Saluti	12/04/2024 10:07:50
Mancaniello Antonio	PI033705-24		SISTEMI PER AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GARDHEN BILANCE S.R.L.	PI036071-24	Preg.mi, si chiede, cortesemente, di confermare le base d'asta dei 3 lotti. Parrebbe invertito il valore del lotto 1 con quello del lotto 2. In attesa riscontro, Grazie e saluti cordiali	09/04/2024 14:42:35	Buongiorno, In riscontro al Vostro chiarimento si rappresenta che, la procedura è un avviso esplorativo pertanto la base d'asta non è vincolante e quindi può essere superata. Saluti	12/04/2024 10:08:00