



---

***ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA***

---

**LA FORNITURA DI OLIO DI IMMERSIONE PER MICROSCOPI DA DESTINARE ALLA  
U.O.C. LABORATORIO DI GENETICA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO**

**OLIO DI IMMERSIONE PER MICROSCOPI IN FLACONI DA 100 ML CIRCA.**

**N. 24 FLACONI**

**CND W01030704 (MEZZI DI IMMERSIONE-ISTOLOGIA/CITOLOGIA)**

**Fabbisogno biennale.**

**L'olio di immersione viene applicato tra la superficie del campione con l'obiettivo di migliorare  
la risoluzione e le prestazioni del microscopio.**

**I dispositivi medici in oggetto devono essere classificati come DM-IVD, iscritti nel Repertorio  
Nazionale dei D.M. ed essere provvisti di marchio CE.**

**Sono richieste schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti offerti.**