ALLEGATO B1 - Caratteristiche tecniche minime

<i>rif.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità richieste per un fabbisognodi 24 mesi</i>	<i>Valore complessivo (24 mesi) a base d'asta, IVA esclusa</i>
1	Kit colon rettale composto da anello telaio per divaricazione autostatica misura cm 14,1 cm x cm 14,1 circa in resina Noryl per uso Medical Grade e retrattori elastici monouso sterili in confezione da 8 pezzi, con uncini punta acuta di diametro di mm 5 circa (retrattore composto da elastico tubolare di silicone di lunghezza cm 14 circa, uncino in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade).	n. 25 Kit	70.000,00 €
2	Anelli telaio per divaricazione autostatica cm 14,1 x cm 14,1 in resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 25 unità	
3	Anelli per divaricazione autostatica cm 25 x cm 25 in resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 25 unità	
4	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 14 circa ed uncini punta acuta diametro mm 5 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 500 unità	
5	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico in silicone lunghezza cm 14 circa ed uncini doppia punta acuta, distanza tra gli uncini mm 5 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 24 unità	
6	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 14 circa ed uncini doppia punta acuta, distanza tra gli uncini mm 7 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 40 unità	
7	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 14 circa ed uncini doppia punta acuta, distanza tra gli uncini mm 7 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.		
8	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone, lunghezza cm 14 circa e valva unica atraumatica mm 13 x 16 mm circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 40 unità	
9	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone, lunghezza cm 14 circa e valva unica atraumatica mm 18 x mm 20 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 20 unità	
10	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 14 circa e valva con due dita a forchetta atraumatici mm 14 x mm 16 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 20 unità	
11	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone, lunghezza cm 14 circa e valva con 4 dita a forchetta atraumatici mm 20 x mm 16 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 20 unità	
12	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 14 circa e valva con tre dita a forchetta atraumatici mm 20 x mm 18 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 20 unità	
13	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 14 e valva unica atraumatici mm 6,5 x mm 16 circa in acciaio inox e resina Noryl per uso medicale Medical Grade.	n. 20 unità	
14	Retrattori elastici monouso sterili composti da elastico tubolare in silicone lunghezza cm 16 circa e valva a due dita atraumatici mm 12 x mm 16 in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 52 unità	
15	Retrattori elastici monouso sterili composti da doppio elastico tubolare in silicone lunghezza cm 16 circa e uncino cm 12 circa punta atraumatica in acciaio inox e resina Noryl per uso Medical Grade.	n. 250 unità	

Caratteristiche tecniche

I Dispositivi Medici sono richiesti con le seguenti caratteristiche:

- Possibilità di adattamento della forma dell'anello per divaricazione all'anatomia del paziente;
- Facilità di inserimento dei retrattori elastici come i punti di sutura nelle fessure periferiche dell'anello per divaricazione;
- Semplicità nella regolazione della tensione e del posizionamento dei retrattori durante la procedura chirurgica;
- Possibilità dei retrattori di essere mossi e/o riposizionati durante la procedura chirurgica;
- Confezione sterile con pratica apertura a strappo monouso latex free.

Tutti i dispositivi medici devono essere conformi alla normativa in materia vigente, dotati di marcatura CE, CND e numero di registrazione ministeriale RDM.