



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023

ALLEGATO B1

Scheda tecnica

Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste



LOTTO 1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DELL'ANTIBIOGRAMMA ED ANTIMICOGRAMMA DI SECONDO LIVELLO

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

Sistema modulare semi-automatico per l'esecuzione dell'antibiogramma ed antimicogramma che consenta la determinazione della MIC reale in microdiluizione in brodo costituito da:

- N. 1 NEFELOMETRO PER STANDARDIZZAZIONE INOCULO BATTERICO
- N.1 DISPENSATORE AUTOMATICO PER L' INOCULO DEI PANNELLI PER ANTIBIOGRAMMA DA 96 POZZETTI
- N.1 LETTORE DEI PANNELLI PER ANTIBIOGRAMMA A CORREDO COME DA FABBISOGNO

Caratteristiche tecniche di minima:

- a) STRUMENTAZIONE NUOVA E DI ULTIMA GENERAZIONE.
- b) MARCATURA CE-IVD.
- c) INOCULO AUTOMATICO DELLA SOSPENSIONE BATTERICA
- d) LETTURA DELLE MICROPIASTRE DA 96 POZZETTI CON L' AUSILIO DI UN SOFTWARE DOTATO DI MODULO EPIDEMIOLOGICO E REGOLE INTERPRETATIVE SECONDO EUCAST E/O CLSI
- e) INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA GESTIONALE DEL LABORATORIO
- f) ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK ENTRO LE 48 H LAVORATIVE.

REQUISITI MINIMI DEI REAGENTI

1. PANNELLI DA 96 POZZETTI CON ANTIBIOTICI PREDOSATI DISPOSTI IN POZZETTO IN FORMA DISIDRATATA ED IN CONCENTRAZIONI AL RADDOPPIO ED IN CONTINUO.
2. LA FORNITURA DEVE COMPRENDERE TUTTI I REAGENTI ED ACCESSORI NECESSARI ED IN PARTICOLARE LE PROVETTE PER LE SOSPENSIONI STANDARDIZZATE ED I BRODI PER L' INOCULO DEI BATTERI NEI PANNELLI PER ANTIBIOGRAMMA.

Materiale monouso richiesto per fabbisogno annuo:

Rif.	DESCRIZIONE	n.test/anno
1	Pannelli antibiogramma Miceti	400
2	Pannelli per antibiogramma batteri gram negativi multiresistenti (MDRO)	20



		conformi EUCAST	
3		Pannelli per antibiogramma Pseudomonas e Acinetobacter	20
4		Pannelli per antibiogramma Haemophylus e Neisseria	50
5		Pannelli antibiogramma Stafilococchi	20
6		Pannelli per antibiogramma Co- rynebacterium e Streptococchi	50
7		Pannelli per antibiogramma Enterococchi	20
8		Pannelli per antibiogramma Pneumococchi	20
9		Pannelli per antibiogramma Stafilo/Enterococchi	20
10		Pannelli antibiogramma Anaerobi	100
11		Pannelli per antibiogramma Mycobacterium tuberculosis	20
12		Pannelli per antibiogramma Micobatteri a lenta crescita	20



13	Pannelli per antibiogramma Micobatteri a rapida crescita	20
----	---	----

(2) Opzioni ed accessori

1. Quotazione analitica di strumenti opzionali
2. Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
3. Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili

(3) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutte le caratteristiche minime riportate, indicando e specificando la rispondenza a quanto richiesto con la soluzione proposta. Si precisa che per ogni punto sopraindicato deve essere presentata una soluzione.

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema.
- 4) Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente.