

Pubblica	Evaso	Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta
1	1	PI059220-24	<p>in riferimento al lotto 5 chiediamo:</p> <p>1.di valutare la possibilità di suddividere i lotti in più lotti singoli anziché in sub-lotti per consentire una più ampia partecipazione.</p> <p>Si precisa che in virtù del principio di equivalenza di cui all'art. 58 D.LGS 36/2023 , posto a presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza, l'accoglimento della nostra richiesta assicurerebbe la partecipazione a un maggior numero di aziende garantendo quindi la tutela del suddetto canone.</p> <p>2.in riferimento al lotto 5b si precisa che la scrivente è aggiudicataria della RDO MEPA 4225801 stipulata in data 10.04.2024 per n. 720 "kit guida ago per sonda endocavitaria" destinati alla UOC Fisiopatologia della riproduzione sterilità di coppia.</p> <p>chiediamo cortesemente di verificare se la richiesta sia per lo stesso reparto e, in caso affermativo, di stralciare il lotto dalla presente procedura di gara.</p>	PI066932-24	- Si conferma Capitolato.- Si precisa che l'acquisto è stato effettuato per sopperire alla urgenza manifestata dal reparto nelle more dell'aggiudicazione della gara di dispositivi per PMA. Il contratto, peraltro, sarà in essere fino all'aggiudicazione e alla attivazione della gara de quo come previsto dal provvedimento di aggiudicazione
1	1	PI064989-24	in riferimento al lotto 5b si chiede di precisare quale sia il modello di sonda in uso presso il reparto.	PI066896-24	Il modello di ecografo è il seguente: GEvolusonS8 mentre il modello della sonda è il seguente:IC9-RS

1	1	PI063152-24	per quanto riguarda la campionatura del lotto 6 vorremmo sapere se dobbiamo provvedere a fornire 3 campionatura di pipette che la stazione appaltante terrà in maniera definitiva o possiamo anche solo portare e farle esaminare e riaverle indietro.	PI066906-24	è sufficiente una sola pipetta come campione
1	1	PI062579-24	lotto 1C: alla voce articolo Pipetta 135 si chiede la medesima tolleranza richiesta per articolo pipetta 140/145 e pipetta 175/170; pertanto si richiede che l'articolo sia Pipetta sia 130/135.	PI066915-24	si conferma
1	1	PI062508-24	<p>1) in riferimento ai prodotti del lotto 12, si prega di confermare che il 12b individua un terreno sequenziale "cleav" e che il 12c individui un terreno sequenziale "blast"</p> <p>2) in relazione ai prodotti del lotto 15, sarebbe possibile fornire un fabbisogno espresso in ml di Vitrification Solution per il 15A e in ml di Thawing Solution per il 15B? Ciò al fine di evitare conteggi soggettivi da parte di ciascun offerente in merito al numero di procedure da poter effettuare con ciascuno dei kit offerti e, di conseguenza, del numero di kit da offrire;</p> <p>3) in riferimento all'attribuzione dei punteggi qualità di tutti i terreni (lotti dal 11 al 17) si chiede di confermare che il formato (in ml) dei flaconi offerti non costituisce criterio di attribuzione del punteggio tecnico.</p>	PI066917-24	1)si conferma quanto richiesto2) 2ml e 2ml3)Il confezionamento costituisce criterio per il punteggio
1	1	PI059558-24	lotto 10 è corretta la base d'asta di 10.800 euro per 1200 pezzi?	PI066928-24	si conferma base d'asta

1	1	PI062949-24	<p>LOTTO 3 - VOCE 3A: Le piastre devono essere trattate per colture cellulari?</p> <p>LOTTO 6 - VOCE 6E-6F-6G: Il filtro bifase identifica un unico brand, si chiede se possiamo offrire puntale con filtro standard .</p> <p>voce 6H "pipette pasteur": sono accettate pipette pasteur sterilizzate raggi BETA ?</p>	PI066911-24	- SI- Si conferma- si conferma
1	1	PI063279-24	<p>1.Chiediamo gentile conferma che la numerazione dei Lotti corretta, e quindi quella da seguire per la formulazione delle offerte tecniche ed economiche, è quella indicata nel Vostro allegato di gara denominato "Capitolato completo di descrizione lotti quantità e criteri di valutazione.pdf"</p> <p>2.Chiediamo la versione aggiornata del file "B3 – BASI D'ASTA PMA". L'attuale file caricato in piattaforma presenta ancora la numerazione del precedente bando annullato.</p> <p>3.Come per la precedente gara, chiediamo conferma che anche per la presente, gli allegati B1 e B2 costituiscono un mero refuso e che tutte le informazioni necessarie (quantitativi, criteri di valutazione ecc) si trovano nel documento di gara "Capitolato completo di descrizione lotti quantità e criteri di valutazione.pdf".</p>	PI065076-24	-Si precisa che per mero errore materiale non è stato riportato l'ordine cronologico dei lotti pertanto si precisa quanto segue: dal lotto 1 al 14 la numerazione dei lotti è corretta, il lotto 20 equivale al lotto 15, il lotto 21 equivale al lotto 16, il lotto 22 equivale al lotto 17. si allega capitolato con l'ordine cronologico corretto.-Vedasi risposta precedente, si precisa che l'allegato b3 pubblicato è corretto contenente l' ordine cronologico dei lotti corretto.- si conferma

1	1	PI062952-24	LOTTO 4 : le fiasche richieste devono avere tappo standard o con membrana filtrante?	PI066909-24	Tappo standard
1	1	PI061792-24	<p>in merito al lotto nr. 1 è richiesta la campionatura (nr. 3 pezzi) per ciascun articolo.</p> <p>Le voci a) b) e c) sono "consumabili" e non ci sono problemi.</p> <p>La voce d) è uno "Stripper/Pipette" e non possiamo fornirne a titolo di campionatura, tantomeno 3 pezzi su 4 che è il fabbisogno annuale.</p> <p>Confermate che chi non dovesse presentare la campionatura anche del lotto 1 Voce d) verrà comunque escluso dalla procedura, o per tale articolo la campionatura non va fornita? Grazie.</p>	PI066921-24	Il numero di campionatura richiesta è di un solo pezzo per ogni lotto e sub-lotto cui si intende partecipare
1	1	PI064696-24	In merito al lotto 9, si chiede conferma del tipo di dispositivo per vitrificazione desiderato in quanto nelle caratteristiche si legge "sistema aperto", ma la descrizione è più attinente ad un sistema chiuso.	PI066899-24	sistema chiuso
1	1	PI062194-24	in riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere, per il lotto 5, se l'aggiudicazione avviene per lotto intero oppure per riferimenti. Quindi ad esempio se possiamo partecipare solo al riferimento 5a) e 5B) e non a tutti.	PI064930-24	L'aggiudicazione è disposta per lotto intero

1	1	PI060783-24	<p>In merito al Lotto 1, al fine di permettere la massima partecipazione delle aziende proponenti, sarebbe possibile suddividere il Lotto 1 nel modo seguente?  Un lotto contenente i riferimenti 1a - ICSI Micro-injection Pipette e 1b - ICSI Holding Pipette;  Un secondo lotto contenente i riferimenti 1c - Micropipette perla manipolazione di gameti ed embrioni e 1d - Stripper/Pipette.  Chiediamo questa nuova suddivisione in quanto da Capitolato non è indicato che i riferimenti contenuti nel Lotto 1 devono appartenere allo stesso produttore</p> <p>Quesito n. 2  Lotto 11 Rif. 11b: considerato il valore a base d'asta per 24 mesi indicato nell'allegato B3, chiediamo conferma che l'importo sia di € 2.835,00.  In base alle quantità di fabbisogno per 24 mesi indicate sempre nell'allegato B3, il prezzo non ci risulta essere in linea e risulta essere eccessivamente basso rispetto all'attuale prezzo medio di mercato per l'articolo richiesto, ovvero  TERRENO PER LO SVILUPPO EMBRIONALE DALLO STADIO DI ZIGOTE FINO ALLO STADIO DI BLASTOCISTI.</p>	PI066924-24	<p>quesito 1: si conferma il capitolato  quesito 2: si conferma base d'asta  quesito 3: è riferito alla sommatoria  quesito 4: Non è possibile</p>
1	1	PI064177-24	<p>Con riferimento al Lotto 5.b si richiede il modello della sonda ecografica in possesso della UOC.</p>	PI066904-24	<p>Il modello di ecografo è il seguente: GEvolusonS8  mentre il modello della sonda è il seguente: IC9-RS</p>

1	1	PI063936-24	È possibile pubblicare il link del DGUE request?	PI067736-24	Questa Stazione Appaltante non dispone del suddetto link. Per il caricamento dell'eDGUE l'O.E. potrà utilizzare l'apposito campo presente sulla piattaforma SIAPS. In caso di difficoltà nel reperimento e caricamento del documento in questione, l'O.E. potrà compilare il DGUE in formato "tradizionale" e caricarlo nella documentazione amministrativa.
1	1	PI064687-24	in merito al lotto 1 chiediamo conferma se dobbiamo presentare o meno campionatura anche della voce 1d in quanto trattasi di bene durevole / piccola strumentazione.	PI066902-24	La campionatura richiesta è di un solo pezzo per ogni lotto e sub-lotto cui si intende partecipare
1	1	PI064700-24	In merito al lotto 1, si chiede conferma di dover presentare campionatura anche per la voce 1d, in quanto trattasi di bene durevole / piccola strumentazione. In merito al lotto 9, si chiede conferma di quale tipo di dispositivi necessitate, se per sistema aperto o chiuso in quanto non è chiaro. In merito al lotto 17, nel titolo si legge "terreni per congelamento/scongelo di tessuto ovarico", però in descrizione si richiede un terreno per vitrificazione di ovociti ed embrioni. E' possibile offrire un terreno classico per vitrificare / devitrificare soli ovociti ed embrioni?	PI066898-24	- la campionatura richiesta è di un solo pezzo per ogni lotto e sub-lotto cui si intende partecipare- sistema chiuso-si conferma quanto da voi richiesto
1	1	PI058858-24	in riferimento alla gara in oggetto, sul portale manca la possibilità di cliccare su "PARTECIPA" .	PI064938-24	Tale problematica è stata risolta
1	1	PI063494-24	si sollecita la risposta alla nostra richiesta di chiarimenti, inviata due volte	PI066936-24	Tutte le domande inserite in piattaforma sono state evase

1	1	PI062954-24	<p>LOTTO 3 - VOCE 3A: Le piastre devono essere trattate per colture cellulari?</p> <p>LOTTO 6 - VOCE 6E-6F-6G: Il filtro bifase identifica un unico brand, si chiede se possiamo offrire puntale con filtro standard</p> <p>voce 6H "pipette pasteur sterili" : sono accettate pipette sterilizzate raggi beta ?</p>	PI066908-24	- si- Si conferma -si conferma
1	1	PI062941-24	LOTTO 4 : le fiasche richieste devono avere tappo standard o con membrana filtrante?	PI066913-24	Tappo standard
1	1	PI059197-24	PER IL LOTTO 5 SUB LOTTO 5B - KIT GUIDA AGO STERILE PER SONDA ENDOCAVITARIA - GENTILMENTE CHIEDIAMO, PER LA GIUSTA CODIFICA E CAMPIONATURA, MODELLO E MARCA DELLA SONDA ENDOCAVITARIA.	PI066934-24	Il modello di ecografo è il seguente: GEvolusonS8 mentre il modello della sonda è il seguente:IC9-RS. In merito alla campionatura è sufficiente un solo pezzo per ogni lotto e sub-lotto cui si intende partecipare
1	1	PI059469-24	SI CHIEDE LA QUANTITA' DI CAMPIONI DA PRESENTARE. NEL CAPITOLATO SI LEGGE N. 03 CAMPIONI INVECE NEL DISCIPLINARE 1 PZ.	PI066930-24	In merito alla campionatura richiesta è sufficiente produrre un solo pezzo per ogni lotto e sub-lotto cui si intende partecipare