AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PER LA CONTAMINAZIONE BATTERICA DEI CONCENTRATI PIASTRINICI E DEI RELATIVI CONSUMABILI DEDICATI E SOFTWARE SPECIFICI.

Allegato **B** – *Caratteristiche Tecniche*

Oggetto della fornitura, caratteristiche e importi presunti.	**<u>Nr. 1 Apparecchiatura "Sistema per la valutazione del pH nei concentrati piastrinici" – Noleggio</u>** **Caratteristiche:** **- Assenza di fluidica** **- Peso ridotto** **- Trasportabile** **- Misurazione attraverso la fluorescenza ottica del pH contenuto nel concentrato piastrinico** **- Misurazione non invasiva del pH** **- Assenza di rischi di contaminazione del prodotto durante la lettura del pH** **- Assenza di rischi di esposizione al sangue da parte del personale tecnico** **- Elevata velocità di esecuzione del test** **- Range di lettura pH 6.2 – 7.8 circa** **- Accuratezza misura pH 0.1 circa** **- Risoluzione misura pH 0.01 circa** **- Controllo del pH 100%** **- Capacità di misura senza campioni o consumabili** **<u>Nr. 1 Calibratore</u>** **<u>Fabbisogno triennale n. 3.000 kit per la valutazione del ph nei concentrati piastrinici CND B010202</u>** **I dispositivi medici richiesti consentono di valutare i valori di ph nei concentrati piastrinici al fine di verificarne la qualità prima dell'uso per le trasfusioni, in quanto le principali alterazioni funzionali a seguito di contaminazione batterica sono una diminuzione del ph extracellulare.** **I dispositivi medici sono richiesti comprensivi dei controlli di qualità e di quanto necessario alla corretta esecuzione dell'esame.**

	CPV Principale 33124110 - Sistemi diagnostici
Durata della fornitura	3 (tre) **anni**.
Importo Presunto	€ 126.000,00 oltre IVA
Condizioni della fornitura	La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con il Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera (tel/fax 0825-203155), con il quale stabilire tempi e modalità di installazione e di collaudo. La consegna deve essere effettuata entro 15 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo. Il collaudo dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni solari dal termine dell'installazione, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, pena l'applicazione delle penali. Per tutta la durata del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio, gli aggiornamenti software ed hardware e dei materiali di consumo eventualmente disponibili sul mercato per la fornitura offerta a titolo gratuito.