



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

LA FORNITURA DI KIT DI ASPIRAZIONE ENDOLUMINALE PER LA GESTIONE DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE ESOFAGO/GASTRICHE DA DESTINARE ALL'U.O.C. CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

N° 80 Kit per aspirazione endoluminale CND M0407 così composti:

- Spugna in poliuretano a pori aperti di diametro di circa cm 2,4 X cm 5,5 connessa ad un drenaggio CH12 in PVC lunghezza circa cm 95;
- Spingitore in PVC, CH30, 60 cm circa di lunghezza circa per spingere la spugna in cavità
- Tubi di silicone rinforzati da introdurre in cavità, facendoli scorrere su gastroscopio, misura cm 60 circa con punta arrotondata diametro da **mm 13-mm 15** circa utilizzati per l'introduzione della spugna in cavità;
- Tubo di collegamento a y per raccordare la spugna al contenitore di vuoto dotato di raccordo luer lock e clamp di chiusura