



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A/SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI DRENAGGIO AUTOASPIRANTE E ANTIREFLUSSO DI ULMER CON AGO GUIDA DA DESTINARE ALL'U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE, UOC ORTOPEDIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

LA FORNITURA DI DRENAGGIO AUTOASPIRANTE E ANTIREFLUSSO DI ULMER CON AGO GUIDA DA DESTINARE ALL'U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE, UOC ORTOPEDIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

- **N° 3000 Drenaggi autoaspirante e antireflusso di Ulmer con ago guida**

Quale presunto fabbisogno biennale

CND A060101

Con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tubo di drenaggio in PVC sterile, monouso e con calibro di diverse misure 12 CH- 14 CH-16 CH, un ago di entrata (TROCAR) per la cute 750 mm e lunghezza di perforazione di 110 mm, il tubo di drenaggio deve avere fori di dimensioni graduate per un'aspirazione uguale su tutta la lunghezza del drenaggio, con un contenitore a suzione (RESERVOIR) da 500 ml, autoaspirante, antireflusso, monouso sterile.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it