



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI TUBI ENDOTRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. PATOLOGIA NEONATALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI TUBI ENDOTRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. PATOLOGIA NEONATALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Si richiede l'acquisto di:

- N. 100 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 2 mm;
- N. 200 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 2,5 mm;
- N. 200 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 3 mm;
- N. 200 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 3,5 mm.

Tubi endotracheali di Magil non cuffiati, sterili in pvc siliconato, con occhio di Murphy, valvola per siringa, graduato, con linea radiopaca su tutta la lunghezza dotato di anello di reperi per il controllo della profondità di intubazione. I tubi devono essere latex free e privi di ftalati.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it