



AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO “AFFIDAMENTO DIRETTO” MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI CENTRIFUCHE DA LABORATORIO DA DESTINARE ALLE VARIE UU.OO.DELL'A.O.R.N. “S.G. MOSCATI” DI AVELLINO

Allegato b – caratteristiche della fornitura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, tramite procedura di acquisto di centrifughe da laboratorio da destinare alle varie UU.OO. dell'AORN S.G. Moscati di Avellino, Contrada Amoretta, 83100 - Avellino e prevede la fornitura di:

- **N.3 CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO 4*100**
- **N.4 CENTRIFUGA VENTILATA DA BANCO 4*250**
- **N.2 CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO 4*750**
- **N.3 CENTRIFUGA VENTILATA DA BANCO 4*750**
- **N.2 MINICENTRIFUGA NON REFRIGERATA**
- **N.1 MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA**
- **N.1 CONCENTRATORE CENTRIFUGO**

CPV - 42931100-2 Centrifughe per laboratori e accessori

Art. 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura

Le caratteristiche tecniche minime sono riportate nelle schede di seguito dettagliate, tali caratteristiche sono da intendersi vincolanti in termini di requisiti minimi dei sistemi; caratteristiche o prestazioni inferiori a quelle minime comporteranno l'esclusione dell'offerta laddove alcune prestazioni o funzionalità fra quelle indicate fra le caratteristiche minime dovessero essere di esclusiva pertinenza di un marchio di produzione, sono da intendersi “o equivalenti”, secondo quanto previsto dalla legge.

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:
 1. completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
 2. sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a paziente, operatori, ed alle stesse attrezzature.
2. Il Fornitore si assume piena ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all'utilizzo che di essi fa l'utilizzatore.



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O.C. CENTRO EMOSTASI

U.O.C MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA

Acquisto N.3 Centrifuga refrigerata da banco

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 3 Centrifuga refrigerata da banco 4x100 ml

- Camera del rotore in acciaio inox;
- Capacità massima 4x100 ml;
- Almeno 24 posti per provette di dimensioni 1,5ml, 2ml,
- Adattatore per provette da 5ml,7ml;
- Rotore minimo da 10 posti per provette da 10 ml;
- Rotore minimo da 4 posti per provette da 50 ml;
- Sistema di aggancio e sgancio rapido del rotore;
- Riconoscimento automatico del rotore e sensore di sbilanciamento del rotore;
- Possibilità di memorizzare programmi personalizzati;
- Velocità impostabile sia in RPM che in RCF (xg);
- Velocità fino a 16.500 rpm;
- Rumorosità < 60 dB;
- Programma tempi centrifugazione da 0 a 99 minuti;
- Range temperatura -9 C/+40 C;
- Pannello comandi con tasti a pressione/membrana per start/stop e menu, regolazione velocità, tempo di centrifugazione con possibilità di modificare i valori impostati anche durante la centrifugazione;
- Check auto-diagnostico per coperchio aperto, programmazione errata, problemi elettronici,ecc..;
- Sistema di sblocco manuale del coperchio che permette all'utilizzatore di recuperare i campioni anche in caso di black out elettrico;
- Display con possibilità di visualizzare diversi parametri (velocità,tempo,temperature,ecc...);
- Dimensioni e peso contenute;
- Sistema automatico di drenaggio della condensa per eliminare l'accumulo di acqua e prevenire fenomeni di corrosione;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio sono disinfettabili con prodotti ad ampio spettro.

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O.C. SIMT

Acquisto N.4 Centrifuga ventilata da banco

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N. 4 Centrifuga ventilata da banco 4x250 ml

- Centrifuga ventilata 4x250 ml;
- Motore a induzione senza spazzole, esente da manutenzione;
- Camera del rotore in acciaio inossidabile;
- Rotore basculante con cestelli rotondi e capacità 4x250 ml con rcf massima non inferiore a 3200xg con adattatori con capacità totale di almeno 32 provette coniche da 15 mL diametro 17 mm, almeno 16 provette coniche da 50 ml diametro 30 mm, almeno 56 provette fondo tondo diametro 13 mm e almeno 52 provette fondo tondo diametro 16mm;
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento;
- Fissaggio del rotore con chiave dedicata;
- Velocità impostabile sia in RPM che in RCF (xg);
- Velocità massima fino a 14.000 rpm;
- Velocità impostabile da 200 rpm alla velocità massima con incrementi di 10 rpm;
- Possibilità di selezionare 10 rampe di accelerazione e 10 rampe di frenata;
- Funzione centrifugazione breve con velocità selezionabile;
- Rumorosità < 70 dB (A)
- Timer di centrifugazione da 1-99 min con anche modalità in continuo;
- Conteggio del tempo al raggiungimento della velocità impostata;
- Memorizzazione di almeno 30 programmi personalizzati;
- Pannello comandi con tasti a pressione/membrana per start/stop e menu, regolazione velocità, tempo di centrifugazione con possibilità di modificare i valori impostati anche durante la centrifugazione;
- Check auto-diagnostico per coperchio aperto, programmazione errata, problemi elettronici, ecc...;
- Sistema di sblocco manuale del coperchio che permette all'utilizzatore di recuperare i campioni anche in caso di blackout elettrico;
- Display con possibilità di visualizzare diversi parametri (velocità, tempo, ecc.)
- Dimensioni e peso contenute;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio sono disinfettabili con prodotti ad ampio spettro.

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O.C SIMT

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

Acquisto N.2 Centrifuga refrigerata da banco

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N.2 Centrifuga refrigerata da banco 4x750 ml

- Centrifuga refrigerata 4x750 ml;
- Motore a induzione senza spazzole, esente da manutenzione;
- Camera del rotore in acciaio inossidabile;
- Almeno 76 posti con possibilità di posizionare provette di diverse dimensioni (da 1,5 a 50 ml);
- Rotori e adattatori per provette e microprovette (da 1,5 a 50 ml);
- Velocità massima circa 14.000 rpm;
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento;
- Fissaggio del rotore con chiave dedicata;
- Velocità impostabile sia in RPM che in RCF (xg);
- Possibilità di selezionare 10 rampe di accelerazione e 10 rampe di frenata;
- Range di temperature da -9 C/+40 C;
- Rumorosità < 62 Db (A);
- Timer di centrifugazione da 1-99 min con anche modalità in continuo;
- Conteggio del tempo al raggiungimento della velocità impostata;
- Memorizzazione di almeno 30 programmi personalizzati;
- Pannello comandi con tasti a pressione/membrana per start/stop e menu, regolazione velocità, tempo di centrifugazione con possibilità di modificare i valori impostati anche durante la centrifugazione;
- Check auto-diagnostico per coperchio aperto, programmazione errata, problemi elettronici, ecc...;
- Sistema di sblocco manuale del coperchio che permette all'utilizzatore di recuperare i campioni anche in caso di blackout elettrico;
- Display con possibilità di visualizzare diversi parametri (velocità, tempo, temperature, ecc.);
- Dimensioni e peso contenute;
- Sistema automatico di drenaggio della condensa per eliminare l'accumulo di acqua e prevenire fenomeni di corrosione;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio sono disinfettabili con prodotti ad ampio spettro;

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

Acquisto N.3 Centrifuga ventilata da banco

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N.3 Centrifuga ventilata da banco 4x750 ml

- Centrifuga ventilata 4x750 ml;
- Motore a induzione senza spazzole, esente da manutenzione;
- Camera del rotore in acciaio inossidabile;
- Velocità massima circa 14.000 rpm;
- Rotore basculante con cestelli rotondi e capacità 4x750 ml con RCF massima non inferiore a 3.200 xg con adattatori con capacità totale di almeno 56 provette coniche da 15 mL, almeno 28 provette coniche da 50 ml, almeno 100 provette fondo tondo diametro 13 mm e almeno 80 provette fondo tondo diametro 16 mm;
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento;
- Fissaggio del rotore con chiave dedicata;
- Velocità impostabile sia in RPM che in RCF (xg);
- Possibilità di selezionare 10 rampe di accelerazione e 10 rampe di frenata;
- Rumorosità < 70 dB (A)
- Timer di centrifugazione da 1-99 min con anche modalità in continuo;
- Conteggio del tempo al raggiungimento della velocità impostata;
- Memorizzazione di almeno 30 programmi personalizzati;
- Pannello comandi con tasti a pressione/membrana per start/stop e menu, regolazione velocità, tempo di centrifugazione con possibilità di modificare i valori impostati anche durante la centrifugazione;
- Check auto-diagnostico per coperchio aperto, programmazione errata, problemi elettronici, ecc...;
- Sistema di sblocco manuale del coperchio che permette all'utilizzatore di recuperare i campioni anche in caso di blackout elettrico;
- Display con possibilità di visualizzare diversi parametri (velocità, tempo, ecc...);
- Dimensioni e peso contenute;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio sono disinfettabili con prodotti ad ampio spettro.

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O.C. Microbiologia- Virologia

Acquisto N.2 Minicentrifuga non refrigerata

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N.2 Minicentrifuga non refrigerata

- Camera del rotore in acciaio inox;
- Capacità massima 12x1,5/2 ml;
- Velocità impostabile sia in RPM che in RCF (xg);
- Velocità fino a 15.000 rpm;
- Timer da 15 s a 99 min;
- Rumorosità < 60 dB;
- Pannello comandi con tasti a pressione/membrana per start/stop e menu, regolazione velocità, tempo di centrifugazione con possibilità di modificare i valori impostati anche durante la centrifugazione;
- Coperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamento;
- Check auto-diagnostico per coperchio aperto, programmazione errata, problemi elettronici, ecc...;
- Sistema di sblocco manuale del coperchio che permette all'utilizzatore di recuperare i campioni anche in caso di black out elettrico
- Display digitale per tempo e velocità;
- Dimensioni e peso contenute;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio disinfettabili con prodotti ad ampio spettro.

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O. Laboratorio di Genetica

Acquisto N.1 Microcentrifuga refrigerata da banco

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N.1 Microcentrifuga refrigerata da banco

- Camera del rotore in acciaio inox;
- Rotori e adattatori da 50ml, 15ml, 2ml, 1,5 ml;
- Sistema di aggancio e sgancio rapido del rotore;
- Riconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento;
- Velocità massima circa 30000 xg;
- Velocità impostabile sia in RPM che in RCF (xg);
- Rumorosità < 55 dB;
- Programma tempi centrifugazione da 30s a 99 minuti;
- Range temperatura -9 C/+40 C;
- Temperatura mantenuta costante anche alla massima velocità di centrifugazione;
- Possibilità di impostare almeno 30 programmi;
- Pannello comandi con tasti a pressione/membrana per start/stop e menu, regolazione velocità, tempo di centrifugazione con possibilità di modificare i valori impostati anche durante la centrifugazione;
- Check auto-diagnostico per coperchio aperto, programmazione errata, problemi elettronici, ecc...;
- Sistema di sblocco manuale del coperchio che permette all'utilizzatore di recuperare i campioni anche in caso di black out elettrico;
- Sistema automatico di drenaggio della condensa per eliminare l'accumulo di acqua e prevenire fenomeni di corrosione;
- Display con possibilità di visualizzare diversi parametri (velocità, tempo, temperature, ecc...);
- Dimensioni e peso contenute;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio sono disinfettabili con prodotti ad ampio spettro;

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O. Laboratorio di Genetica

Acquisto N.1 Concentratore centrifugo da banco (tipo SPEEDVAC)

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

N.1 Concentratore centrifugo

- Installazione plug and play: la soluzione integrata include un concentratore, una pompa per vuoto oil-free e una trappola fredda, tutti integrati in un'unica unità. Non sono necessari collegamenti dei tubi.
- Rotori per supportare il formato del campione da micropipette 0.2 ml, 0.5 ml, 1,5 ml, 2 ml;
- I rotor si adattano a un'ampia varietà di formati di campioni come provette, flaconi e micropiastre per pozzetti bassi e profondi;
- Velocità circa 1400 rpm;
- Rumorosità <55 dB;
- Resistente alle sostanze chimiche (indicare materiale della camera);
- Evaporazione migliorata;
- Impostazione programmi;
- Essiccazione del campione più rapida fornita con copertura radiante;
- Presenza rampa del vuoto e i controlli della pressione;
- Combinazioni di solventi e solventi: acetonitrile, etanolo, metanolo, cloruro di metilene, acqua, altri solventi organici;
- Display con possibilità di visualizzare diversi parametri (velocità, tempo, ecc...);
- Dimensioni e peso contenute;
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- Camera di centrifugazione, rotore e coperchio sono disinfettabili con prodotti ad ampio spettro.

(2) Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto.

(3) Opzioni ed accessori

- Quotazione analitica di eventuali strumenti opzionali
- Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili
- Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili



1. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
2. Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
3. La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene / sistema.
4. Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente.

2.1 Apparecchiatura

La consegna dell'apparecchiatura, completa di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione ivi compreso l'allacciamento alle fonti di alimentazione (“pronto all'uso”) presso il reparto destinatario. Inoltre, l'apparecchiatura consegnata deve essere nuova di fabbrica, di prima installazione, di ultima generazione, aggiornata all'ultima release immessa in commercio all'atto dell'ordinativo di fornitura del modello offerto, e “pronta all'uso”.

La consegna deve essere comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera “chiavi in mano”, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Art. 3 – Conformità della fornitura oggetto del presente capitolato a disposizioni legislative e norme tecniche di settore

1. Il sistema medicale e gli accessori ad esso dedicati dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto:
 1. Dal Regolamento UE 2017/745 in materia di Dispositivi Medici;
 2. Dalla Direttiva 93/42/CEE, dalla Direttiva 90/385/CEE e ss.mm.ii. quali la Direttiva 2007/47/CEE.

Gli operatori economici offerenti dovranno presentare dichiarazione di conformità alle Direttive e ai Regolamenti citati.

2. Il dispositivo medico oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle norme EN 60601-1 (CEI 62-5).

Art. 4 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: logistica, posa in opera delle apparecchiature presso la U.O. di destinazione, corso di formazione, collaudo in contraddittorio con il personale utilizzatore e del Servizio di Ingegneria Clinica, nonché provvedere all'espletamento per tutto il periodo contrattuale dell'esecuzione del piano di manutenzione preventiva e straordinaria **full risk** come da indicazioni del fabbricante. Il fornitore dovrà provvedere all'espletamento di specifiche sessioni formative per il personale utilizzatore con rilascio di certificazione. Al fine di garantire il corretto utilizzo in tutte le loro parti dei dispositivi accessori con il sistema angiografico in dotazione, le sessioni formative dovranno riguardare anche l'utilizzo dell'intero sistema angiografico. Al termine della posa in opera delle attrezzature, dovrà essere cura del fornitore provvedere al trasporto, scarico, raccolta differenziata e smaltimento degli imballi.

Art. 5 – Documentazione tecnica richiesta nell'istanza di partecipazione

La documentazione tecnica dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. Scheda tecnico descrittiva dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana;
2. Ogni informazione utile richiesta nel “questionario tecnico” allegato a questo CS;
3. Relazione sull'apparecchiatura proposta e sulla manutenzione full risk da assicurare per il periodo di validità del contratto;
4. Piano per la formazione del personale utilizzatore;



Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

5. Eventuale classificazione (CND, CIVAB, RDM etc.);
6. Dichiarazione che le apparecchiature ed i consumabili siano rispondenti alle normative giuridiche e tecniche vigenti;
7. Dichiarazione di conformità ai Regolamenti e/o alle Direttive comunitarie applicabili (ad es. Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., ecc..)
8. Dichiarazione di conformità alle normative vigenti applicabili IVD (Regolam. UE 2017/746);
9. Indicare eventuale presenza sede operativa in Campania
10. Manuale d'uso in lingua italiana dei prodotti presentati.

Per ciascun prodotto è fatto obbligo rispondere ai quesiti riportati alla voce **“Questionario Tecnico”**, ove occorrerà descrivere per ogni requisito di minima richiesto, la soluzione proposta.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere a:

1. Fornire ed installare le apparecchiature offerte, incluse eventuali modifiche strutturali e degli impianti funzionali all'installazione.
2. Fornire un periodo di garanzia full risk di 36 mesi decorrente dal rilascio del verbale di collaudo di accettazione, redatto in contraddittorio con il personale utilizzatore e il Servizio di Ingegneria Clinica. Tale garanzia full risk dovrà essere onnicomprensiva nulla escluso per parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature, manutenzione programmata come previsto dal produttore, manutenzione correttiva, verifiche di sicurezza con periodicità almeno annuale e verifiche funzionali periodiche.
3. Garantire la formazione e l'addestramento del personale all'uso delle apparecchiature fornite

6.1 Consegna e installazione

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con la UO di Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera (tel/fax 0825-203155), con il quale stabilire tempi e modalità di installazione, di collaudo e della formazione al personale utilizzatore mediante la fornitura di un cronoprogramma che dovrà essere condiviso anche con la U.O. destinataria dei dispositivi, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e l'immagazzinamento temporaneo. Le attività di consegna delle Apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione, si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio.

La consegna ed il collaudo di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Il collaudo dovrà essere effettuato **entro 15 (quindici) giorni solari dal termine dell'installazione**, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, pena l'applicazione delle penali.

Fermo il termine che precede, l'Amministrazione concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo e consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- a) Verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella offerta tecnica (ad esempio: marca, modello, ...) e quanto installato;
- b) Accertamento della presenza di tutte le componenti dell'Apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
- c) Verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- d) Verifica della conformità dell'Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- e) Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.



Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

Le Apparecchiature sono da considerarsi collaudate con esito positivo quando tutti i componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito **“Verbale di collaudo”**, firmato dall'Amministrazione Contraente e controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, le Apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e la data del relativo verbale verrà considerata quale *“Data di accettazione delle apparecchiature”*. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano accertati in seguito. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

6.2 Formazione degli operatori

Al fine di semplificare e di rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento della nuova Apparecchiatura, il Fornitore dovrà procedere alla formazione del personale sanitario (tecnico e/o infermieristico e/o medico) in un numero di ore indicato in offerta tecnica e nei tempi concordati con l'Amministrazione.

6.3 Assistenza tecnica e manutenzione

6.3.1 Modalità e condizioni di assistenza

Preso atto della necessità di garantire il buon funzionamento e la conservazione in efficienza delle apparecchiature offerte, è richiesta la formulazione di un contratto di manutenzione *full risk per 36 mesi (durata del contratto)*, che dovrà comprendere:

1. Manutenzione preventiva programmata;
2. Manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato;
3. Fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature.

La Ditta concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare:

1. Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato individuato ed il momento nel quale si inizia l'intervento di manutenzione);
2. Il piano di manutenzione programmata, con il numero annuo di visite di manutenzione preventiva;
3. La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti;

Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, al quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.

Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con l'aggiudicatario della fornitura, il primo dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RLT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolubile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

Art. 7 – Durata e importo del contratto

Il contratto ha la durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo.

L'importo stimato per la fornitura è di **€ 130.000,00 + IVA** e da intendersi comprensivo di fornitura, installazione ed ogni materiale accessorio necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.

**Art. 8 – Penali**

In caso di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al presente paragrafo anche cumulativamente, salvo causa forza maggiore.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PENALE		
	1^ SOGLIA	2^ SOGLIA	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Consegna, installazione apparecchiatura e relativi accessori	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° al 30° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	Oltre il 30° giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto in gara, l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale
Collaudo apparecchiatura e relativi accessori	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° al 10° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	Oltre il 11° giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara, l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale
Formazione	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	
Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk	fino al 2° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 3° giorno di ritardo sarà applicato l'1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	
Ulteriori penalità non previste sopra	fino al 10° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,1 (zerovirgolauno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione	dal 11° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione	
			L'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale, qualora le penali applicate al Fornitore, anche in periodi diversi complessivamente considerate, dovessero raggiungere il 10% del valore economico dell'appalto

N.B. Sarà considerato ritardo nella fornitura anche una difformità per quantità e qualità dei beni ordinati rispetto al consegnato