

ALLEGATO B1 - *Caratteristiche tecniche minime*

<i>Lotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Valore complessivo (36 mesi) a base d'asta, IVA esclusa</i>
1	Sistema di ricircolo per l'esecuzione della Chemioterapia Ipertermica Intravescicale	900	495.000,00 €
	Pompa peristaltica con monitor, indicatori edeventuali supporti o sostegni per posizionarla nei pressi del letto del paziente, in comodato d'uso gratuito, con manutenzione totalmente a carico della ditta aggiudicataria per tutta la durata della fornitura.	2	

Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

1	Sistema completamente a circuito chiuso
2	Dotato di controllo costante della temperatura a 43° C +/- 0,5 °C
3	Sistema di espulsione di bolle d'aria dal circuito
4	Catetere a tre vie non superiore a 16 fr