

ALLEGATO B2 - Requisiti Tecnici a Punteggio

Oggetto	Criterio	Metodo di Valutazione	Rif.	Descrizione	Punteggio	%	Punteggio Massimo	SOLUZIONE PROPOSTA	RISCONTRO IN RELAZIONE TECNICA
SISTEMI DI RICIRCOLO PER L'ESECUZIONE DELLA CHEMIOTERAPIA IPERTERMICA INTRAVASCICALE	RIMOZIONE DEL CHEMIOTERAPICO A FINE TRATTAMENTO	Tabellare	A	Rimozione sicura e automatica, da parte del sistema stesso, del chemioterapico a fine trattamento in un'apposita sacca di espulsione.	10,00	14,29	10,00		
			B	Rimozione meccanica del chemioterapico attraverso l'operatore	3,00				
	RISCALDAMENTO DEL FARMACO	Tabellare	A	Riscaldamento della soluzione chemioterapica, esterno al paziente, tramite scambiatore di calore in alluminio	20,00	28,57	20,00		
			B	Riscaldamento esterno al paziente tramite altro materiale	10,00				
			C	Riscaldamento della soluzione chemioterapica tramite corrente elettrica o radiofrequenza	5,00				
	CATETERE A 3 VIE	Discrezionale	A	Sarà valutata flessibilità, morbidezza e dimensione del diametro	15,00	21,43	15,00		
	ALLARMI	Tabellare	A	Allarmi di sicurezza, sia visivi che sonori, su alta/bassa temperatura e pressione	5,00	7,14	5,00		
			B	Allarme solo sonoro o visivo su alta/bassa temperatura e pressione	2,00				
			C	Nessun allarme	0,00				
	POMPA DI RICIRCOLO	Discrezionale	A	Verranno valutate le caratteristiche del sistema offerto in comodato d'uso	10,00	14,29	10,00		
	ASSISTENZA TECNICA	Discrezionale	A	Verranno valutate le modalità e le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica offerto dal partecipante.	5,00	7,14	5,00		
	ELEMENTI MIGLIORATIVI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA NON RICHIESTI IN GARA	Discrezionale	A	Verranno valutati gli elementi migliorativi offerti dal partecipante a completamento della fornitura, con particolare riferimento alla pertinenza degli stessi.	5,00	7,14	5,00		
	TOTALE					70,00	100,00	70,00	