

Utente In Carico	Registro Bando	CIG	Titolo Bando	Pubblicato	Evaso	Operatore Economico	Registro Di Sistema Quesito	Quesito	Data Ricezione	Risposta	Data Risposta Quesito
Casarella Sergio	PI083301-24		FRAZIONATORE SISTEMA DI INIEZIONE AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMECER S.P.A.	PI087161-24	Spettabile Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, in riferimento all'avviso esplorativo si richiede il seguente chiarimento: Si chiede di confermare che, per le sole certificazioni e dichiarazioni di conformità, è ammessa la presentazione dei documenti in lingua inglese. In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.	16/07/2024 17:20:33	Buongiorno, In riferimento al Vostro quesito, si conferma che le sole certificazioni e dichiarazioni di conformità possono essere presentate in lingua inglese. Cordiali Saluti	19/07/2024 11:12:59
Casarella Sergio	PI083301-24		FRAZIONATORE SISTEMA DI INIEZIONE AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMECER S.P.A.	PI085459-24	Spettabile Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, in riferimento all'avviso esplorativo si richiedono i seguenti chiarimenti: Con riferimento all' Art. 6.1 Consegna e installazione dell' Allegato b - caratteristiche della fornitura viene indicato che la consegna stessa deve essere effettuata il termine di 15 giorni solari dall'ordine. Si chiede di confermare che il termine di consegna può essere esteso a 120 gg solari dall'ordine e/o in alternativa non meno di 90 gg solari dall'ordine. Con riferimento all' Art. 7-Durata e importo del contratto dell' Allegato b - caratteristiche della fornitura e Art 4. OGGETTO DELL'INIZIATIVA, DURATA E IMPORTO del disciplinare si indica che "L'importo stimato per la fornitura è di € 100.000,00 + IVA". Si chiede di confermare che, essendo l'importo stimato, sono ammesse anche offerte in aumento rispetto ai € 100.000,00=+iva indicati. All' Art. 7-Durata e importo del contratto dell' Allegato b - caratteristiche della fornitura si indica che "L'importo stimato per la fornitura è di € 100.000,00 + IVA è da intendersi comprensivo di fornitura, installazione ed ogni materiale accessorio necessario al corretto impiego dei sistemi offerti". Si chiede di confermare che l'importo stimato di € 100.000,00+iva non include la fornitura dei consumabili necessari per l'esecuzione delle iniezioni ai pazienti. In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.	11/07/2024 17:08:30	Buongiorno, In riferimento ai Vostri quesiti si rappresenta quanto segue: L'Operatore Economico può indicare nell'allegato "A3 - Prototipo di preventivo" i propri tempi di consegna e saranno opportunamente valutati. L'importo indicato non rappresenta alcun vincolo per la presentazione dell'offerta, pertanto, trattandosi di consultazione di mercato può essere superata la base d'asta. Il materiale consumabile va quotato separatamente come indicato nell'allegato A3 Cordiali Saluti	15/07/2024 10:22:41
Casarella Sergio	PI083301-24		FRAZIONATORE SISTEMA DI INIEZIONE AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMA SINERGIE SPA	PI084323-24	QUESITI: - si chiede a questa spett.le SA una proroga di almeno 10 giorni alla scadenza della manifestazione di interesse - Nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'Art.6.1, viene richiesta una consegna di massimo 15 gg. solari dalla data dell'ordine. Si fa presente che per la natura del prodotto, per i servizi da includere richiesti e per il carico attuale di lavoro degli operatori economici del settore, tale tempistica è impraticabile. Si richiede di poter estendere i tempi di fornitura frazionatore e relativi accessori e servizi a 60gg dall'ordine	10/07/2024 11:33:42	Buongiorno, In riferimento ai Vostri quesiti si rappresenta quanto segue: 1. Il presente avviso esplorativo sarà prorogato di n. 7 giorni pertanto il nuovo termine di presentazione delle offerte sarà il 25/07/2024 alle ore 12:00 2. L'Operatore Economico può indicare nell'allegato " A3 - Prototipo di preventivo" i propri tempi di consegna che saranno opportunamente valutati.	15/07/2024 16:29:57