PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI PROTESI MAMMARIE DA DESTINARE ALLA U.O.C. BREAST UNIT DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
R.d.O. n. 4379078

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 01/10/2024

Il giorno 01 ottobre 2024, alle ore 12:00 circa, presso gli uffici del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determina n. 966 del 13/09/2024, per lo sblocco dell'offerta e assegnazione punteggi inerente la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica MEPA a mezzo RDO n. 4379078 per la fornitura di protesi mammarie da destinare alla Breast Unit, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1 del richiamato D. Lgs. n. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come segue:

Presidente: *dott. Giuseppe Amaturo, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Breast Unit dell' A.O.R.N S. G. Moscati;*

Componente: *dr.ssa. Maria Luisa Di Cecilia Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Breast Unit dell'A.O.R.N S. G. Moscati;*

Componente: *Dr.ssa Lara Milone Dirigente Farmacia in servizio presso la U.O.C. Farmacia dell'A.O.R.N. S. G. Moscati;*

La D.ssa Lara Milone svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice, ha proceduto all'apertura della documentazione tecnica presentata dalle ditte, e all'esame della stessa.

La Commissione ha deciso di escludere dalla presente procedura di gara la ditta SILIMED per le seguenti motivazioni:

1) non è specificato in scheda tecnica il requisito di cui al punto 2) dell'Allegato B1 - Requisiti tecnici minimi (per ciascuna forma corrispondenza con espansore usato per il primo tempo operatorio);

2) in relazione al punto 5) dell'Allegato B1 - Requisiti tecnici minimi, la documentazione tecnica riporta la dicitura "bassa trasudazione "Low Bleed" e pertanto, non corrisponde al requisito richiesto "strato di barriera antitrasudamento a 360°;

3) in relazione al punto 6) dell'Allegato B1 - Requisiti tecnici minimi, dalla documentazione tecnica si evince la presenza di "punti di repere sul retro dell'impianto" e pertanto non risulta conforme a quanto richiesto (punti di repere anteriori e posteriori per un corretto posizionamento).

All'esito dell'esame della predetta documentazione, la Commissione ha proceduto all'attribuzione del punteggio tecnico, sulla scorta dei parametri indicati nel Capitolato tecnico, relativamente alla ditta Johnson & Johnson.

Pertanto, al fine di addivenire alla corretta aggiudicazione della procedura di gara di che trattasi, si decide di procedere allo sblocco sulla Piattaforma MePA delle offerte economiche.

Tale operazione viene, quindi, avviata

La Commissione Giudicatrice pertanto propone di aggiudicare i beni di che trattasi all'O.E. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL così come di seguito specificato

Posizione	*O.E.*	*Valore complessivo offerto, IVA esclusa*	*Punteggio Tecnico*	*Punteggio Economico*	*Punteggio totale*
1	**JOHNSON & JOHNSON MEDICAL**	**94.200,00 €**	**70,00**	**30,00**	**100**

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta di gara.

Il presente Verbale, formato da n. 2 pagine, è letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

dr.ssa. Maria Luisa Di Cecilia

Dr.ssa Lara Milone

IL PRESIDEDENTE

dott. Giuseppe Amaturo