

Registro Bando	Titolo Bando	Operatore Economico	Registro di Sistema Quesito	Quesito	Data ricezione	Risposta	Data Risposta Quesito
PI125123-24	SISTEMA DI MONITORAGGIO INDOSSABILE NON INVASIVO PER IL NEONATO	BEMAR ITALIA SRL	PI130078-24	<p>Spett.le Ente,</p> <p>si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) Nell'area interessata alla fornitura in oggetto (sale parto, stanze di degenza e postazione per centrale monitoraggio) è presente una copertura di rete Wi-Fi ? Se si, è possibile utilizzare tale rete e fissare l'indirizzo IP del pc centrale di monitoraggio?</p> <p>2) La rete è abilitata al broadcast?</p> <p>3) La Centrale di Monitoraggio sarà collocata in Sala Parto o in Reparto di Degenza? La Centrale di Monitoraggio sarà istallata con postazione fissa oppure si preferisce una soluzione Carrellata? PC/Monitor o PC LAPTOP?</p> <p>Cordiali saluti</p>	14/11/2024 15:56:09	<p>Buongiorno,In riferimento ai Vostri quesiti si rappresenta quanto segue:1) Si risulta presente copertura Wi-Fi e rete LAN, inoltre è possibile collegare l'indirizzo IP alla centrale di monitoraggio.2) Da valutare con i Sistemi Informativi Aziendali all'atto della fornitura.3)L'ubicazione verrà concordata con il referente sanitario, si preferisce una soluzione fissa PC/Monitor.Cordiali Saluti</p>	18/11/2024 09:31:06