



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI FILTRI MONOUSO PER LA DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO NITRICO ESALATO PER LA U.O. ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Si richiede l'acquisto di:

- N. 400 filtri per spirometri NeumoFilt Ergo (CND R049001)

Il Dispositivo medico richiesto ha indicazione d'uso per l'utilizzo con apparecchiature valutazione della funzione polmonare (PFT) soltanto, per filtrare l'aria tra aria espirata dal paziente.

Il Dispositivo Medico viene richiesto con le seguenti caratteristiche:

- Resistenza al flusso: 94,3 Pa/l/s a 14 l/s;
- Resistenza massima raccomandata dall' ATS:
- 150 Pa/l/s a 14 l/s diam. mm 31.
- Compatibile con apparecchiature elettromedicale n° 80009136

FABBISOGNO ANNUALE.