



**Procedura di gara aperta telematica per la fornitura di dispositivi di Anestesia rianimazione e Terapia Intensiva dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.**

**4° SEDUTA**

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**"Relativamente al lotto n. 36"**

L'anno duemilaventiquattro addi 05 del mese di Dicembre alle ore 14:45, sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:

dott. <b>Angelo Buglione</b> , Dirigente Medico <i>U.O.C. Terapia Intensiva</i> dell'A.O.R.N. S.G. Moscati	Presidente
Dott.ssa <b>Francesca Lanni</b> , Dirigente Medico <i>U.O.C. Cardiologia-Utic</i> dell'A.O.R.N. S.G. Moscati	Componente
dott. <b>Stefano Monica</b> , Dirigente Farmacista <i>U.O.C. Farmacia</i> dell'A.O.R.N. S.G. Moscati	Componente

**PREMESSO**

- che, con Delibera del Direttore Generale n. 335 del 09/04/2024, questa Amministrazione ha indetto la PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO, per un importo complessivo presunto di € 23.333.479,70;
- che con Determina Dirigenziale n. 740 del 04/07/2024 il Seggio di Gara, *nominato dal Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizio con prot. n. AOM-0018274-2024 del 17/06/2024*, ha disposto l'ammissione al prosieguo di gara per tutti gli OO.EE. partecipanti alla presente gara;
- che, in data 19/07/2024, la Commissione Giudicatrice ha provveduto allo sblocco della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma di e – procurement SIAPS dagli OO.EE. partecipanti;
- che, in data 13/11/2024, la Commissione ha attribuito i relativi punteggi per ogni lotto oggetto di gara.
- Che in data 29/11/2024 la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti e successivo sblocco delle offerte economiche nonché alla proposta di aggiudicazione per i primi graduati previa verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

**Considerato**

Che relativamente al lotto n. 36, la ditta HED ELETTRMEDICALI E BIOMATERIALI SRL con nota prot. AOM-0035653-2024 del 02/12/2024 ha formulato osservazioni in merito alla conformità dichiarata da questa Commissione in ordine alle offerte tecniche di tutti i partecipanti al medesimo lotto, richiedendo pertanto(...) una ulteriore verifica/revisione della conformità delle offerte tecniche e campionatura presentata per il lotto n. 36, nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nel bando (...).

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

Si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 769 del 15/07/2024, al fine di procedere alla rivalutazione delle offerte tecniche prodotte dai partecipanti.

All'esito della disamina della documentazione tecnica la Commissione decide, con l'ausilio del RUP, mediante la piattaforma SIAPS di richiedere agli OO.EE. specifico riscontro circa il requisito minimo previsto dal Capitolato di gara: "POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA RETROCALIBRAZIONE". Tale riscontro dovrà essere effettuato sulle base delle schede tecniche registrate e depositate presso il Ministero della Salute.

Ultimati i lavori previsti per la seduta, gli atti restano affidati alla *UOC Acquisizione Beni e Servizi*.

Del che è verbale.  
Letto, confermato e sottoscritto

I COMPONENTI

  
Dr.ssa Francesca Lanni

  
Dott. Stefano Monica

IL PRESIDENTE

dr. Angelo Buglione

