



*AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORI CORONARICI IN ACCIAIO DA DESTINARE ALLA U.O.C.
CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O.R.N. S. G. MOSCATI*

ALLEGATO “B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA”

<i>Descrizione della Fornitura</i>	Si richiedono: • Soffiatori coronarici in acciaio malleabile, provvisti di impugnatura in PVC e filtro da 0,2 micron, linea di infusione aria e fluidi. Lunghezza minima 300 cm. Confezione singola, sterile e monouso. • CND: C030101 • Quantità richieste, per il periodo di 24 mesi: 1.200.
<i>CPV</i>	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
<i>Durata del servizio</i>	24 (ventiquattro) mesi .