



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI" CANNULE PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA" PER UO GINECOLOGIA SOCIALE E PREVENTIVA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO.

Al fine di voler assicurare la fornitura di Dispositivi Medici "Cannule per aspirazione intrauterina" per UO Ginecologia Sociale e Preventiva.

Le caratteristiche tecniche:

CND U0890

N.1000 Cannule Rigide per aspirazione intrauterina, tipo Karman, sterili, in confezione singola, rette, parte terminale con punta arrotondata ed a becco di flauto, collegabile direttamente al tubo di aspirazione endouterina per interruzione di gravidanza. Le cannule devono essere compatibili con apparecchio isterosuttore modello LUNEAU L 100 in dotazione al reparto (numero inventario 4592).

MISURE RICHIESTE:

N.200 misura 8mm

N.200 misura 9mm

N.200 misura 10mm

N.200 misura 11mm

N.200 misura 12mm

Nota bene: Si sottolinea che i prodotti proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'Allegato B-Caratteristiche tecniche e negli altri elaborati, nel rispetto del principio di equivalenza.

Contrada Amoretta, 83100 Avellino

D.P.G.R.C. 22/12/94 - N. 12.257 - C.F. e P. IVA 01948180649 e-mail:

info@aornmoscati.it