

ALLEGATO B1 - Caratteristiche tecniche della fornitura

<i>Lotto</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Quantità 12 mesi</i>
1	rif	KIT CAPILLARI IN PLASTICA EPARINATI	
	1	Capillari eparinati con Litio Eparina circa 100U.I./ml	n. 2.400 pz
	2	Ancorette per miscelare l'eparina nel capillare	n. 2.400 pz
	3	Adattatori in gomma per sigillare i capillari dopo il prelievo	n. 4.800 pz
	4	Magneti per agitare le ancorette all'interno del capillare	n. 12 pz

Caratteristiche essenziali richieste

1	In materiale plastico
2	L'anticoagulante richiesto deve essere eparina di Litio bilanciata per Sodio, Cloruro Potassio e Calcio per la misura simultanea di emogas/elettroliti/HCT e CO-OX;
3	Volume del capillare μ 170 circa
4	Adattabili agli Emogasanalizzatori serie GEM Premier