



ALLEGATO B1 – requisiti tecnici minime e a punteggio

Lotto	Descrizione	CND	Fabbisogno triennale in pezzi	Basi d'asta fabbisogno triennale	Eventuale opzione rinnovo 12 mesi	eventuale opzione proroga tecnica - 9 mesi
1	Dispositivo per sutura per la Chiusura di Accessi Laparoscopici	H020399	240	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
2	Clips emostatiche in polimero non assorbibili, altamente biocompatibili, radiotrasparenti, non visibili durante rmn, compatibili con strumenti diagnostici, perfetta chiusura chirurgica, con sistema di ancoraggio a garantire un caricamento sicuro sull'applicatore, rimovibili, certificate classe di rischio 3, secondo le direttive 2007/47/ec, per chirurgia laparoscopica/robotica/open. misure: m, m-l, l, xl. – La presente fornitura dovrà essere comprensiva dei seguenti prodotti in uso gratuito:	H03010201	M 6.720 U. M/L 10.080 U. L 10.080 U. XL 8.400 U.	€ 181.944,00	€ 60.648,00	€ 45.486,00
	a) Applicatori pluriuso laparoscopici completamente smontabili in tre parti curvi e retti lunghezza 33/45cm, in uso gratuito. n°3 applicatori per ogni tipo e misura di clip (M/M-L/L/XL)	H0399	36 RETTI 36 CURVI			
	b) Applicatori pluriuso per chirurgia open retti e curvi lunghezza 28cm, in uso gratuito. n°3 applicatori per ogni misura di clip (M/M-L/L/XL)	H0399	36 Retti 36 Curvi			
	c) Remover clip pluriuso laparoscopici lunghezza 33cm in uso gratuito. n°2 remover per ogni tipo e misura di clip (m/m-l/l/xl)	H0399	12 (M/M-L) 12 (L/XL)			
	d) Remover clip pluriuso per chirurgia open lunghezza 28cm in uso gratuito. n°2 remover per ogni	H0399	12 (M/M-L) (L/XL)			

tipo e misura di clip (M/M-L/L/XL)					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Segue scheda punteggio e Griglia di Valutazione con Punteggi

PUNTEGGIO: 70 QUALITA'/30 PREZZO

GIUDIZIO	INDICATORI
Ottimo	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una ottima rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.
Buono	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.
Discreto	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione abbastanza adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.
Sufficiente	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una sufficiente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.
Insufficiente	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggio.

LOTTO	DESCRIZIONE	GAMMA / DIMENSIONI	CARATTERISTICHE	PUNTEGGI	CND
1	Dispositivo per sutura per la Chiusura di Accessi Laparoscopici		1. Meccanismo a molla	25	H020399
			2. Qualità dei materiali	25	
			3. Atraumaticità	20	
2	Clips emostatiche in polimero non assorbibili, altamente biocompatibili, radiotrasparenti, non visibili durante rmn, compatibili con strumenti diagnostici, perfetta chiusura chirurgica, con sistema di ancoraggio a garantire un caricamento sicuro sull'applicatore, rimovibili, certificate classe di rischio 3, secondo le direttive 2007/47/ec, per chirurgia laparoscopica/robotica/open. Misure: M – M/L – L - XL	Misure: M M/L L XL	1.Efficacia della zigrinatura o scanalatura interna della clip per una migliore presa dei tessuti	6	Clips H03010201 Applicatori H0399
			2. Offerta di almeno 4 misure	6	
			3. Presenza di applicatori con branche angolate per chirurgia open	6	
			4. Presenza di applicatori lunghi per chirurgia bariatrica laparoscopica	6	
			5. Facilità di manovra nel caricamento e nel rilascio della clip dell'applicatore	6	
			6. Efficacia del sistema di chiusura della clip	10	
			7. Classificazione in classe 3 (possibile utilizzo sul sistema circolatorio centrale)	10	
			8. Certificazione di conformità rilasciata in originale	10	
			9. Assistenza post-vendita	10	