



LA FORNITURA DI COTONINI CHIRURGICI DA DESTINARE ALL'U.O.C NEUROCHIRURGIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO.

ALLEGATO B CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Tabella 1

	Cotonini radiopachi per neurochirurgia
Caratteristiche minime	• Cotonino per Neurochirurgia • Soffice • Assorbente • Drenante • Flessibile • Poroso • Radiopaco (con bande radiopache costituite da monofilamento di vinile plastico contenente solfato di bario almeno al 60 % circa). • Espansione uniforme e ottimale per il corretto posizionamento • Non deve frammentarsi né rilasciare filamenti fibrosi a contatto con le ferite • Non deve aderire ai tessuti • Filo di repere fissato al fondo del tampone, resistente alla trazione
Destinazione d'uso	Medicazione invasiva in neurochirurgia
Confezionamento	Doppia busta

Tabella 2

Descrizione	Misura in cm	Quantità/Unità
Cotonini radiopachi	1,3 x 1,3 circa	1.000
Cotonini radiopachi	1,3 x 2,5 circa	1.000
Cotonini radiopachi	1,3 x 3,8 circa	1.000
Cotonini radiopachi	1,3 x 5,1 circa	1.000
Cotonini radiopachi	1,9 x 1,9 circa	1.000
Cotonini radiopachi	2,5 x 2,5 circa	1.000
Cotonini radiopachi	7,6 x 7,6 circa	1.500
Cotonini radiopachi	7,6 x 15,2 circa	1.000
Cotonini radiopachi	1,3 x 7,6 circa	1.500
TOTALE		10.000

Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra,



A.O.R.N. E DI ALTA SPECIALITÀ
San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ
aornmoscati.it

nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritte".

Fabbisogno annuale